

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/92/2018/1

Data:
20.11.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/92/2018 pn.: Dostawa stymulatorów i kardiowerterów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 parametr 2 b

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kardiowerterów – defibrylatorów dysponujących energią dostarczaną równą 35 J?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3 parametr 2 e

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kardiowerterów – defibrylatorów z możliwością wykonania badania MRI tylko w przypadku urządzeń ze złączem DF-4?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3 parametr 2 g

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kardiowerterów – defibrylatorów bez możliwości pomiaru poziomu płynów w tkankach (oporności płucnej)?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3 parametr 2 h

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie kardiowerterów – defibrylatorów bez możliwości programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji? Urządzenie samoczynnie zmienia polarności ostatniego szoku w jednej interwencji w przypadku nieskuteczności szoków poprzednich.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3 parametr 2 i

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiowerterów – defibrylatorów bez automatycznej optymalizacji terapii ATP?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3 parametr 2 j

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiowerterów – defibrylatorów bez możliwości zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości – min. 7 parametrów?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 3 parametr 3f

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod umożliwiających wykonanie badania MRI tylko w przypadku elektrod ze złączem DF-4?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 4 parametr 2b

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiowerterów – defibrylatorów z dysponującą energią dostarczaną równą 35 J?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 4 parametr 2h

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiowerterów – defibrylatorów bez możliwości programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji? Urządzenie samoczynnie zmienia polarności ostatniego szoku w jednej interwencji w przypadku nieskuteczności szoków poprzednich.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 4 parametr 2i

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kardiowerterów – defibrylatorów bez automatycznej optymalizacji terapii ATP?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 4 parametr 3d

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod defibrylujących bez ringów do sensingu w obrębie przedsionków?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 2

Pytanie dot. wzoru umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy lub dostarczenia nowego programatora do 5 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego, w przypadku uszkodzenia programatora?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 3 zmienia treść ust. 6: z „W przypadku uszkodzenia programatora – Wykonawca dokona naprawy lub dostarczy nowy programator w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.” na „W przypadku uszkodzenia programatora – Wykonawca dokona naprawy lub dostarczy nowy programator w terminie 5 dni roboczych od dnia wezwania Zamawiającego.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

- w zakresie umowy użyczenia, stanowiącej załącznik nr 4A do SIWZ w ten sposób, że w § 3 zmienia treść ust. 3: z „Jeżeli naprawa programatora trwa dłużej niż 2 dni robocze, Użyczący zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt programatora zastępczego na okres naprawy.” na „Jeżeli naprawa programatora trwa dłużej niż 5 dni roboczych, Użyczący zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt programatora zastępczego na okres naprawy.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4A do SIWZ – umowie użyczenia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 3

Zadanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści stymulator z automatycznym pomiarem komorowego progu stymulacji w trybie beat-by-beat oraz automatycznym pomiarem przedsiorkowego progu stymulacji w trybie 8 lub 24 godzinnym?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 22.11.2018r., do godz. 09:00 na 23.11.2018r., do godz. 11:00,**
- otwarcie ofert – z 22.11.2018r. o godz. 09:30 na 23.11.2018r. o godz. 11:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 23.11.2018r., do godz. 11:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Szczecinie**

Małgorzata Usielska