

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Klipsy do klipsownicy laparoskopowej oraz dzierżawione klipsownice (CPV: 33.14.00.00-3)

Lp.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1	Magazyneki klipsów średnio-małych do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku,, 1 magazynek = 12 klipsów.	36 magazynków
2	Magazyneki klipsów średnio-dużych do klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku, 1 magazynek = 8 klipsów.	30 magazynków
3	Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 350mm do klipsów średnio-małych	2 sztuki
4	Dzierżawa klipsownicy laparoskopowej automatycznej wielorazowego użytku o długości od 310mm do 370mm do klipsów średnio-dużych	2 sztuki

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -1 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 2 Łącznik do zestawu perfuzyjnego (CPV: 33.14.00.00-3)

Lp.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1	Łącznik do zestawu perfuzyjnego używany w czasie perfuzji narządów pobieranych od dawcy, z możliwością zmiany średnicy w rozmiarach 16F, 20 F i 25F. Z jednej strony końcówka antyzagięciowaw kształcie lejka pozwalającego na szczelne połączenie z drenem zestawu do perfuzji, a z drugiej drenz kołnierzem wprowadzany do naczynia.	150 sztuk

Zadanie nr 3 Protezy do hemodializy (CPV: 33.18.42.00-5; 33.19.00.00-8)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Proteza do hemodializy 6mm prosta, długość min. 30 cm	4 szt.
2.	Proteza do hemodializy 6mm zagięta, długość min. 30 cm	2 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -3 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 4 Łaty naczyniowe ze srebrem (CPV: 33.18.42.00-5)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Łaty do naczyń obwodowych impregnowane solami srebra, szczelne o wymiarach 6 do 10 mm x 150 mm, brak strzępienia w miejscu przecięcia	27 szt.

Zadanie nr 5 Łaty naczyniowe (CPV: 33.18.42.00-5)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Łaty do naczyń obwodowych szczelne o wymiarach 100mm/9mm (+/- 1 mm)/0,5mm, brak strzępienia w miejscu przecięcia	25 szt.

Zadanie nr 6 Przymiary do protez (CPV: 33.18.42.00-5)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Przymiary do protez wszystkie rozmiary 1x użytku, kpl=10 sztuk.	26 kpl.

Zadanie nr 7 Dializatory (CPV 33.18.15.20-3)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Dializator (Rozmiar: 1,5-1,6m ²) syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej,	100 szt.
2.	Dializator syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, powierzchnia 1,7-1,8 m ² ,	600 szt.
3.	Dializator syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, powierzchnia 1,9-2,0 m ² ,	5 200 szt.
4.	Dializator syntetyczny, niskoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, Powierzchnia 2,1-2,2m ²	1 500 szt.
5.	Dializator syntetyczny, wysokoprzepływowo, suchy, sterylizowany bez użycia tlenu etylenu i pary wodnej, Powierzchnia $\geq 2,5m^2$	200 szt.

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -7 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 8 Zestawy do dializy (CPV 33.18.15.20-3)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Zestaw do dializy dwukanałowej (dwuświatłowej) – zakrzywiony powyżej 1200 pomiędzy końcówką a mufką, cewnik dwukanałowy 14,5-16 Fr x długość od mufki 27 – 42 cm – prowadnik J 0,038 x 70 cm – rozszerzacz 8 Fr – 12 Fr – igła prosta 17 – 18 G x 7 – zakrętki luer-lock, ostrze	10 zestawów

Wymagane parametry /warunki techniczne znajdują się w załączniku nr 1A -8 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.