

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/78/2017/1

Data:
02.11.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/78/2017 pn.: Dostawa sprzętu medycznego do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

W L.p 1 jest informacja "wyposażona w kod kreskowy startowy wprowadzający kod kreskowy etykiety do systemu". Rozumiem, że chodzi o etykietę zbiorczą, która jest naklejona na rolkę?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Czy etykiety są „czyste” bez nadruku czy posiadają nadrukowane wstępnie informacje?

ODPOWIEDŹ: Etykiety są „czyste”, bez nadruków


Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o rysunek techniczny etykiety wraz z podaniem wymiarów etykiety oraz miejsc nacięć. Jest to niezbędne do wyceny narzędzia do sztancowania etykiet oraz materiału do produkcji etykiet.

ODPOWIEDŹ:

Szerokość: 5cm 06 mm - w pionie

Długość: 10cm 02 mm - w poziomie



W miejscu, gdzie znajdują się linie wewnętrzne umiejscowione są również nacięcia. Etykieta jest trójdzielna i składa się z trzech części, dwóch mniejszych i jednej większej.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Czy między etykietami znajduje się perforacja, która ułatwia aplikację?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza powyższe

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Proszę o informację odnośnie modelu drukarki Argox

ODPOWIEDŹ: Model R-400 plus

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Proszę o informację odnośnie preferowanej ilości etykiet na rolce.

ODPOWIEDŹ: Preferowana ilość etykiet na rolce wynosi 1000-1300 sztuk na rolce

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 6, Załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o tyle dni, ile będziemy oczekiwać na wyjaśnienia z Państwa strony.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.11.2017r. do godz. 10:00

Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane:

- **termin składania ofert** – z 07.11.2017r., do godz. 10:00 **na 08.11.2017r., do godz. 10:00,**

- **otwarcie ofert** – z 07.11.2017r. o godz. 10:30 **na 08.11.2017r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 08.11.2017r., do godz. 10:00,**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska