

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/109/2018/1

Data:
10.01.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/109/2018 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Zadanie 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do jejunostomii, w składzie: m.in. silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjna 17 G 98mm oraz dwa łączniki żeńsko- żeńskie Luer-lock?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Zadanie nr 5

1)Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 5 dopuści nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania złogów o średnicy cewnika 2,7FR , długości 120cm , długości koszyka 25mm , i średnicy koszyka 10mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2)Czy Zamawiający w pozycji 4 pakietu 5 dopuści balonowy rozszerzacz moczowodowy składający się z napełnianych trzonów z podwójnym światłem, i światła na przewodnik oraz balonu do rozszerzania na dalszym końcu. Balon rozszerzacza posiada dwa paski cieniujące, które wskazują długość roboczą balonu. Wielkość balonu 5mm , długość 4 lub cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3)Czy Zamawiający w pozycji 6 pakietu 5 dopuści hydrofilową koszulkę dostępu moczowodowego w rozmiarach 11FR(średnica wnętrza 9,5FR)w długości 24-52cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,3,4,6 z pakietu nr 5 i stworzy osobny pakiet? Wdzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

Część 9, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczo atestowaną półmaskę filtrującą z osłoniętym zaworem oddechowym pomagająca chronić pracownika opieki medycznej poprzez zmniejszenie narażenia na zawieszony w powietrzu cząstki (bioaerozole, pyły, pary) i przed rozbryzgami płynów, a pacjenta przed powietrzem wydychanym przez pracownika opieki medycznej. Maskę spełniającą jednocześnie standardy klasy ochrony FFP3 normy EN 149:2001 oraz ISO 13485:2003 system zarządzania jakością urządzeń medycznych. Składana 3-panelowa konstrukcja dopasowująca się do różnych kształtów twarzy, dostosowująca się do ruchów twarzy podczas mówienia, odporna na zapadanie się: idealna do pracy w gorącym i wilgotnym środowisku. Wyprofilowana blaszka nosowa o zakrzywionym, niskim profilu, idealnie dopasowująca się do kształtu nosa i konturów oczu zapewniając dobre pole widzenia i kompatybilność z goglami i okularami ochronnymi. Tłoczony panel górny ograniczający przepływ wydychanego ciepłego i wilgotnego powietrza przez górną część maski zmniejszając parowanie okularów i gogli. Zawór oddechowy efektywnie likwidujący nagromadzone ciepło zapewniając przyjemne uczucie chłodu i bardziej komfortowe użytkowanie, odprowadzający wydychane powietrze zmniejszając ryzyko parowania okularów. Taśma nagłowia utrzymująca szczelne przyleganie półmasek do twarzy, kolor taśmy biały, a klasa ochrony nadrukowana na masce, Pakowana indywidualnie ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Część 9, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści półmaskę filtrującą dwupanelową bez zaworu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 4

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 4 pozycji 1

Prosimy o dopuszczenie:

Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur karbowanych rozciągalnych z polipropylenu – z pamięcią kształtu:

1. dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2m po rozciągnięciu
2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu
3. łącznika typu Y i łącznika kąтового z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M
4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną.

System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 4 pozycji 1

Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur karbowanych rozciągalnych z polipropylenu – z pamięcią kształtu:

1. dwóch rur (wdech i wydech) o długości 3m po rozciągnięciu
2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu
3. łącznika typu Y i łącznika kąтового z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M
4. bezlateksowego worka oddechowego o pojemności 2l z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną.

System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 4 pozycji 1

Prosimy o dopuszczenie:

Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, dla dorosłych o średnicy 22mm, walidowany na 7 dni, wykonany z PE, bez PCV, bez ftalanów, dwie rury karbowane o długości 2,4 m, (1 ramię z pułapką wodną), gałąź worka oddechowego 1,6m; Worek oddechowy bezlateksowy 2L z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną oraz kapturek zabezpieczający łącznik kolankowy z portem luer odłączalny, trójnik Y. Niezawodne łącznik od strony aparatu niszowo-zatraskowe.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 4 pozycji 2

Prosimy o dopuszczenie:

Anestetyczny obwód oddechowy dla dzieci o średnicy 15 mm, wykonany z polipropylenu, składający się z dwóch rur o zmiennej regulowanej długości w zakresie 42-200 cm oraz dodatkowej gałęzi o długości 150 cm, worka bezlateksowego 1 litrowego, łącznik Y z kolankiem 90stopni z portem LL zabezpieczony koreczkiem, czysty mikrobiologicznie. Rury posiadają niski opór przepływu, lekkie, z pamięcią kształtu. Mikrobiologicznie czysty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu 4 pozycji 2

Prosimy o dopuszczenie:

Pediatryczny, okrężny układ oddechowy 15 mm wykonany z rur o gładkiej powierzchni wewnętrznej, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.

W skład układu wchodzi:

- dwie elastyczne rury o długości 1,6 m o gładkiej powierzchni wewnętrznej, z miękkimi zakończeniami 22 F od strony respiratora,
- łącznik Y z możliwością odłączenia gałęzi,
- 1 gałąź o długości 1 m,
- worek oddechowy bezlateksowy o poj. 1 l,
- łącznik prosty 22M/22M,
- kapturek zabezpieczający układ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu 4 pozycji 3

Prosimy o dopuszczenie:

Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze w skład którego wchodzi:

- rura wewnętrzna 18 mm
- rura zewnętrzna 30mm,
- dodatkowa gałąź o regulowanej długości
- bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l
- linia kapno
- łącznik kolankowy , obrotowy 22M/15F
- łącznik prosty 22M/22M
- łącznik tlenowy 22M
- tester szczelności
- dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200cm

Dodatkowo: Pułapka wodna samouszczelniająca się: mała lub duża.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4 – WZÓR UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §3 ust. 1

Prosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień/godzinę zwłoki.”*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 – dotyczy §3 ust. 3

Prosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„(...) Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień/godzinę zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 – dotyczy §3 ust. 4

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie §5 ust. 2 pkt. 1) – 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 – dotyczy §5 ust. 1

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
(...)*

- 2)powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej **trzykrotnego** naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 5 i 8 oraz § 4 ust. 3 Umowy,*
- 3)co najmniej **trzykrotnego** dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi,*
- 4)co najmniej **trzykrotnego** dostarczenia wyrobów z terminem ważności i pełnej sterylności krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy (...).”*

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w zakresie zadania nr 4 poz. 1. Nowe brzmienie poz. 1:

„Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, EVA, PE, bez lateksu, PVC i DEHP. Zestaw zawierający: ramię wdechowe i wydechowe (objętość układu 2,4L) o stałej długości od 240 do 280 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; oba ramiona wyposażone w pułapkę wodną. Ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2L wraz z łącznikiem do worka, zaopatrzony w uchwyt. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem, pozwalającym na zachowanie czystości układu do momentu jego użycia. Pakowany we folię. Czas stosowania- 7dni.”

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 23.01.2019r., do godz. 09:00 **na 28.01.2019r., do godz. 09:00,**
- **otwarcie ofert** – z 23.01.2019r. o godz. 09:30 **na 28.01.2019r. o godz. 10:00.**

Ponadto zmienia się rozdział XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 28.01.2019r. do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych**

Małgorzata Szelażewicz