



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Znak sprawy:
EP/220/2/2019/1

Data:
15.01.2019 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/2/2019, pn. Dostawa i montaż wyposażenia w meble medyczne dla Oddziału Geriatrii zgodnie z projektem pt.: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych- zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych” w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Dotyczy Zadania nr 1, poz. nr 6 Wózek inwalidzki

Pytanie nr 1

Czy w opisie technicznym wózków w poz. nr 6 l.p. 11 wysokość całkowita wózka - nie nastąpiła omyłka pisarska ?

Odp. W opisie technicznym wózków w poz. nr 6 lp. 11 wysokość całkowita wózka nie nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o wysokości całkowitej 93 cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki o wysokości całkowitej 93 cm, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. 1 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości od 55 – 106 cm ?
Reszta parametrów wg SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza stół zabiegowy z regulacją wysokości od 55 – 106 cm, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Dostosowanie SPWSZ do potrzeb szybko rosnącej populacji osób starszych - zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Geriatrii i Przewlekłe Chorych”

Nr Umowy: RPZP.09.01.00-32-0004/17-00 z dnia 07.12.2017 r.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz. 2 Stół rehabilitacyjny

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z systemem jezdnym – unoszone koła jezdne ? Producent oszczędził od montażu w stołach systemu jezdnego z centralną blokadą kół.

Reszta parametrów wg SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny z systemem jezdnym – unoszone koła jezdne, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy poz. 2 Stół rehabilitacyjny

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny o regulacji kąta nachylenia oparcia pleców od 0 do 85 cm, długości 200 cm i regulacji wysokości od 45 – 95 cm ?

Reszta parametrów wg SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza stół rehabilitacyjny o regulacji kąta nachylenia oparcia pleców od 0 do 85 cm, długości 200 cm i regulacji wysokości od 45 – 95 cm, pozostałe parametry zgodnie z zapisami SIWZ.

ZESTAW 3

Dotyczy zadania nr 1, poz. 1 Stół zabiegowy – 1 szt., l.p. 14 wysokość

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie wymaga regulacji wysokości w zakresie 48 – 100 cm, natomiast specyfikacja dotyczy stołu, który posiada regulację wysokości w zakresie 55 – 106 cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o regulacji wysokości 55 – 106 cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

Odp. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 1 ZESTAWU 2.

Z upoważnienia
Dyrektora SPWSZ
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczn
Małgorzata Szlachetnicka