

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szpital
bez bólu



Znak sprawy:
EP/220/117/2018/3

Data:
16.01.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/117/2018, pn. *Dostawa zestawów do laparoskopii dla SPWSZ w Szczecinie*

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

- Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 1B do SIWZ – Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Zestaw laparoskopowy 2D, przyjmując nowe brzmienie zawarte w poprawionym Załączniku nr 1B do SIWZ dla zadania nr 2, poprzez usunięcie parametru Głowicy kamery wskazanego w poz. 15.

Powyzsze zmiany zostały naniesione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poprawionym 2 Załączniku nr 1B do SIWZ dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szlagiewicz

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Zadanie nr 2: Opis parametrów wymaganych dla aparatu – Zestaw laparoskopowy 2D

Lp.	Sprzęt	Liczba sztuk
	Zestaw laparoskopowy 2D	1
	Producent.....	Model.....
L.p.	Wymagania Zamawiającego	Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) lub parametry oferowane (podać dokładne wartości)
Parametry wymagane		
Sterownik kamery:		
1.	Rozdzielczość minimum Full HD 1920x1080,	
2.	system skanowania – skanowanie progresywne minimum 1080p.	
3.	Konsola kamery wyposażona w min. 4 wyjścia cyfrowe w rozdzielczości Full HD minimum, 2x DVI-D, 2x HD-SDI, min. 1 wyjście analogowe typu S-Video,	
4.	Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych min. (laparoscopia, artroskopia, histeroscopia, endoskopy giętkie, neuro oraz ustawienia użytkownika) min. 3	
5.	Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na monitorze operacyjnym	
6.	Funkcja aktywacji (uruchamianie zapisu) cyfrowego rejestratora obrazu realizowana przez operatora za pomocą przycisku z głowicy kamery	
7.	Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 poprzez gniazdo USB do pamięci PenDrive min. 3 gniazda typu USB. Zamawiający dopuszcza zewnętrzny system dokumentacji medycznej o rozdzielczości 1920 X 1080 wyposażonego w 3 gniazda USB.	
8.	Funkcja szybkiego automatycznego balansu bieli dostępna po przyciśnięciu jednego przycisku na sterowniku kamery oraz przycisku na głowicy .	

9.	Funkcja specjalnych trybów obrazowania umożliwiająca różnicowanie tkanek, minimum 5 trybów dodatkowych w tym minimum korekcja doświetlenia obrazu (tzn. redukcja odbłasków przy jednoczesnym rozjaśnieniu najciemniejszych miejsc obrazu) lub min. 3 tryby dodatkowe gdy korekcja doświetlenia obrazu (to jest redukcja odbłasków przy jednoczesnym rozjaśnieniu najciemniejszych miejsc obrazu) jest funkcją stale włączoną	
10.	Polskie menu wyświetlane na ekranie monitora	
11.	Możliwość sterowania funkcją „stand by” źródła światła przyciskiem na głowicy kamery	
Głowica kamery:		
12.	Zmiennie ogniskowa głowica kamery wyposażona w minimum 1 przetwornik obrazu typu CMOS	
13.	Głowica kamery kompatybilna z posiadany przez zamawiającego sprzętem endoskopowym i laparoskopowym: <ul style="list-style-type: none"> • • • • 	
14.	Głowica wyposażona w programowalne przyciski z możliwością przypisywania różnych funkcji do dowolnego przycisku	
15.	Czułość <math>\leq 0,5 \text{ lux} \cdot \text{a} \cdot \text{f}</math> = 1,2 lub odpowiednik w ISO	
16.	Zoom cyfrowy min 2,5x	
17.	Ogniskowa w zakresie minimum 14-28 mm lub obiektyw dostosowany do optyk średnicy ~4mm (możliwość zmiany obiektywu bez użycia narzędzi, minimum 3 różne dostępne obiektywy)	
18.	Zoom optyczny min. 2x	
19.	Szybkość migawki min. 1/50 — 1/10 000 s	
20.	Długość przewodu głowicy min. 4 m	
Źródło światła LED ze światłowodem		
21.	Światło LED, średnia żywotność minimum 30 000 godz.	
22.	Natężenie światła ciągłe, regulowane płynnie pokrętłem rotacyjnym	
23.	Uniwersalne złącze do światłowodów różnych producentów minimum: Aesculap, Storz, Olympus i Wolf	
24.	Zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem światłowodu z gniazda	
25.	Zintegrowany system pomiaru transmisji światła w światłowodach	
26.	Możliwość sterowania funkcją standby źródła światła z głowicy kamery	

27.	Światłowód zgodny ze standardem Full HD w nieprzeźroczystej osłonie długość minimum. 2,5m średnica 4,8mm. Minimum 1 szt.	
Monitor LED		
28.	Monitor Full HD minimum minimum 27" (kryterium oceny oferty)	
29.	Monitor medyczny	
30.	Przekątna minimum 31 cali	
31.	Ekran antyrefleksyjny	
32.	Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli	
33.	Wejścia video 1 x 3G-SDI, 1 x DVI-D, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video, HD15	
34.	Wyjścia video 1 x 3G-SDI, 1 x DVI-D, 1 x RGB, 1 x S-Video, 1 x Video	
35.	Funkcje menu wyświetlane na ekranie	
36.	Kąt patrzenia minimum 170 st.	
37.	Kontrast minimum 1000:1	
38.	Maksymalna jasność 400 cd/m2 uchwyt monitora do wózka endoskopowego w zestawie	
Wózek do zestawu		
39.	Wózek pod zestaw laparoskopowy: <ul style="list-style-type: none"> • Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół, • Wbudowana listwa zasilająca, oraz przeciwprzepięciowa - umożliwiająca podłączenie wszystkich elementów zestawu, • Wózek umożliwiający schowanie całego okablowania , • W komplecie całe okablowanie, • Maksymalne obciążenie wózka min. 210 kg, • Zintegrowane uchwyty umożliwiające łatwe przemieszczanie wózka 	
40.	Uchwyt na płyny infuzyjne z możliwością regulacji wysokości	
41.	Uchwyt na głowicę kamery mocowany w konstrukcję wózka	
42.	Główny przewód zasilający dł. min 5 m, znaczony kolorystycznie (pomarańczowy)	
Gwarancja		
45.	Dostępność części serwisowych po okresie gwarancyjnym minimum 4 lata.	
46.	W okresie gwarancji wykonanie przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta z wyszczególnieniem czynności wykonywanych podczas przeglądów.	
47.	Montaż i uruchomienie	
48.	W przypadku zgłoszenia niesprawności naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.	
49.	W przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoficerowany w okresie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii	

50.	Gwarancja obejmująca cały systemm-ce (kryterium oceny ofert i oświadczenie złożone w formularzu ofertowym na dostarczony sprzęt bez materiałów eksploatacyjnych)- min. 24 m-ce	
51.	Liczba napraw powodująca wymianę elementu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu	
Szkolenia		
52.	Szkolenie minimum 2 dla minimum 1 lekarza z przeprowadzania procedur: <ul style="list-style-type: none"> • Operacje przezklinowe nowotworów przysadki • Endoskopowe operacje przedniego dołu czaszki • Endoskopowe operacje patologii układu komorowego u dorosłych 	
53.	Szkolenie z czyszczenia i przygotowania sprzętu do sterylizacji dla użytkownika oraz firmy świadczącej usługi sterylizacji dla Zamawiającego	

POUCZENIE:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru lub podając dokładną wartość oferowanego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.”, Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego”.

(podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Art. 297 § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.