

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/107/2018/1

Data:
28.01.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/107/2018 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmieniono jej treść oraz przedłużono termin składania ofert:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 11 pozycja 3 organizatora przewodów o parametrach zgodnych z SIWZ tj. w postaci paska sterylnego, jednorazowego, przyklepnego, z biegnącą pośrodku odklejaną taśmą o szerokości 20mm. Umożliwiająca unieruchamianie przewodów. Warstwa przyklepna organizatora pokryta klejem akrylowym, repozycjonowalnym w rozmiarze bardzo nieznacznie różniącym się od wymaganego tj. 3,8 cm x 13,3 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 2

Pytanie nr 1, dotyczy Zadania nr 4 poz. 48-49

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych z pozycji z Zadania i utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie pozycji umożliwi złożenie oferty większej liczbie Wykonawców w konkurencyjnych cenach?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy Zadania nr 4 poz. 48

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Sterylnego, nieprzeziernego fartucha chirurgicznego, wykonanego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m² w rozmiarze M, L, XL oraz XXL (do wyboru przez Zamawiającego). U góry zapinany na rzep na szyi (nie jest on typu combi tape, który pozwala na zapięcie w dowolnym miejscu na plecach), rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Pakowany razem z 2 ręcznikami. Pakowane podwójnie tj. opakowanie zbiorcze (karton), wewnętrzne opakowanie to worek z folii PE?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 3, dotyczy Zadania nr 4 poz. 49

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Sterylnego, pełnoochronnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m² w rozmiarze M, L, XL oraz XXL (do wyboru przez Zamawiającego). U góry zapinany na rzep na szyi (nie jest on typu combi tape, który pozwala na zapięcie w dowolnym miejscu na plecach). Z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części oraz w rękawach chroniących operatora przed przesiąkaniem płynów. Nieprzemakalne wstawki od wewnętrznej strony fartucha, umocowane na całej powierzchni (nie punktowo) U góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 7cm, troki łączone kartonikiem. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Pakowany razem z 2 ręcznikami. Pakowany podwójnie tj. opakowanie zbiorcze (karton), wewnętrzne opakowanie to worek z folii PE?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający wskazując „w części środkowej serwety” miał na myśli serwety na ekran anestezyjologiczny z przylepcem na boku serwety?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający mógłby wskazać z ilu części powinien składać się papier zabezpieczający lepną stronę taśmy medycznej ? Ilość papierków zabezpieczających taśmę lepną może wpływać na komfort pracy personelu medycznego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wskazuje z ilu części powinien składać się papier zabezpieczający lepną stronę taśmy medycznej.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1

Czy zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach?

Zestaw posiada dwuwarstwowe serwety wykonane na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze min. 56 g/m² oraz wysokiej chłonności 570% (chłonność znacznie wyższa od wymaganej przez Zamawiającego). Serwety o odporności na rozzerwanie na mokro i sucho w obszarze krytycznym min. 150 kPa oraz wytrzymałości na rozdzieranie wzdłużne min. 29,7 N, wytrzymałości na rozdzieranie poprzeczne min. 40,3 N, a także odporności na przenikanie cieczy 250 cmH₂O (większa niż wymagana w SIW).

Ponadto, folia posiada właściwości antystatyczne, laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoksyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610 (metoda badań PN-EN ISO 6941).

Skład:

Element	Ilość szt.	Rozmiar (cm)
serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



serwetki do rąk z włókniny kompresowej	2	40x20
--	---	-------

Całość zestawu zawinięta w serwetę na stół do instrumentarium o rozmiarze 150x190cm wykonaną z folii polietylenowej oraz warstwy chłonnej o szerokości 66cm na całej długości serwety. Chłonność warstwy chłonnej serwety na stół do instrumentarium wynosi min. 400%, barierowość dla wody powyżej 100 cmH₂O. Gramatura serwety min. 84 g/m²

Serweta na stolik Mayo składana teleskopowo do środka, oznakowanie za pomocą naklejki z piktogramem ułatwia jego szybką aplikację o rozmiarze 145x80cm wykonana z folii polietylenowej oraz włókninowej warstwy chłonnej. Gramatura min. 130 g/m².

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu obłożeń do zabiegów długich z ręczniczkami chłonnymi z włókniny kompresowej w miejsce wymaganych ręczniczków z celulozy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu obłożeń do zabiegów długich, pakowanego w karton wewnętrzny z klapką wielokrotnego zamykania i otwierania na jednym z mniejszych boków, która umożliwi pojedyncze dozowanie produktu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

ODPOWIEDŹ: Tak, za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 7, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy, §1 ust. 12

Zważywszy na treść § 1 ust. 12 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić minimalnego zakresu zamówienia.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 8, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projektu umowy, §3 ust. 1

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy wyrażenie „50% wartości zamawianej partii towaru” zostało zastąpione wyrażeniem „50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projektu umowy, §4 ust. 4

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości umowy na dane zadanie” zostało zastąpione wyrażeniem „20% niezrealizowanej wartości umowy na dane zadanie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), nie zaś od wartości całej umowy (zadania). W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy (zadania), a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy (zadania). Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projektu umowy, § 6 ust. 2 pkt 1) i 4)

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1) i 4) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12, w wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. KIO 2280/16 oraz w wielu innych orzeczeniach.

ODPOWIEDŹ: Projekt umowy w § 6 ust. 2 pkt 4-5 zawiera klauzule waloryzacyjne, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2-3 ustawy Pzp. Zatem Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie modyfikacji wzoru umowy.

ZESTAW 4

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych powiększonego, spełniającego wymagania SIWZ, jednakże w którym pokrowiec na stolik Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 60 x 145cm, czyli większe a więc korzystniejsze niż wymagane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 4, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do operacji biodra, wykonanego z laminatu: włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa. Serweta z wycięciem „U” oraz serweta na ekran anestezjologiczny wykonane są z laminatu o gramaturze 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w części krytycznej serwet, o gramaturze 110 g/m². Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do protezowania, w którym odporność na rozerwanie w obszarze krytycznym serwet na sucho/mokro jest wyższa niż wymagana w SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 4, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu operacyjnego do protezowania zapakowanego w opakowania typu Ventbag, które wyposażone jest w białe, koliste fragmenty opakowania, wykonane z folii Tyvek, przez które przedostaje się do wewnątrz i przenika na zewnątrz stosowany do sterylizacji zawartości opakowania tlenek etylenu. W przypadku opakowania Ventbag szwy zgrzewane znajdują się na spodzie opakowania, stąd ich wykonanie jest naprawdę bardzo solidne. Worek foliowy jest otwierany u góry, gdzie folia nie jest podwójnie wywinęta, jak to ma miejsce na zgrzewanych krawędziach. Takie rozwiązanie gwarantuje absolutną pewność i bezpieczeństwo opakowań Ventbag dla krytycznych, ciężkich i dużych zestawów operacyjnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 4, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55g/m²? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 4, poz. 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety zabiegowej o odporności na penetrację płynów w części wzmocnionej > 150 cm H₂O. Pozostałe parametry serwety zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 4, poz. 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa. Pozostałe parametry serwety bez zmian. Proponowana serweta była dostarczana Państwu w ramach obecnej umowy, i nie otrzymaliśmy uwag co do jej jakości i wartości użytkowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 4, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji okulistycznych, w którym serweta ma rozmiar 150 x 150cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 7, poz. 4, 6 i 8

Jako producent produktów wyspecyfikowanych w zadaniu 7, poz. 4, 6 i 8, prosimy o wyłączenie ich do oddzielnego pakietu, co umożliwi nam udział w postępowaniu przetargowym.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 7, poz. 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarze L (długość 120 cm, obwód 140 cm), z wycięciem Y do wysokości mostka?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 6

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 4, poz. 33-34,43-47

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji . 33-34,43-47 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 4, poz. 33

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 4, poz. 33

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 4, poz. 33

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 4, poz. 34

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 25 szt. z przeliczeniu, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 4, poz. 43

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 100 szt. z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 4, poz. 44-45, 46

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 100 szt. z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 4, poz. 46

Czy zamawiający dopuści czepkę typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², bez wydłużenia, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9, dotyczy zadania nr 4, poz. 47

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 10 szt. z przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy zadania nr 4, poz. 47

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 11, dotyczy zadania nr 7, poz. 5

Prosimy o wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy zadania nr 7, poz. 5

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 7

Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy, §1 ust. 11

W opublikowanym przez Zamawiającego załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącego Projekt umowy w § 1 ust. 11 Zamawiający jest uprawniony do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego. W związku z powyższym wnoszę o jego wykreślenie lub o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 80 %.

Wniosek powyższy wynika z faktu, iż brak ustalenia minimum realizowanych dostaw stanowi naruszenie art. 353¹ k.c. w zw. z art. 139 pzp oraz art. 29 ust. 2 pzp. Zaniechanie takiego zastrzeżenia przeczy bowiem zasadzie równości stron poprzez naruszenie zasady swobody umów, jak również nie spełnia należytego określenia przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze zasady wskazane powyżej po stronie zamawiającego istnieje bowiem obowiązek określenia najbardziej precyzyjnie ilości jakie zostaną zrealizowane w 100% oraz zakres ilościowy z którego zrezygnuje. W tym zakresie zarówno orzecznictwo sądów powszechnych jak również KIO jest bezwzględne i wskazuje na obowiązek umieszczania zapisów gwarantujących minimalny poziom zamówienia w przypadku, gdy zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia. W wyroku z 13.09.2005r., V Ca 1110/05, Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, iż brak w treści projektu umowy procentowego zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamówienia w poszczególnych pozycjach asortymentowych może spowodować znaczne trudności dla dostawcy. Dlatego też projekt umowy powinien być tak zmodyfikowany by dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, iż zawarta umowa pozwoli sprzedać zamówioną ilość towaru (Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzeczeń zespołów arbitrow – UZP, W-wa 2006). W kolejnym wyroku SO w Warszawie zauważył (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23.11.2005 r., IV Ca 508/05), że niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. Tym samym niedopuszczalne jest nie tylko zastrzeżenie możliwości ograniczenia zamawianej ilości asortymentu bez podania minimalnego gwarantowanego progu zamówień, ale również uzależnienie możliwości zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby zamawiającego. Zapis w umowie jest tak ogólny, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. Zakres zmniejszenia zamówienia pozostaje dla wykonawców nieprzewidywalny, a zasadność tego zmniejszenia w zasadzie trudno weryfikowalna. Wykonawcy przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. Także w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2004 r. (w sprawie o sygn, V Ca 2306/03), w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.01.2004 r. (w sprawie o sygn, akt: V Ca 2344/03).

W tym zakresie również KIO zajmowała stanowisko m.in. w wyroku z 11.01.2008r., KIO/UZP 22/07, Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



przedmiotu zamówienia. "Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny". Izba uznała ponadto w tym przypadku, że "Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy". W wyroku z dnia 11 stycznia 2008 r., KIO/UZP 33/07, KIO wyjaśniła - Określenie górnej granicy zobowiązania zamawiającego bez wskazania minimalnej wielkości zamówienia, którą na pewno wykorzysta zamawiający, nie spełnia wymogów należytego określenia przedmiotu zamówienia. Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej "taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który nakazuje aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Zamawiający nie opisując wielkości gwarantowanych stosuje praktykę, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy". W kolejnym wyroku z 16.01.2016r., KIO 2970/13, KIO wskazała wprost: „Na zamawiającym spoczywa obowiązek zagwarantowania wykonawcom pewności co do określonego minimalnego pułapu zamówienia, który pozwoli uczestnikom postępowania dokonać analizy kosztów, wymiennie wpływających na wysokość ceny.” W kolejnym wyroku z dnia 28 marca 2008 r., KIO/UZP 222/08, KIO wyjaśniał - Zamawiający nie może ograniczyć wykonawcy w realizacji dostawy, gdyż na wykonawcy ciąży obowiązek wytworzenia i dostarczenia rzeczy periodicznie, natomiast na zamawiającym obowiązek zapłaty ceny za dostarczony produkt. Nie może mieć miejsca sytuacja, w której to na wykonawcę przerzucony jest cały ciężar i ryzyko niezrealizowania umowy oraz wyłączona jest możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez wykonawcę. Brak ustalenia minimum zrealizowanych dostaw przy dużym zamówieniu może prowadzić do braku porównywalności cen w składanych zamawiającemu ofertach. Wykonawcy bowiem mogą w bardzo różny sposób wycenić ryzyko braku realizacji dostaw dla zamawiającego. Ponadto, jak stanowi §1 ust. 12 Projektu umowy, Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości dostaw i zgodnie z ust. 13 tenże jest zobowiązany zabezpieczyć określoną ilość wyrobów. Powyższa przesłanka wskazuje na naruszenie zasady swobody kontraktowania i art. 7 ust. 1 pzp w zakresie zasady uczciwej konkurencji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić minimalnego zakresu zamówienia.

Pytanie nr 2, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projektu umowy, §3 ust. 1

W imieniu Wykonawcy wnoszę zmianę zapisu § 3 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ będącego Projektem umowy na: „W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1) – 7), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projektu umowy, §3 ust. 1

W imieniu Wykonawcy wnoszę o zmianę § 3 ust. 1 załącznika nr 4 do SIWZ będącego Projektem umowy w zakresie wyłączającym naliczenie kary umownej za zwłokę w dostawie w przypadku rozwiązania umowy, o czym stanowi § 3 ust. 5 Projektu umowy.

Postanowienia zawarte w § 3 ust. 1 i ust. 5 Projektu umowy doprowadzą do kumulowania kary umownej, która jednocześnie będzie naliczona za zwłokę w dostawie i za rozwiązanie umowy z powodu dwukrotnej zwłoki w dostawie. W tym zakresie następuje niczym nie uzasadnione uprzywilejowanie Zamawiającego co narusza zasady wskazane w art. 353¹ KC oraz art. 7 ust. 1 pzp. W tym bowiem przypadku zachowanie zasady uczciwej konkurencji wymaga wprowadzenia postanowienia wskazującego, iż w przypadku rozwiązania umowy z powodu dwukrotnej zwłoki w dostawie nie będą naliczone kary za zwłokę w dostawach a naliczone kary z tego tytułu zostaną zaliczone na poczet kary za rozwiązanie umowy z powodu dwukrotnej zwłoki w dostawie.

Zgodnie z art. 353¹ Kodeksu cywilnego stanowi się, że „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ustawie ani zasadom współzycia społecznego". Tak więc granica swobody umowy zakreślona jest również poprzez zasady współzycia społecznego, z którymi wiąże się problematyka tzw. słuszności kontraktowej, rozumianej jako równomierny rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku prawnym, czy też ciężarów oraz szans i ryzyk związanych z powstaniem i realizacją tego stosunku. Wymaga podkreślenia, iż celem zamawiającego powinno być dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w postępowaniu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt *IV Ca 508/05*). Zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Bez względu na to, iż to zamawiający jest gospodarzem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie może przejawiać się w kształtowaniu wzoru umowy w sposób, który rażąco będzie naruszał równowagę stron umowy. Mimo możliwości przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawcę, zamawiający powinni dążyć do przygotowania umowy, która nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale będzie także odpowiedzią na potrzeby rynku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu obłożeń do zabiegów krótkich, w którym:

- obłożenie zapakowane jest w serwetę na stolik instrumentariuszki wykonaną z folii PE 40 mikronów o wymiarach 140x190cm, ze wzmocnieniem w środkowej części wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 65x190cm,
- taśma lepna ma wymiar 9x49cm,
- ręczniki chłonne mają wymiar 18x25cm,
- serwety główne o nieprzemakalności >100cm H₂O, odporności na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 61 kPa, odporności na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 88 kPa, znajdujący się w opakowaniu folia-folia, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu obłożeń do zabiegów długich sterylizowanego radiacyjnie, który w swoim składzie posiada taśmę lepnią o wymiarze 9x49cm zamiast 10x50cm, znajdujący się w opakowaniu folia-folia, przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego, w którym:

- serweta na ekran anestezjologiczny z poz.1 ma wymiar 175x175cm,
- osłona na stolik Mayo jest składana metodą tradycyjną i ma wymiar 79x145cm,
- taśma lepna ma wymiar 9x49cm,
- serwety z poz.1-3 są wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina PP+PE+włóknina wiskozowa o gramaturze łącznej powyżej 55 g/m²) ze wzmocnieniem z włókniny wiskozowej (łączna gramatura w strefie padu ponad 110 g/m²),

przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 9

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 4, poz. 47

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 47 z zadania nr 4. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 4, poz. 33-35, 39, 43-47

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 33-35, 39, 43-47 z zadania nr 4. Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 10

Pytanie nr 1, dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ - Projekt umowy, §3 ust. 1

W celu miarkowania kar umownych prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu dotyczącego kary umownej w §3 p.1.

W jego miejsce prosimy o wstawienie zapisu o naliczaniu standardowych kar umownych tj. w wysokości 0,05% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia / dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 7, poz. 1, 2, 3, 7

Czy Zamawiający oczekuje produktów pakowanych a'1 szt. w torebkę foliową, czy składane a'1 szt. a następnie pakowane np. a'10szt. w torebce foliowej?

ODPOWIEDŹ: Wyroby z pozycji 1, 2, 3, 7 mogą być pakowane zarówno pojedynczo jak i np. a' 10 szt.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny czterowarstwowej SMMS o gramaturze min. 38g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie z włókniny czterowarstwowej SMMS o gramaturze min. 40g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści komplet w którym bluza na dolnych krawędziach nie jest podwinięta i obszyta, natomiast przycięcie jest wykonane mechanicznie, jest równe i nie zawiera strzępień?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 7, poz. 7

Czy Zamawiający wymaga podkładu nieprzemakalnego?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 7, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarze 160cm x 100cm lub 80cm x 150cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza podkład o wymiarze 160cm x 100cm. Zamawiający nie dopuszcza podkładu o wymiarze 80cm x 150cm.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze minimalnie większym od określonego tj. 16,5cm x 24,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 9, dotyczy zadania nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści poszwę ze standardową zakładką min. 20 cm, ale bez rzepów?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 11

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pokrowce foliowe na aparaturę z gumką, sterylne, w rozmiarach: szerokość 102 cm i wysokość 51 cm.

Wnioskowana tolerancja rozmiaru nie ma istotnego wpływu na kliniczne wykorzystanie wyrobu, a umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo i jakościowo ofert większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 6, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pokrowce foliowe na aparaturę z gumką, sterylne, w rozmiarach: szerokość 95 cm i wysokość 85 cm.

Wnioskowana tolerancja rozmiaru nie ma istotnego wpływu na kliniczne wykorzystanie wyrobu, a umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo i jakościowo ofert większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 6, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, sterylne, bezłateksowe, jednorazowe osłony na sondę do USG śródoperacyjnego w rozmiarze 14 cm na 244 cm, w komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml.

Wnioskowane dopuszczenie nie ma istotnego wpływu na kliniczne wykorzystanie wyrobu, a umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo i jakościowo ofert większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 6, poz. 6

Prosimy o potwierdzenie, iż w trosce o prawidłowość i bezpieczeństwo wykonania procedury, w celu poprawienia jakości obrazu, oferowane soczewki powinny być wypukłe, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 8

Mając na względzie fundamentalne zapisy Ustawy PZP, jak również dyscyplinę finansów publicznych, zmierzające do umożliwienia złożenia konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych wielu Wykonawcom - prosimy o wydzielenie z Zadania nr 8 pozycji nr 1 i 2 i utworzenie z nich odrębnego zadania.

Wnioskowane wydzielenie, pozwoli wielu Wykonawcom na złożenie konkurencyjnych ofert zarówno pod względem jakości /bezpieczeństwa użytkowania/ jak i konkurencyjnych cenowo, co z pewnością leży w interesie Zamawiającego, a jednocześnie wypełni zapisy Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004r z późniejszymi zmianami.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 8, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, jednorazowe, wysoko chłonne, nie uczulające podkłady higieniczne na stół operacyjny, wykonane z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowane z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia na całej długości, o grubości 0,78 mm. Rozmiar: 100 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 1 cm). Podkład o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć), nie powoduje uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Produkt spełniający wymogi normy EN 13795 potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu minimum 125g/m² (+/-1%).

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Wnioskowane dopuszczenie podnosi kliniczne możliwości wykorzystanie wyrobu, a jednocześnie umożliwia złożenie konkurencyjnych cenowo i jakościowo ofert większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 8, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne, jednorazowe, wysoko chłonne, nie uczulające podkłady higieniczne na stół operacyjny, wykonane z polipropylenu, poliestru oraz SAF.

Zbudowane z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o wymiarach 50 (+/-) 2 cm x 225 cm (+/-) 4 cm oraz grubości minimum 0,7 mm na całej długości podkładu. Rozmiar: 100 cm (+/- 1 cm) x 225 cm (+/-) 4 cm. Podkład o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i pikowań czy przeszyć) - nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianie min 4L (+/- 5%) na całej powierzchni podkładu, potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwałe naniesione przez producenta na etapie produkcji oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%).

Wnioskowane dopuszczenie podnosi kliniczne możliwości wykorzystanie wyrobu, a jednocześnie umożliwia złożenie konkurencyjnych cenowo i jakościowo ofert większej liczbie Wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 12

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby każde obłożenie zawierało na opakowaniu 4 etykiety zawierające min.: informacje identyfikujące producenta, daty ważności, nr katalogowy i nr serii (etykiety służą do wklejania do karty pacjenta).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby informacja o sposobie sterylizacji znajdowała się na opakowaniu papier-folia, zamiast na etykiecie służącej do wklejania do karty pacjenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1, 2 i 3

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta wymaga, aby serwety wchodzące w skład zestawów obłożeń, mające kontakt z pacjentem nie zawierały pyłących włókien wiskozy i celulozy?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 1, 2 i 3

Czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego wymaga podwójnego sposobu pakowania: Zestawy zapakowane w opakowanie pośrednie kartonowe – dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 2 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Zestaw serwet wykonanych z chłonnego i mocnego trójwarstwowego (w strefie dedykowanej dla pacjenta) laminatu nieprzemakalnego o układzie warstw: włóknina polipropylenowa (od strony pacjenta), folia polipropylenowa (warstwa barierowa) i włóknina polipropylenowa o chłonności min. 458% z dodatkowymi łatami chłonnymi o gramaturze 80g/m² i chłonności w ich części 990%

Gramatura obłożenia na całej powierzchni serwet operacyjnych min. 70g/m².

Skład zestawu:

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- obłożenie zapakowane w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach minimum 140cm x 190cm, wzmocnioną w środkowej części
- serweta ekran anestetyczny o wymiarach minimum 150cm x 200cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt.
- serweta boczna o wymiarach minimum 75cm x 90cm, wykończona taśmą lepną na długości dłuższego boku, z dodatkową łata chłonną – 2 szt.
- serweta dolna o wymiarach minimum 170cm x 175cm, wykończona taśmą lepną, z dodatkową łata chłonną – 1 szt.
- serweta na stolik Mayo, nieprzezierna, o wymiarach minimum 78cm x 145cm, w środkowej części wzmocniony laminatem i warstwą chłonną – 1 szt.
- taśma lepna o wymiarach minimum 9cm x 50cm – 1 szt.
- ręczniki chłonne, celulozowe – minimum 2 szt.

Zestaw spełnia pozostałe warunki graniczne określone w punktach 4-5

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 niżej opisanego zestawu, nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

Sterylny zestaw serwet uniwersalnych wykonany z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego

Komplet stanowi:

- 1) serweta – ekran anestetyczny min. 240 cm x 150 cm, wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1szt.
- 2) serwety boczne min. 75cm x 90cm, ze wzmocnieniem w części środkowej 15cm x 50cm, wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku – 2szt.
- 3) serweta dolna min. 170 cm x 180cm, ze wzmocnieniem w części środkowej 15m x 50cm, wykończona taśmą – 1szt.
- 4) pokrowiec na stolik Mayo złożony w sposób ułatwiający założenie, z zachowaniem zasad aseptyki min. 78cm x 145 cm – 1szt.
- 5) ściereczki chłonne – 4szt.
- 6) taśmy włókninowe min. 9 cm x 50 cm – 1szt
- 7) serweta owinięcie min. 140 cm x 190 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1szt.

Poz. 1, 2), 3) Laminat dwuwarstwowy + łata chłonna, PE+PP (wzmocnienie włókniną PP) gr min. 55g/m² (w obrębie łaty 140g/m²), min. wytrzymałość na rozerwanie min. 100kPa

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 13

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego, w którym serweta na stolik MAYO wykonana jest z gładkiej z folii min. 40 mikronów, spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 14

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.


Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m²

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 150 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 90 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE




71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 72 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m².

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 125/120 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 85/70 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 130 cm H₂O. Współczynnik pylenia 3.4log₁₀. Chłonność wzmocnienia min. 600%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z chłonnej celulozy z nieprzepuszczalnym dla cieczy materiałem foliowym o gramaturze 38g/m² o wym. 210 cm x 80 cm wzmocniony 48 nitkami?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z włókniny polipropylenowej podfoliowanej o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład z chłonnej celulozy z nieprzepuszczalnym dla cieczy materiałem foliowym o gramaturze 38g/m² o wym. 210 cm x 80 cm wzmocniony 48 nitkami?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny polipropylenowej podfoliowanej bez warstwy chłonnej o gramaturze 45g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 7, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład wysokochłonny składający się z 3 rodzajów warstw: włóknina polipropylenowa, wkład chłonny pikowany z superabsorbentem, laminat nieprzemakalny (spodnia strona), w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym w rozmiarze 50 x 208 cm +/- 2,5cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na odstępnie od wymogu odporności na penetrację płynów?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9, dotyczy zadania nr 7, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10, dotyczy zadania nr 7, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę z wycięciem „Y” wiązana na troki przy szyi oraz w pasie, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11, dotyczy zadania nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² o składzie:

- Poszewka 70cm x 80cm
- Poszwa 160cm x 210cm



Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- Prześcieradło 150cm x 210cm

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12, dotyczy zadania nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu antystatyczności?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13, dotyczy zadania nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14, dotyczy zadania nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne z każdym cięciem nie podwiniętym i nie obszytym ale nie strzępiące się?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15, dotyczy zadania nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę o wym. 15cm x 22cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16, dotyczy zadania nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę o wym. 16cm x 22cm , pozostałe wymagania zgodne z siwz?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16, dotyczy zadania nr 7, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowana a'50szt z przeliczeniem podanych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17, dotyczy zadania nr 12, poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18, dotyczy zadania nr 12, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o długości 60cm, o długości nogawek mierzonych od kroku 20cm, pozostałe wymagania zgodne z siwz?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 15

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy w celu ułatwienia identyfikacji zestawu przez użytkownika Zamawiający oczekuje, aby etykieta z opisem składu w języku polskim zawierała również schemat graficzny.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierały również kod EAN.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający oczekuje, aby etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierały również kod EAN.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z chłonnej nieprzemakalnej włókniny na całej powierzchni serwet?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z chłonnej nieprzemakalnej włókniny na całej powierzchni serwet.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawów zawierających serwety okrywające pacjenta z materiałów pozbawionych celulozy i jej pochodnych o niskim współczynniku pylenia $<1,9 \log_{10}$?

ODPOWIEDŹ: Nie.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 1, załącznika nr 1A do SIWZ - Wymagane warunki graniczne, pkt 3

Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez warunek graniczny opisany w pkt 3 „laminat min. dwuwarstwowy (...). Jedna warstwa zewnętrzna chłonna z włókniny polipropylenowej lub wiskozowej (...)” należy rozumieć, że Zamawiający wymaga zaoferowania obłożenia z chłonnego na całej powierzchni laminatu minimum dwuwarstwowego.

ODPOWIEDŹ: Tak, należy rozumieć, że Zamawiający wymaga zaoferowania obłożenia z chłonnego na całej powierzchni laminatu minimum dwuwarstwowego.

Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet zawierającego minimum 2 etykiety samoprzylepne służące do wklejania w kartę pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, dacie ważności, nr katalogowym i nr lot, natomiast informacja o sposobie sterylizacji znajduje się na etykiecie głównej produktu. Pragniemy nadmienić, że informacja o nazwie producenta, nr kat., nr LOT i dacie ważności pozwala w łatwy sposób zidentyfikować użyty do zabiegu produkt a informacja o sposobie sterylizacji jest w tym przypadku nieistotna.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń do zabiegów krótkich o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190cm wykonana z mikroteksturowanej folii PE 50 μ m ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo 80x145 cm wykonana z gładkiej folii PE 50 μ m, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x uchwyt na przewody typu Velcro 2x11 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m² o parametrach wyższych niż wymagane, tj. o odporności na penetrację płynów $>200 \text{ cm H}_2\text{O}$ oraz odporności na rozzerwanie na mokro/sucho: min.195kPa. Zdolność absorpcji $>250\%$. Serweta na stół Mayo w postaci worka, składana teleskopowo.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8, dotyczy zadania nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu obłożeń do zabiegów krótkich o następującym składzie:

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm wykonana z mikroteksturowanej folii PE 50µm ze wzmocnieniem chłonnym 75x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm wykonana z gładkiej folii PE 50µm, ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna na krótszym boku
- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna, z włókniny SMS 10x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m² o parametrach wyższych niż wymagane, tj. o odporności na penetrację płynów >200cm H₂O oraz odporności na rozerwanie na mokro/sucho: min.195kPa.. Zdolność absorpcji >250%. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9, dotyczy zadania nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z mikroteksturowanej folii PE 50µm ze wzmocnieniem 74x190cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z gładkiej mocnej folii PE 70µm ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Tolerancja rozmiarów +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odporny na przenikanie płynów (> 200 cm H₂O). Materiał odporny na rozerwanie na mokro/sucho (min. 190 kPa) o niskim współczynniku pylenia. Zdolność absorpcji >250%. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repozycjonowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10, dotyczy zadania nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu obłożeń do zabiegów długich, skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym
- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna
- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna
 - 1 x taśma lepna 10x50 cm
 - 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace 30x40 cm
- Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m² ze wzmocnieniem w obszarze krytycznym o gramaturze 116g/cm² odpornego na przenikanie płynów > 200 cm H₂O. Zdolność absorpcji > 250%, w obszarze krytycznym > 650%.
- Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu.
- Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent posiada certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 13485.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11, dotyczy zadania nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet wykonanego z chłonnego i mocnego laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m², odporności na penetrację wody, płynów > 20 dm H₂O, wytrzymałości na rozrywanie i manipulację na mokro i sucho min.190 kPa, wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne na sucho i mokro min.88 N, wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na sucho i mokro min.62 N, chłonności 330%, z uchwytem na przewody typu rzep 2,5x13cm (1 szt.), serwetą na stolik Mayo 80cmx142cm wykonaną z niebieskiej folii PE, w środkowej części wzmocnioną warstwą chłonną z polipropylenu, pakowanego w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu) i serwetę na stolik narzędziowy (druga warstwa opakowania o jałowej zawartości), które umożliwia łatwe i bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności asortymentu. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12, dotyczy zadania nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie z serwetami z laminatu trójwarstwowego z bokami z folii PE?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13, dotyczy zadania nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu z materiału o gramaturze 66 g/m², wytrzymałości na rozrywanie i manipulację na mokro i sucho min.190 kPa, wytrzymałości na rozciąganie wzdłużne na sucho i mokro min.88 N, wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne na sucho i mokro min.62 N, chłonności 338%, spełniającego wysokie wymagania dla obszaru krytycznego (HP wg EN 13795) na całej powierzchni bez dodatkowych wzmocnień, warstwy zewnętrzna i wewnętrzna chłonne, warstwa środkowa pełnobarierowa (odporność na penetrację wody co najmniej 20 dmH₂O).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14, dotyczy zadania nr 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu z materiału trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze min.66 g/m², o odporności na penetrację wody co najmniej 20 dmH₂O, wytrzymałości na rozrywanie i manipulację (wytrzymałość min. 190kPa na mokro i sucho), współczynnika odporności na penetrację płynów >200cmH₂O, współczynnika chłonności 338%, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużna MD min. 88N, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro poprzeczna: CD min. 62N.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15, dotyczy zadania nr 5, poz. 1 i 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu udokumentowania parametru czasu utrzymania ładunku powyżej 0,1sek, z uwagi na fakt, gdyż żadna z norm wymagana w zakresie materiałów obłożeniowych na terenie RP nie odnosi się do takowego parametru.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 16, dotyczy zadania nr 6, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie pokrowca foliowego na aparaturę z gumką szerokość 95cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17, dotyczy zadania nr 8, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie jednorazowego podkładu absorbcyjnego w rozmiarze 101x228cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18, dotyczy zadania nr 8, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów chirurgicznych wykonanych z chłonnego laminatu, trójwarstwowego o wytrzymałości na rozerwanie na mokro/sucho min. 190kPa, zdolności absorbcyjnej >335%, wytrzymałości na rozciąganie na sucho i mokro wzdłużnej MD≥88N. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19, dotyczy zadania nr 8, poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w składzie sterylnej zestawu do operacji barku sterylnej serwety do operacji barku w pozycji siedzącej 262x411cm z elastycznym gruszkowatym otworem 14x14cm.

Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 16

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 6, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pokrowca foliowego z gumką na aparaturę, sterylnej o szerokości 102 cm i wysokości 51 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 6, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie foliowego z gumką na aparaturę, sterylnej o szerokości 95 cm i wysokości 85 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3, dotyczy zadania nr 6, poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie sterylnej, bezlateksowej, jednorazowej osłony na sondę do USG śród operacyjnego o wymiarze 14 cm na 244 cm w komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a 20 ml.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4, dotyczy zadania nr 6, poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy dla poprawienia jakości obrazu, bez zwiększania kosztów Zamawiający będzie wymagał by soczewka była wypukła z zachowaniem pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy zadania nr 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z zadania Nr 8 pozycji nr 1 i 2 i utworzenie odrębnego zadania co pozwoli wielu Wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert zarówno pod względem jakości / bezpieczeństwa użytkowania jak i konkurencyjnych cenowo co z pewnością leży w interesie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 6, dotyczy zadania nr 8, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu Nr 8 w pozycji nr 1 jednorazowego, wysoko chłonnego, nie uczulający podkładu higienicznego na stół operacyjny który wykonany jest z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości 0,78 mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2 cm) x 76 cm (+/- 1 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy). Produkt spełniający wymogi normy EN 13795 potwierdzone dokumentem. Gramatura produktu minimum 125g/m² (+/-1%).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7, dotyczy zadania nr 8, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu Nr 8 w pozycji nr 2 jednorazowego wysoko chłonnego, nieuczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny który wykonany jest z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o wymiarach 50 (+/-) 2 cm x 225 cm (+/-) 4 cm oraz grubości minimum 0,7 mm na całej długości podkładu. Wymiary podkładu 100 cm (+/- 1 cm) x 225 cm (+/-) 4 cm. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i pikowań czy przeszyć) - nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianie min 4L (+/- 5 %) na całej powierzchni podkładu, potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwałe na- niesione przez producenta na etapie produkcji oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m² (+/- 1%).

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 17

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 8, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 7, pozycji nr 8 i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty innym przedsiębiorcom.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dodając klauzulę waloryzacyjną o której mowa art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany SIWZ w poniższym zakresie:

- w Załączniku nr 4 do SIWZ „Projekt umowy”, § 6 ust. 2 dodaje pkt. 8), który otrzymuje poniższe brzmienie:

„6) zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych”

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 11.02.2019r., do godz. 09:00 na 14.02.2019r., do godz. 09:00,
- otwarcie ofert – z 11.02.2019r. o godz. 09:30 na 14.02.2019r. o godz. 10:00

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:**
- „5. Termin składania ofert:**
- 1) **Oferty należy składać do dnia 14.02.2019r., do godz. 09:00,**
 - 2) **Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.**
- 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2019r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328”.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelażewicz**

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94