



**Nasz znak:**  
**EP/220/7/2019/2**

**Data:**  
**30.01.2019r.**

### **WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/7 /2019 pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018, poz.1986) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **ZESTAW 1**

##### **Pytanie nr 1**

*Zadanie nr. 3 poz.1*

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne maski tlenowe z drenem o dł. 2m dla dorosłych i dzieci, czyste mikrobiologicznie (tak jak maski z pozycji nr 5)?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie równoważne.**

##### **Pytanie nr 2**

*Zadanie nr. 3 poz.1*

Czy Zamawiający wymaga maski pozbawione ftalanów (tak jak maski nr 4 i 5)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

##### **Pytanie nr 3**

*Zadanie nr. 3 poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe z rezerwuarem i drenem o dł. 2m, dla dorosłych i dzieci, czyste mikrobiologicznie (tak jak maski z pozycji nr 5)?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie równoważne.**

##### **Pytanie nr 4**

*Zadanie nr. 3 poz. 2*

Czy Zamawiający wymaga maski pozbawione ftalanów (tak jak maski nr 4 i 5)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

##### **Pytanie nr 5**

*Zadanie nr. 3 poz. 3*

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe z nebulizatorem i drenem o dł. 2m, dla dorosłych i dzieci, czyste mikrobiologicznie (tak jak maski z pozycji nr 5)?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie równoważne.**

**Pytanie nr 6**

*Zadanie nr. 3 poz. 3*

Czy Zamawiający wymaga maski pozbawione ftalanów (tak jak maski nr 4 i 5)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 7**

*Zadanie nr 3, poz. 4*

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej, która dzięki mocno uwypuklonej kopule i dużemu otworowi powietrznemu zapewnia efektywną wentylację bez ryzyka wklonowania nagłośni,

- wzmocniony koniuszek mankietu zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania,
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,
- rurka maski wzmocniona,
- dren do napełniania mankietu luźny, niewtopiony na całej długości maski,
- wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości wszystkich ftalanów (w tym DEHP) oraz lateksu,
- torebka maski kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru,
- sterylna,
- w rozmiarze od 2,0 do 5,0 – zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- rozmiary: rozm. 2 dla pacjentów o wadze 10-20 kg, rozm. 2,5 - dla pacjentów o wadze 20-30 kg, rozm. 3 - dla pacjentów o wadze 30-50 kg, rozm. 4 - dla pacjentów o wadze 50-70, kg, rozm. 5 - dla pacjentów o wadze 70-100 kg.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie równoważne.**

**ZESTAW 3****Pytanie nr 1**

*Zadanie 5*

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System daje możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz lateksu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**ZESTAW 4****Pytanie nr 1**

*Zadanie 3 poz.1-3*

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie nr 2**

*Zadanie 6 poz.2, 3*

Czy Zamawiający oczekuje standardowych butelek do odsysania czy butelek do zestawu próżniowego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający oczekuje standardowych butelek do odsysania.**

## **ZESTAW 6**

### **Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 7 poz. 1 wodę o pojemności 340 ml, w poz.2 o pojemności 650 ml z potwierdzonym 30 dniowym terminem użytkowania jej do różnych pacjentów pozostałe parametry bez zmian.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie nr 2**

*Ad par. 3 ust. 1*

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy dzień zwłoki w dostawie. Obecnie wyznaczona wysokość kar jest zbyt duża, szczególnie że przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i kwota 100 zł może w niektórych przypadkach stanowić nawet 100% wartości zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 3**

*Ad par. 3 ust. 3*

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto towaru nie wymienionego w terminie, za każdy dzień zwłoki w wymianie. Obecnie wyznaczona wysokość kar jest zbyt duża, szczególnie że przedmiotem umowy jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **ZESTAW 8**

### **Pakiet 4**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 1-8 lub 1-9 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty a Zamawiającemu umożliwi wybór spośród więcej niż jednej oferty i uzyskanie korzystniejszej ceny. Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego wykonawcę.

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: kaniule dożylnie bez portu bocznego 24G – 0,7 x 19 mm, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, bez uchwytu, ze skrzydełkami ułatwiającymi wprowadzenie kaniuli, z filtrem hydrofobowym zapobiegającym wypływowi krwi w momencie wkłucia, kaniule posiadają badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, z którego wykonana jest kaniula?

#### **Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w poz. 2-7 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykanym standardowo (wymaga docisnięcia), umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), posiada badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, z którego wykonana jest kaniula, sterylizacja EO, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniuli, rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min

- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykany standardowo (wymaga docisnięcia), umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, wyposażona w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), posiada badania laboratoryjne na biokompatybilność poliuretanu, z którego wykonana jest kaniula, sterylizacja EO, informacja o braku zawartości lateksu na opakowaniu zbiorczym kaniuli, rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min
- 14G (2,00)- dł. 45mm; przepływ 290 ml/min?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści koreczki wykonane z polietylenu liniowego o dużej gęstości?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **ZESTAW 9**

#### **Pytanie nr 1**

*Pakiet nr 9*

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 do odrębnego zadania umożliwiając naszej firmie złożenie oferty na uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość ok.165mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. min. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **ZESTAW 11**

#### **Pytanie nr 1**

*dotyczy zadania nr 3, poz. 1, 2, 3*

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych, masek tlenowych z rezerwuarem oraz masek tlenowych z nebulizatorem dla dorosłych i dla dzieci mikrobiologicznie czystych, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 2**

*dotyczy zadania nr 3, poz. 4*

Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej wg następującego opisu: o klasycznym kształcie z linią balonika zintegrowaną z rurką na całej długości, z wyraźnie oznaczonymi informacjami dotyczącymi rozmiaru na baloniku oraz zalecanej objętości balonika/wagi pacjenta oraz rozmiaru na wyraźnie widocznej okolicy łącznika pacjenta.

Maska pakowana pojedynczo, sterylna, posiadająca wszystkie informacje, etykiety, opakowanie i instrukcje użycia - zgodnie z aktualnymi wymogami UE. Rozmiary 2 [10-20 kg]; 2,5 [20-30 kg]; 3 [30-50 kg]; 4 [50-70 kg]; 5 [>70 kg]. Rurka maski krtaniowej wzmocniona.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza maski krtaniowe wg powyższego opisu.**

### **Pytanie nr 3**

*dotyczy zadania nr 3, poz. 4*

Czy Zamawiający wymaga maski krtaniowej II generacji: i gel wg następującego opisu: wyposażone w nienadmuchiwany mankiet. Urządzenie wyposażone w kanał gastryczny, 12 Fr (dla rozmiaru maski: 2; 2,5; 3; 4) i 14 F (dla rozmiarów maski 5), zintegrowany bloker zgryzu, stabilizator położenia w jamie ustnej, ułatwiający wprowadzenie i zapobiegający potencjalnej rotacji. W sposób dokładny dopasowuje się do struktur gardła i krtani zapewniając niezawodne uszczelnienie okolic około krtaniowych bez potrzeby stosowania nadmuchiwanego mankieta. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie typu papier – folia. Gama rozmiarów: 2 - waga 10-25 kg; 2,5 - (25–35 kg); 3 - waga 30–60 kg; 4 - waga 50–90 kg; 5 - waga 90+.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

### **Pytanie nr 4**

*dotyczy zadania nr 3, poz. 5*

Czy Zamawiający oczekuje masek z wyraźnie oznakowany, wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski styrcznej do nasady nosa oraz naniesionym na maskę numerem seryjnym, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia? Czy opakowanie musi zawierać perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie nr 5**

*dotyczy §3 ust. 1*

Prosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

*„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień/godzinę\* zwłoki.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 2**

*dotyczy §3 ust. 3*

Prosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

*„(...) Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego asortymentu za każdy dzień/godzinę zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 3**

*dotyczy §3 ust. 4*

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

*„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie §5 ust. 2 pkt. 1) – 5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy.”*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 4**

*dotyczy §5 ust. 1*

Wnosimy o zmianę w/w zapisów na poniższe:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:*

(...)

2) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. co najmniej **trzykrotnego** naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 5 lub 8,

(...)

4) co najmniej **trzykrotnego** dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi,

5) co najmniej **trzykrotnego** dostarczenia wyrobów z terminem ważności i pełnej sterylności krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty odbioru dostawy (...)"

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

## **ZESTAW 12**

### **Pytanie nr 1**

*Zadanie 3, poz. 1-3*

Czy zamawiający dopuści produkty z drenem o długości ok. 200 cm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza produkty z drenem o długości ok. 200 cm.**

### **Pytanie nr 2**

*Zadanie 3, poz. 1-3*

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie nr 3**

*Zadanie 4, poz. 10*

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie nr 4**

*Zadanie 4, poz. 9*

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

### **Pytanie nr 5**

*Zadanie 4, poz. 9-10*

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

## **ZESTAW 13**

### **Pytanie nr 1**

*Pakiet 3 pozycja 4*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, jałowej, wykonanej z przezroczystego PCV, bez zawartości DEHP oraz lateksu, szkielet maski zapobiegający

efektowi wywijania podczas zakładania, dren do napełniania mankietu luźny, nie wtopiony na całej długości maski, kodowana kolorystycznie, w rozmiarach:

- 2,0 – dla pacjenta o wadze 10-20kg
- 2,5 - dla pacjenta o wadze 20-30kg
- 3,0 - dla pacjenta o wadze 30-50kg
- 4,0 - dla pacjenta o wadze 50-70kg
- 5,0 - dla pacjenta o wadze 70-100kg?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jako równoważnej maski krtaniowej jednorazowego użytku opisanej powyżej.**

**Pytanie nr 2**

*Zadanie 3, pozycja 5*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych masek twarzowych, anestezyjologicznych, jednorazowego użytku dla dorosłych, pakowane pojedynczo, przezroczyste ścianki, elastyczny mankiety dopasowujący się do anatomicznego kształtu twarzy, pierścień kodowany kolorami do łatwej identyfikacji, antypoślizgowe grzbiety, materiał bez lateksu i ftalanów, czysta mikrobiologicznie, w rozmiarze od 1,0 do 6,0 – zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

#### **ZESTAW 14**

**Pytanie nr 1**

*ZADANIE NR 2 POZ. 5*

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie nr 2**

*Zadanie nr 5 poz. 1*

Proszę o dopuszczenie Zamknięty bezigłowy łącznik dostępu naczyniowego nie dłuższy niż 2cm, kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie min. 18,7 l/h, czyli 312ml/min. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany, wewnętrznie osadzonej w plastikowym przezroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml. Jałowy, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych**

**Małgorzata Szelągiewicz**