

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/107/2018/2

Data:
01.02.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/107/2018 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmieniono jej treść oraz przedłużono termin składania ofert:

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie nr 3 złożone w ramach zestawu 8 zawarte w piśmie EP/220/107/2018/1 z dnia 28.01.2019r. Wyjaśnienie i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 3 w ramach zestawu 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu uniwersalnego, w którym:

- serweta na ekran anestezjologiczny z poz.1 ma wymiar 175x175cm,
- osłona na stół Mayo jest składana metodą tradycyjną i ma wymiar 79x145cm,
- taśma lepna ma wymiar 9x49cm,
- serwety z poz.1-3 są wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina PP+PE+włóknina wiskozowa o gramaturze łącznej powyżej 55 g/m²) ze wzmocnieniem z włókniny wiskozowej (łączna gramatura w strefie padu ponad 110 g/m²),

przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań SIWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW 18

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m², wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąta chłonnej 109,5 g/m²? Odporność na rozerwanie na mokro/ sucho 270/ 250 kPa w strefie krytycznej, odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H₂O, absorpcja płynu 370%. Serweta na stół Mayo wykonana z folii polietylenowej, obszar wzmocniony z włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m², wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm. Serweta na stół instrumentariuszki z laminatu 2-warstwowego (włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej), gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m², wymiary wzmocnienia 75 cm x 190. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Lokalizacja:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw wykonany z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m² i chłonności 330%? Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikacji załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza ofertowego.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.

Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 14.02.2019r., do godz. 09:00 na 18.02.2019r., do godz. 10:00,
- otwarcie ofert – z 14.02.2019r. o godz. 10:00 na 18.02.2019r. o godz. 11:00

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać do dnia 18.02.2019r., do godz. 10:00,
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2019r. o godz. 11:00

w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328”.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelągiewicz**

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94