

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/8/2019/1

Data:
05.02.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/8/2019 pn.: Dostawa sprzętu ortopedycznego dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia par. 3 ust. 5 wzoru umowy: „Zamawiający nabywa prawo własności wyrobów wchodzących w skład depozytu w momencie ich pobrania z depozytu”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 2

dotyczy Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 1A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2

W związku z rozbieżnością w ilościach poszczególnych elementów dla zadania nr 2 opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1A do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie oraz potwierdzenie, że do wyceny w formularzu cenowym należy przyjąć ilości z załącznika nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Odp. Wykonawca do wyceny w formularzu cenowym musi przyjąć ilości z załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

ZESTAW 3

Pytanie nr 1, dotyczy projektu umowy Załącznik nr 4 do siwz § 1 PRZEDMIOT UMOWY pkt. 20, Zadanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający omyłkowo wymaga do każdej operacji dwóch jednorazowych ostrzy kompatybilnych z dostarczonym napędem?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do każdej operacji jednego jednorazowego ostrza kompatybilnego z dostarczonym napędem ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa**

prof. dr hab. n. med. Jan Ślósarek

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94