

Dostawy - 143969-2019

28/03/2019 S62 – – Dostawy – Dodatkowe informacje – Procedura otwarta

I. II. VI. VII.

Polska-Szczecin: Endoskopy

2019/S 062-143969

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 039-087585)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
ul. Arkońska 4

Szczecin

71-455

Polska

Osoba do kontaktów: Wioleta Brazewicz

Tel.: +48 918139076

E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl

Faks: +48 918139079

Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.spwsz.szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa videokolonoskopów szt. 2 z wieżą endoskopową w SPWSZ w Szczecinie
Numer referencyjny: EP/220/9/2019

II.1.2) Główny kod CPV

33168100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa videokolonoskopów szt. 2 z wieżą endoskopową w SPWSZ w Szczecinie.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik 4 do SIWZ, specyfikacji technicznej – opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/03/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 039-087585

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: parametry techniczne – możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy / Waga: 10

Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10

Cena – Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20

Kryterium jakości – Nazwa: parametry techniczne – możliwość regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy / Waga: 5

Kryterium jakości – Nazwa: parametry techniczne – tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu / Waga: 5

Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 10

Cena – Waga: 60

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 02/04/2019

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 11/04/2019

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 02/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Szczecin, ul. Arkońska 4, POLSKA, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328.

Powinno być:

Data: 11/04/2019

Czas lokalny: 10:00

Miejsce:

Szczecin, ul. Arkońska 4, POLSKA, w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328.

VII.2) Inne dodatkowe informacje: