

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/107/2018/18

Data:
18.04.2019r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA NR 14

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/107/2018 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert dla zadania nr 14 w tym postępowaniu informuje, że:

ZADANIE NR 14

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 14 złożono 2 oferty.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierował się kryterium: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin rozpatrzenia reklamacji dot. wad jakościowych – 20%.

Ocena punktowa została dokonana zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą.

Nr oferty	Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Ocena punktowa
10	SHOBU-KAN Jarosław Prządka Ul. Daleka 8 73-110 Stargard	18 360,00 zł	100,00 w tym: cena – 60 termin dostawy – 20 termin rozpatrzenia reklamacji dot. wad jakościowych – 20

Oferta nr 10 Wykonawcy **SHOBU-KAN Jarosław Prządka** jest zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nr 1 Wykonawcy **SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź** została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz z wymaganymi warunkami granicznymi dla zadania nr 14, stanowiących załącznik nr 1A do SIWZ, Zamawiający wymagał w pozycji nr 1 zaferowania 500 sztuk jednorazowych sterylnych bezlateksowych osłon na mikroskop do zastosowania w mikroskopie z jednym, dwoma, lub trzema okularami o rozmiarze osłony 117 cm na 203 cm posiadających **soczewkę wypukłą** o średnicy 65 mm.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Mając wątpliwości co do zgodności zaofferowanych przez Wykonawcę SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa osłon na mikroskop z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ, Zamawiający w dniu 25.03.2019r., pismem znak: EP/220/107/2018/15, wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia, czy zaofferowana przez Wykonawcę w zadaniu nr 14 w pozycji nr 1 osłona na mikroskop o numerze katalogowym ICE5200, producenta Medline posiada **soczewkę wypukłą** o średnicy 65 mm. W przesłanej w dniu 26.03.2019r. odpowiedzi, Wykonawca wyjaśnił, że zaofferowana w pozycji nr 1 zadania nr 14 osłona na mikroskop posiada **soczewkę płaską** o średnicy 65mm.

Zaferowanie osłony na mikroskop posiadającą soczewkę płaską, pomimo iż Zamawiający wyraźnie wymagał zaferowania soczewki wypukłej, skutkuje niezgodnością oferty Wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji powoduje ziszczenie się określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp przesłanki odrzucenia oferty. Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że *„Niezgodność treści oferty z SIWZ w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., polega na niezgodności zobowiązania, które w swojej ofercie deklaruje Wykonawca i przez jej złożenie przyjmuje na siebie, z zakresem zobowiązania, którego przyjęcia oczekuje Zamawiający, a które opisał szczegółowo w SIWZ.”* (tak Izba m.in. w wyroku z dnia 5 kwietnia 2017 r., sygn. akt: KIO 501/17 , z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt: KIO 2062/17). Taka sytuacja niewątpliwie zaistniała w przypadku oferty Wykonawcy, który zaferował produkt o innych parametrach technicznych, aniżeli określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcy SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa osłon w zakresie zadania nr 14 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
Małgorzata Usielska