

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

L.p.	Wymagane warunki techniczne stymulatora rdzenia kręgowego	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Stent wewnątrzczaszkowy zmieniający przepływ: -przechodzący przez kateter 0,17 -średnica: 2,25/10/15/20 mm długości -średnica: 2,75/10,15,20,25 mm długości -średnica 3,25/10,15,20,25 mm długości - możliwość użycia w naczyniu mózgowym o średnicy 1,5 mm	
2.	Cewniki diagnostyczne zbrojone do zabiegów obwodowych ,krzywizna Vertebral(do wyboru przez zamawiającego)o rozmiarze 5F/100cm i 6F/100cm	
3.	Spirala platynowa odczepiana termicznie: - dostępne kształty „complex” (koszyk) i „halical” - dostępne sztywności : standard, soft i supersoft - dostępne średnice coili supersoft : 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm-5mm - dostępne długości dla coili 18: 20-65cm, wymagane skrajne rozmiary - czas odczepiania coili poniżej 1 sekundy - bardzo miękka końcówka dystalna popychacza, powodująca znikomą ruchliwość mikrocewnika przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka	
4.	Urządzenie do odczepiania coili metodą termiczną: - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali	
5.	Mikroprowadnik hybrydowy: - średnice: .007"; .008";0,12;0,14 - część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm, - długość 200 cm,210cm,300cm	
6.	Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka; - rozmiar części dystalnej 1,2F i 1,5F -długość mikrocewnika 165cm -długość odłączonej końcówki 15mm lub 25mm	
7.	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: -średnica 3,5;4,5;5,5; -długość dla średnicy 3,5-12,18,25,30,35,50 -wykonany z drutu nitynowego -dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu	
8.	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy do małych i bardzo małych naczyń: -możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik 017 -dostępne średnice 2,0;2,5;3,0 -dostępne długości dla średnicy 2,5:12,18,25,30,35	
9.	Y connector	
10.	Spirala odczepiana mechanicznie	
11.	Zestaw do trombolektomii	

***Uwaga !**

- 1) **Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru/warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.**
- 2) **W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” Zamawiający sugeruje wpisanie w powyższej tabeli numer strony na której znajduje się potwierdzenie oferowanego parametru (katalogu lub folderu, stron katalogowych, ulotek informacyjnych lub oferty),**

- 3) Zamawiający sugeruje, aby celem ułatwienia potwierdzenia oferowanego parametru Wykonawca w załączonych do oferty dokumentach opisujących przedmiot zamówienia (katalog lub folder, strony katalogowe, ulotki informacyjne), sporządzonych w języku polskim, wskazał w nich oferowany asortyment, podając numer zadania i pozycji w zadaniu

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)