



Nasz znak:
EP/220/46/2019/2

Data:
03.06.2019r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/46 /2019 pn.: Dostawa materiałów biologicznych niezbędnych do wykonywania zabiegów operacyjnych wraz z dzierżawą wirówek dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2018, poz.1986) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

dot. Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1 „przedmiotu dzierżawy” – wirówka, dedykowanego do wymaganego „przedmiotu dostawy” spełniającego kryteria Zamawiającego?

Oferowany separator – „przedmiot dzierżawy” spełnia wszystkie parametry wymagane zapisami SIWZ poza poniższymi:

- pkt. 9: przeciwwaga do systemu GPS (występuje tylko w produkcie firmy konkurencyjnej);
- pkt. 8: roto wirówka, która nie posiada 4 gniazd lecz jedno dedykowane do proponowanego asortymentu.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala
Małgorzata Usielska