

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/24/2019/4

Data:
03.06.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/24/2019 pn.: Usługa serwisowania i przeglądów sprzętu rentgenowskiego dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1 Dot. SIWZ, OPZ, pakiet nr 2

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmiany zakresu zamówienia objętego Postępowaniem poprzez podział zamówienia na dwie części, bez konieczności składania ofert na wszystkie części zamówienia, tj.:

Część 1 - świadczenie usług serwisowych tomografu komputerowego Somatom Definition AS+, wstrzykiwacz kontrastu metron, insuflator sopro, system ups Eaton

Część 2 - świadczenie usług serwisowych stacji opisowej Syngo.via firmy Siemens

Wskazujemy, iż nie jest to przedmiot niepodzielny, a wyodrębnienie elementów przedmiotu zamówienia do osobnych części/pakietów zwiększy konkurencyjność i tym samym obniży koszty dla Zamawiającego. W chwili obecnej sposób opisu przedmiotu zamówienia polegający na połączeniu wszystkich opisanych elementów w jedną całość powoduje, że ofertę będzie mógł złożyć tylko jeden wykonawca – firma SIEMENS, co samo w sobie narusza zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wskazujemy, iż system Syngo.via działa samodzielnie niezależnie od tomografu komputerowego, co zostało potwierdzone w Wyroku KIO 1500/17 z 31.07.2017r., w związku z czym nie ma potrzeby, aby serwis wszystkich urządzeń wykonywany był przez jednego wykonawcę w ramach jednego pakietu. W przedmiotowym wyroku (str. 19) wskazano, iż sam Producent wie, iż tomografy komputerowe i rezonanse magnetyczne mogą być dowolnie odłączone od serwera Syngo via, a awaria jednego urządzenia nie implikuje awarii drugiego urządzenia. Połączenie serwisu urządzeń w jeden pakiet, tak jak obecnie, jest jednoznaczne z ograniczaniem konkurencji tylko do jednego wykonawcy, będącego serwisem producenta urządzenia, co jest sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w której czytamy:

„1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.”.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż w trosce o zapewnienie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dokona podziału na dwie części jak powyżej.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

Odp.: Zamawiający odmawia dokonania wnioskowanego przez Wykonawcę podziału zamówienia wskazując, iż zaniechanie takiego podziału zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.

Pytanie nr 2

Dot. pakiet 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 1.2., Umowa par. 2 pkt 5

Zamawiający w zał. Nr 1.2 w pkt IV *Modyfikacje* w ppkt 2 i 3 oraz w par. 2 pkt 5 Umowy wymaga aktualizacji softwaru systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia zalecanych przez producenta aparatu. Dodatkowo, w pkt V ppkt 3 Załącznika nr 1 Zamawiający żąda dostarczenia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji. Wskazujemy, iż ww. zapisy są nieprecyzyjne oraz stawiają w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu.

Zgodnie z art. 29 ustawy PZP przedmiot zamówienia opisują się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Przy obecnym brzmieniu opisu przedmiotu zamówienia poza samym producentem aparatu (lub spółkami z nim powiązanymi) żaden z innych wykonawców nie jest w stanie precyzyjnie ustalić zakresu swojego świadczenia, ani tym bardziej go wycenić. Jedynymi podmiotami faworyzowanymi przez takie ukształtowanie zapisów SIWZ pozostają zatem podmioty z grupy kapitałowej Siemens.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wykreślenie z dokumentacji niniejszego postępowania zapisów dotyczących konieczności przeprowadzenia aktualizacji softwaru systemowego i aplikacyjnego i modyfikacji urządzenia oraz dostarczenia materiałów do ww. modyfikacji lub ewentualnie doprecyzowanie wymagań w ww. zakresie, w szczególności poprzez określenie liczby aktualizacji i modyfikacji urządzenia w okresie trwania umowy wraz z harmonogramem ich dokonywania oraz zakresu tych aktualizacji i modyfikacji, które wykonawcy powinni przyjąć na potrzeby kalkulacji cen ofertowych.

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w pkt IV (Modyfikacje) nadaje ppkt 2) i 3) następujące brzmienie:

„2) Wykonywanie aktualizacji softwaru systemowego i aplikacyjnego oraz modyfikacji urządzenia odbywać się będzie co najmniej raz, w 12 miesiącu trwania umowy, a jeżeli okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony przez strony – co najmniej raz na 12 miesięcy;

3) Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ppkt 2) powyżej, wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji i modyfikacji krytycznych dla bezpiecznego działania sprzętu, które będą wykonywane zgodnie z terminami ich wprowadzenia wymaganymi przez producenta sprzętu lub bez zbędnej zwłoki.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 3

Dot. pakiet nr 2 Kryteria oceny ofert – parametry jakościowe 25%

Prosimy o wykreślenie kryterium oceny ofert - parametry jakościowe o wadze 25%.

Zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ obowiązującej w Postępowaniu, kryterium o nazwie parametry jakościowe w zakresie zadania nr 2 odnosi się bezpośrednio do posiadania przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego autoryzację producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem zamówienia oraz dostępu do części zamiennych i oprogramowania serwisowego.

Wskazujemy, iż art. 91 ust. 2 Pzp określa wprost, iż kryteria oceny ofert mogą się odnosić wyłącznie do przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, **art. 91 ust. 3 Pzp wskazuje, że: „Kryteria oceny ofert nie mogą**

dotyczyć właściwości wykonawcy (...)". Przymiot posiadania autoryzacji producenta dotyczy właściwości wykonawcy – jest to cecha przypisana wykonawcy i nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Podkreślenia wymaga również fakt, iż autoryzacja nie wpływa na techniczną możliwość wykonania zamówienia, a odnosi się jedynie do strategii działalności danego podmiotu i jego wizerunku na rynku. Wobec powyższego, jako kryterium podmiotowe w rozumieniu art. 91 ust. 3 PZP powinno zostać ono wyeliminowane z Postępowania.

W związku z powyższym wnosimy o likwidację kryterium autoryzacji. Jeżeli Zamawiający chce mieć pewność, iż serwis przedmiotu zamówienia będzie wykonywany przez przeszkolony i doświadczony personel proponujemy postawienie wymogu dysponowania certyfikatem ISO 13485 oraz ISO 9001 w zakresie serwisowania, instalowania oraz dystrybucji urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej, pozwoli Zamawiającemu na uzyskaniu ofert konkurencyjnych cenowo przy jednoczesnym zapewnieniu wykonania usług przed podmiot posiadający odpowiednie umiejętności i doświadczenie.

Ponadto wnosimy o rezygnację z wymagania w kryterium parametry jakościowe dostarczenia dokumentu potwierdzającego dostęp do części zamiennych oraz oprogramowania serwisowego. Wskazujemy, iż części do urządzenia są ogólnodostępne na wolnym rynku w związku z powyższym nie ma zagrożenia wynikającego z braku ich dostępności.

W odniesieniu do wymagania dokumentu poświadczającego posiadanie dostępu do oprogramowanie serwisowego, wskazujemy, iż wymaganie ww. dokumentu na etapie składania ofert jest nieuprawnione i narażałoby Wykonawcę na poniesienie niewspółmiernie wysokich kosztów zakupu licencji serwisowej bez gwarancji realizacji zamówienia. Ww. dokument może zostać przedłożony przez Wykonawcę po wyborze jego oferty, na etapie podpisywania umowy i przystąpienia do realizacji zamówienia. Ponadto wskazujemy, iż sam Zamawiający wymaga w pkt V ppkt 5 Załącznika nr 1.2 przedłożenia umowy licencyjnej na dysponowanie oprogramowaniem najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Odp.: W odniesieniu do powyższego, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

(1)

w zakresie samej SIWZ:

- zmienia dotychczasową treść rozdziału VI w pkt 1 ppkt 5): „dokument potwierdzający autoryzację producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia, będącego przedmiotem zamówienia oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy – na potrzeby przyznania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert).”, nadając mu brzmienie: „(dotyczy zadania nr 1 i 3-8) dokument potwierdzający autoryzację producenta na wykonywanie przez osobę, którą dysponuje wykonawca i która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia, usługi serwisowej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia lub dokument poświadczający odbycie przez tę osobę szkolenia w zakresie obsługi serwisowej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia. (dotyczy zadania nr 2) Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia autoryzacji lub przeszkolenia w zakresie serwisowania tomografu Somatom Definition AS +, zaś przez drugą – autoryzacji producenta lub przeszkolenia w zakresie obsługi serwisowej systemu Dystrybucji i obróbki obrazów Syngo Via (jeżeli dotyczy – na potrzeby przyznania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert)”,

- w rozdziale X w pkt 1 zmienia treść litery e): z „dokument potwierdzający autoryzację producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia, będącego przedmiotem zamówienia oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego (jeżeli dotyczy – na potrzeby przyznania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert).” na „(dotyczy zadania nr 1 i 3-8) dokument potwierdzający autoryzację producenta na wykonywanie przez osobę, którą dysponuje wykonawca i która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia, usługi serwisowej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia lub dokument poświadczający odbycie przez tę osobę szkolenia w zakresie obsługi serwisowej sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia. (dotyczy zadania nr 2) Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia autoryzacji lub przeszkolenia w zakresie serwisowania tomografu Somatom Definition AS +, zaś przez drugą – autoryzacji producenta lub przeszkolenia w zakresie obsługi serwisowej systemu Dystrybucji i obróbki obrazów Syngo Via (jeżeli dotyczy – na potrzeby przyznania punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert)”;

(2)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że zmienia treść zapisów znajdujących się po ppkt 6 pkt IX (Syngo.Via): z „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca gwarantuje realizację usług serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w radiologii. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.” na „**W przypadku niezłożenia wraz z ofertą, dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca gwarantuje realizację usług serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w radiologii. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.**”;

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(3)

w zakresie parametrów podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 2, stanowiących załącznik nr 1A-2 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 1 zmienia treść kolumny 2 (Parametr jakościowy): z „Dokument potwierdzający autoryzację producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem zamówienia oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego (potwierdzenie na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ)” na „**Posiadanie przez co najmniej dwie osoby, które uczestniczyć będą w realizacji zamówienia autoryzacji producenta na wykonywanie czynności serwisowych, w tym napraw i przeglądów tomografu Siemens typ: Somatom Definition AS+ i/lub czynności serwisowych, w tym napraw i przeglądów systemu Dystrybucji i obróbki obrazów Syngo Via lub przeszkolenia w zakresie odpowiednio wykonywania czynności serwisowych, w tym napraw i przeglądów tomografu Siemens typ: Somatom Definition AS+ i/lub czynności serwisowych, w tym napraw i przeglądów systemu Dystrybucji i obróbki obrazów Syngo Via. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia autoryzacji lub przeszkolenia w zakresie serwisowania tomografu Somatom Definition AS +, zaś przez drugą – autoryzacji producenta lub przeszkolenia w zakresie obsługi serwisowej systemu Dystrybucji i obróbki obrazów Syngo Via (potwierdzenie na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ)**”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A-2 do SIWZ – parametrach podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

(1)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego załącznik nr 1.1 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt V (Części zamienne) zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem

serwisowym." na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”,

- usuwa adnotację po pkt VII o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1.1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(2)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w pkt V (Części zamienne): zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.” na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”;

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(3)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, stanowiącego załącznik nr 1.3 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt V (Części zamienne) zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.” na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”,

- usuwa adnotację po pkt VIII o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1.3 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(4)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, stanowiącego załącznik nr 1.4 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt V (Części zamienne) zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.” na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”,

- usuwa adnotację po pkt VIII o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1.4 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(5)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5, stanowiącego załącznik nr 1.5 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt V (Części zamienne) zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.” na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”,

- usuwa adnotację po pkt VIII o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1.5 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(6)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że usuwa adnotację po pkt IV o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(7)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, stanowiącego załącznik nr 1.7 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt V (Części zamienne) zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.” na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”,

- usuwa adnotację po pkt VIII o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1.7 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

(8)

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, stanowiącego załącznik nr 1.8 do SIWZ w ten sposób, że:

- w pkt V (Części zamienne) zmienia treść ppkt 5): z „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku braku autoryzacji wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.” na „Dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą autoryzacji, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 5) SIWZ, wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym.”,

- usuwa adnotację po pkt VIII o treści: „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta na wykonywanie usługi serwisowej urządzenia będącego przedmiotem postępowania oraz dostęp do wszystkich części zamiennych i oprogramowania serwisowego lub w przypadku braku autoryzacji wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu umowę licencyjną potwierdzającą prawo dysponowania oprogramowaniem serwisowym w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”;

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1.8 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Szczecinie**

Małgorzata Usielska