



Nasz znak:
EP/220/44/2019/1

Data:
07.06.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/44/2019 pn.: Dostawa zestawów do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych oraz jednorazowego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono treść siwz:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Czy Zamawiający w pakiecie 20- zestaw do stabilizacji przedniej zęba obrotnika dopuści produkt o charakterystyce:

Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu \varnothing 3,5 mm, średnicy rdzenia \varnothing 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach.

W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner'a oraz rozwiertak pod główkę śruby.

Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera określającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirschner'a średnicy \varnothing 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promieniu RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

Komplet: 1 śruba

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Zadanie 11 – Zestaw do mocowania pokrywy czaszki

Czy Zamawiający dopuści tytanowe zaciski dostępne w 3 rozmiarach tj. 12mm, 16mm i 20mm spełniające pozostałe parametry? Różnica 1 mm w najmniejszym rozmiarze jest minimalna i nie wpływa na możliwość zastosowania zacisku oraz komfort pracy użytkownika.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 3

PYTANIE 1

Pakiet 24

Czy Zamawiający dopuści materiał – granulę złożony z czystego trójfosforanu wapnia

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 2

Pakiet 25

Czy Zamawiający dopuści materiał – pastę złożoną z czystego trójfosforanu wapnia

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 4

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 zestaw z zastawką wysokociśnieniową pracującą w zakresie ciśnień 51-110 mm H₂O?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 zestaw z zastawką średniociśnieniową pracującą w zakresie ciśnień 51-110 mm H₂O?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 4

Tak sformułowane zadanie umożliwi złożenie oferty tylko przez jedną firmę.

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 7- zatyckę do Rickhama do osobnego zadania aby umożliwić złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Nie.

ZESTAW 5

Pytania do zadania nr 2

1. Czy zamawiający wymaga żeby Stymulator Struktur Głębokich Mózgu posiadał możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA oraz możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T u pacjentów z nowo zaimplantowanym systemem

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Czy zamawiający dopuszcza łącznik elektrody o długościach 40, 60 lub 95 cm

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Czy zamawiający dopuszcza dodanie jednej pozycji do zestawu – kaniule do microrecordingu

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW 6

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający wydzieli z zadania nr 1 pozycje 3. Generator do implantacji w ciele pacjenta kompatybilny z wcześniej implantowanymi elektrodami i utworzy z tej pozycji odrębne zadanie?

Odp. Nie.

Pytanie nr 2.

Czy zamawiający dopuści w zad nr 1:

Generator o stałym napięciu prądu. Stymulatory rdzeniowe o pojemności baterii 6300 mA godzin, z możliwością podłączenia elektrod od 4 do 16 kontaktów. Funkcja stymulacji tonicznej jak i stymulacji podwyższonych częstotliwości, Możliwość wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała niezależni od poziomu implantacji elektrody

Elektrody 16-kontaktowe, 2 lub 3 rzędowe pozwalające uzyskać szerokie pokrycie stymulacji.

Elektrody 8-kontaktowe wraz z kompletnym systemem do implantacji elektrody w kanale kręgowym.

Programator lekarski z możliwością ustawienia 32 programów w ramach 26 grup, praca w trybie bezprzewodowym

Sterylny kabel do stymulacji próbnej, oddzielnie zapakowany; tunelizator oddzielnie zapakowany

Łączniki do wyboru 20, 40, 60 cm

Odp. Nie.

ZESTAW 7

Dot. Treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia oraz korespondencja dokonywane były z członkiem Konsorcjum?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zadanie nr 37 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści protezy kości czaszki o wymiarach: 134x110x24mm, 130x125x22mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Padanie nr 37 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści protezy kości czaszki o wymiarach: 105x60x11,5mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Padanie nr 37 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści protezy kości czaszki o wymiarach: 75x75x10,3mm, 75x57x8,6mm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dot. umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 5 wzoru umowy wyrażenie „20% wartości Umowy na dane zadanie” zostało zastąpione słowem „20% niezrealizowanej wartości Umowy na dane zadanie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

Zadanie 24 wymagane parametry techniczne- załącznik 1 i 1 A-24 do SIWZ

1.Czy Zamawiający dopuści materiał hydroksyapatytowy w postaci granulatu jałowo pakowany o pojemności 5g (równoważne do 5ml) – tylko jedna pojemność, jednakże można zużyć mniej produktu zależnie od potrzeb?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 24 – depozyt wyrobów medycznych- załącznik nr 1B do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości depozytu do 3sztuk?

Odp. Nie.

Zadanie nr 25 wymagane parametry techniczne- załącznik 1 i 1 A-25 do SIWZ

1.Czy Zamawiający dopuści materiał hydroksyapatytowy w postaci gotowego do użycia żelu w strzykawce, o dostępnych pojemnościach 2,5ml oraz 5ml ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 25 – depozyt wyrobów medycznych- załącznik nr 1B do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości depozytu do 3sztuk?

Odp. Nie.

Zadanie nr 26 – wymagane parametry techniczne- załącznik 1 i 1 A-26 do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie śrub transpedikularnych o średnicach w przedziale od 4 do 6,5 mm ze skokiem co 0,5mm oraz średnice 7,5 i 8,5mm zamiast w przedziale 4 do 8mm skok co 0,5mm?

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie śrub w zakresie długości od 25mm do 45mm skok co 5mm dla średnicy 4,0mm i 4,5mm oraz od 25mm do 50mm skok co 5mm dla średnicy 5,0mm oraz od 25mm do 55mm skok co 5mm dla średnicy 5,5mm oraz od 25mm do 60mm skok co 5mm dla średnicy 6,0; 6,5;7,5;8,5mm zamiast w przedziale od 20mm do 60mm ?

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pręta na stałe mocowanego do śruby bez możliwości swobodnego przesuwu względem śruby?

4.Prosimy o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie: "Pręt z fizjologicznymi kątami zagięcia z liniowym troakarem wzdłuż implantu"?

5.W związku z tym, iż w opisie przedmiotu zamówienia występują haki prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby haki znajdowały się w zestawie? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie ilości haków jakie mają składać się na komplet.

Odp. (pkt. 1-5) Nie.

Zadanie nr 26 – depozyt wyrobów medycznych- załącznik nr 1B do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości depozytu z 25 szt. blokera na 20 szt., z 50 szt. śrub na 20 szt., z 20 szt. prętów na 5 szt.?

Odp. Nie.

Zadanie nr 28 – wymagane parametry techniczne- załącznik 1 i 1 A-28 do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie koszy typu PLIF z materiału PEEK o szerokości 11mm, wysokości w przedziale od 9 mm do 14mm i długości 20mm i 25mm oraz trzema kątami lordozy 0°;4 °;7 ° zamiast koszy o przynajmniej trzech rozmiarach grubości, wysokości w przedziale od 8 do 14mm i długości w przedziale od 22mm do 26mm?

Odp. Nie.

2.Czy Zamawiający zamiast impaktora z ruchomą końcówką wyrazi zgodę na zaferowanie impaktora z końcówką nieruchomą, ze specjalnie zaprojektowanym zamkiem klinowo-śrubowym, zapewniającym bardzo wytrzymałe i stabilne połączenie z implantem (zarówno rotacyjnie jak osiowo), ułatwiające implantację i zwiększające bezpieczeństwo?

Odp. Nie.

Zadanie nr 28 – depozyt wyrobów medycznych- załącznik nr 1B do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości depozytu po 2 szt. z każdego rozmiaru zamiast po 4 szt. z każdego rozmiaru?

Odp. Nie.

Zadanie nr 38– wymagane parametry techniczne- załącznik 1 i 1 A-38 do SIWZ

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie klatek typu TLIF z materiału PEEK o długości 26mm i 30mm oraz dwoma kątami lordozy 0°; 5° zamiast klatek o trzech rozmiarach długości 25mm, 30mm, 36mm oraz klatki pod kątem 15°?

Odp. Nie.

Zadanie nr 48 – wymagane parametry techniczne- załącznik 1 i 1 A-48 do SIWZ

1.Czy Zamawiający w poz. nr 2; 4; 7; 13÷16 wyrazi zgodę na zaferowanie płytek o grubości 0,6mm zamiast 0,7mm?

Odp. Nie.

2.Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki L z mostem 9mm lub 12mm zamiast z mostem 15mm?

Odp. Nie.

3.Czy Zamawiający w poz. nr 9 mógłby doprecyzować kształt płytki ortognatycznej sagitalnej?

Odp. Nie.

4.Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki o grubości 0,6mm lub 1,0mm zamiast 0,9mm?

Odp. Nie.

5.Czy Zamawiający w poz. nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki X z mostem 6 mm zamiast 5mm i z mostem 9 mm lub 12mm zamiast 10mm?

Odp. Nie.

6.Czy Zamawiający w poz. nr 12 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki z mostem 2mm; 4mm; 6mm; 8mm;10mm zamiast z mostem 0mm; 3mm; 5mm; 7mm;10mm?

Odp. Nie.

7.Czy Zamawiający w poz. nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki 6 otworowej zamiast 8 otworowej?

Odp. Nie.

8.Czy Zamawiający w poz. nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki 6 otworowej o grubości 0,6mm zamiast 8 otworowej o grubości 1,0mm?

Odp. Nie.

9.Czy Zamawiający w poz. nr 14 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki 4 otworowej z mostem 5,5mm; 7mm; zamiast z mostem 3mm; 5mm?

Odp. Nie.

10.Czy Zamawiający w poz. nr 14 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki 6 otworowej z mostem 5,5mm; zamiast z mostem 5mm?

Odp. Nie.

11.Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki 7 otworowej tylko z mostem 7mm; zamiast z mostem 5mm i 10mm?

Odp. Nie.

12.Czy Zamawiający w poz. nr 17 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki 11 otworowej zamiast 8 otworowej?

Odp. Nie.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy dot. załącznika 4:

1. Czy Zamawiający dookreśli w §1 ust. 4 i 5, iż wymóg sterylności dotyczy tylko tych pakietów w stosunku do których w załączniku nr 1A-wymagane parametry techniczne został postawiony taki wymóg a tym samym nie dotyczy pakietu nr 26?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający zmieni termin określony w

a. §1 ust. 3.4 z „... godzin” na „dni robocze”

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia przez Wykonawcę wyrobów które znajdują się u niego w przechowaniu (§2 ust. 3, §3 ust. 5)?

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek ubezpieczenia wyrobów które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać m.in. takie informacje jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż za doręczenie faktury uprawniającej do rozpoczęcia biegu terminu płatności będzie uznane również przesłanie wersji elektronicznej faktury na adres email Zamawiającego i następnie przesłanie w terminie 3 dni roboczych wersji papierowej faktury?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Wynika to z zapisów i brak podstaw do zmiany.

6. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

a. Ust. 1 z 100zł na 0,5% wartości niedostarczonego w terminie towaru

b. Ust. 1 zmiana zdania 2 na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości zamawianej i niedostarczonej partii towaru”,

c. Ust. 3 z 100zł na 0,2% wartości reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki?

d. Ust. 3 zd. 4 zmiana na „Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 353¹k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7.Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2 pkt 1-8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Brak podstaw do zmiany, wynika to umowy, cała korespondencja poprzedza moment rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

ZESTAW 9

Pytanie 1, dotyczy Zadania Nr 17

Czy Zamawiający dopuści poniższy opis przedmiotu zamówienia:

Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościoczęsteczkowych wykonana ze stopu tantalu o właściwościach hydrofilnych

Kształt koszyka składający się z 20 % metalu i 80 % porowatej struktury

Klatki o wysokości od 4 do 10 mm ,stopniowane co 1mm,3 rozmiary podstawy (11 x 11 mm, 11x14mm, 14x14 mm)

Karbowane powierzchnie dla zwiększenia powierzchni kontaktu

Brak potrzeby biomateriałów przyspieszających zrost kostny

Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu

Instrumentarium wraz z narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek?

Odp. Nie.

Pytanie 2, dotyczy Zadania Nr 28

Czy Zamawiający dopuści poniższy opis przedmiotu zamówienia:

Klatki wykonane z PEEK w rozmiarach wysokości od 8 do 14 mm, o długościach 20 i 25 mm oraz stopniach skosku w zależności od rozmiaru 0, 4 i 8 stopni

Duża powierzchnia kontaktu przeszczepu autogenego z płaszczyzną trzonów sąsiadujących kręgów

Możliwość oceny radiologicznej zrostu ze względu na pełną przenikliwość materiału budulcowego kosza dla promieni RTG

Implant wyposażony w znaczniki do oceny radiologicznej położenia implantu

Instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

Instrumentarium zawiera instrumenty do przygotowania przestrzeni międzytrzonowej, przymiary, retraktory oponowo – korzeniowe, instrumenty do osadzania implantu

Odp. Nie.

Pytanie 3, dotyczy Zadania Nr 29

Czy Zamawiający dopuści poniższy opis przedmiotu zamówienia:

Materiał stop tytanu

Płytki w rozmiarach od 8 do 88 mm

Stopniowane w zależności od długości co 1,2 lub 3 mm

Możliwość zmiany kształtu płytki bez utraty możliwości blokowania śrub mocujących

Śrubki samogwintujące oraz samotnące o średnicach 4 i 4,5 mm –w długościach od 10 do 24mm, możliwość wprowadzenia śrub pod kątem do 30 stopni względem płytki

Instrumentarium niezbędne do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji.

Możliwość użycia jednego instrumentu zarówno do wprowadzania śrub jak i do ich blokady

Odp. Nie.

Pytanie 4, dotyczy Zadania Nr 38

Czy Zamawiający dopuści poniższy opis przedmiotu zamówienia:

Możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej,

Prosta oraz pod kątem odgięta nasada podajnika dla dwóch opcji implantacji,

Implant posiadający ząbki dla bezpieczniejszej fiksacji,

Wysokości implantów od 7 do 17mm ze skokiem co 1mm,

Długość implantów w 2 rozmiarach – 27mm, 32mm

Możliwość napełnienia wiórem kostnym,

Obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa,

Implanty trwale oznakowane wraz z instrumentarium niezbędnym do wprowadzenia (zamontowania) implantu, dostarczone w opakowaniach firmowych do sterylizacji

Odp. Tak.

ZESTAW 10

Pytanie nr 1 do zadania nr 48, podpunkt 19

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zadaniu nr 48 podpunkt nr 19 śrub o długości 13mm w miejsce śrub o długości 12mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odp. Tak.

Ponadto Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie formularza asortymentowo-cenowego, stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ poprzez wykreślenie pod tabelą zwrotu: „przy czym minimalny termin dostawy to 3 dni roboczych”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – wzór formularza asortymentowo-cenowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 14.06.2019r., do godz. 09:00 na 24.06.2019r., do godz. 09:00,
- otwarcie ofert – z 14.06.2019r. o godz. 10:00 na 24.06.2019r. o godz. 10:00

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

„3. Termin składania ofert:

- 1) **Oferty należy składać do dnia 24.06.2019r., do godz. 09:00,**
- 2) **Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.**

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019r. o godz. 10:00

w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego**

Małgorzata Usielska