

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



**Nasz znak:**  
**EP/220/24/2019/7**

**Data:**  
**21.06.2019r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/24/2019 pn.: Usługa serwisowania i przeglądów sprzętu rentgenowskiego dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

### Pytania Wykonawców:

#### **ZESTAW 2**

##### **1. Pytanie dot. zał. nr 1.2**

W celu ujednoczenia zapisów z cz. IX pkt 2 tiret 4 prosimy o usunięcie z zadania 2 stacji klienckich s.via.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie końcówek klienckich syngo via, gdyż są one niezbędne do zakończenia procesu wykonania i opisu badania i powinny być serwisowane przez jednego wykonawcę.**

##### **2. Pytanie dot. zał. nr 1.2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zadania 2 wstrzykiwacza kontrastu metron, insuflatora sopro oraz Systemu UPS Eaton – są to urządzenia innych producentów.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Insuflatora SOPRO, gdyż wykonuje bardzo mało procedur z jego użyciem. Na usunięcie pozostałych, wyżej wymienionych urządzeń, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w pierwszym akapicie, określającym przedmiot zamówienia, wykreśla słowa: „insuflator sopro”, nadając mu brzmienie:  
„Przedmiotem obsługi jest:**

**Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem dodatkowym Serwer syngo via ze stacjami, Wstrzykiwacz kontrastu metron, System UPS Eaton**

**Producent: Siemens**

**Typ: Definition AS+**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

Numer seryjny: 95284

Rok produkcji: 2015

Data ostatniego przeglądu: 01.02.2019"

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

### 3. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ, nr 1.3 do SIWZ, nr 1.4 do SIWZ oraz nr 1.5 do SIWZ: cz. II Kontrola jakości pkt 4

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów przez dopisanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.3 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.3 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.4 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.4 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.5 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.5 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.7 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”,

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.7 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.8 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.8 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

#### **4. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. VI**

Prosimy o potwierdzenie, że wsparcie aplikacyjne ma być świadczone przez specjalistę aplikacyjnego posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną wiedzę aplikacyjną oraz potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń w wymiarze 1 dnia szkoleniowego w każdym roku trwania umowy.

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że:**

**- w pkt VI (Pomoc aplikacyjna) po ppkt 1) dodaje ppkt 2) o brzmieniu: „Wsparcie aplikacyjne ma być świadczone przez specjalistę aplikacyjnego posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną wiedzę aplikacyjną oraz potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń.”,**

**w ppkt 6 (Wsparcie aplikacyjne) pkt IX (Syngo.Via) po odnośniku drugim dodaje odnośnik trzeci o brzmieniu: „Wsparcie aplikacyjne ma być świadczone przez specjalistę aplikacyjnego posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną wiedzę aplikacyjną oraz potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń.”.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

#### **5. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ, nr 1.3 do SIWZ, do SIWZ oraz nr 1.5 do SIWZ: cz. VIII pkt 3**

Prosimy o potwierdzenie, że zdalna diagnostyka ma spełniać następujące warunki:

Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń.

Zestawienie szyfrowanego połączenia VPN typu punkt-punkt wykorzystującego protokół IPsec z infrastrukturą firmy Siemens HQ.

Infrastruktura zdalnej diagnostyki spełniająca zasady „strefy zdemilitaryzowanej” (DMZ) zapobiegającej:

Nieupoważnionemu dostępowi z jednej sieci do drugiej

Dostępowi z sieci strony trzeciej (na przykład Internetu)

Przenoszeniu wirusów lub podobnych szkodliwych programów z jednej sieci do drugiej.

System zdalnej diagnostyki umożliwiający\*:

Kontrolę dostępu - kontrolowanie pozwolenia na dostęp do systemu

Wizualny sygnał na ekranie swojego systemu, że zdalne czynności serwisowe są w toku

Opcjonalnie Powiadomienie pocztą elektroniczną przed połączeniem

Wsparcie aplikacyjne wykorzystujące narzędzia do zarządzania zdalnymi pulpitemi.

Proaktywne czynności serwisowe - możliwość czytania logów systemowych, danych statystycznych (na przykład liczba ponownych uruchomień oraz skanowań) oraz danych dotyczących niezawodności systemu.

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

#### **6. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. IX pkt 5**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ustanowi i wskaże w umowie administratora IT i administratora klinicznego, z którym wykonawca będzie się kontaktował w zgłoszonych awarii systemu Syngo.via. Zamawiający udostępni Wykonawcy nr telefonu ww. osób.

**Odp.: Zamawiający wskaże administratora IT do kontaktu tylko w sprawie infrastruktury szpitalnej. Zamawiający nie wskaże administratora klinicznego, gdyż to po stronie wykonawcy leży sprawowanie pieczy nad prawidłowym działaniem pod względem aplikacyjnym serwisowanych przez siebie systemów.**

## **7. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. IX pkt 5**

Prosimy o potwierdzenie, że w celu prawidłowego zgłoszenia awarii, od którego będzie liczony czas naprawy, Zamawiający przekaże następujące informacje nt. zdarzenia serwisowego tj. wykona SavaLog, oraz niezwłocznie prześle taka informacje do serwisu wykonawcy na wskazane adres e-mail, wraz z podaniem ID pacjenta data i godziną badania. Z zachowanie zasad RODO.

**Odp.: Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń serwisowych zgodnie z podpisaną umową to jest poprzez email-e, bądź telefonicznie. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu instrukcje sposobu zgłaszania awarii, gwarantującą najszybsze rozwiązanie problemu, przy czym instrukcja taka musi zostać każdorazowo zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego.**

## **8. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. IX pkt 6**

Prosimy o potwierdzenie, że wsparcie przez inżyniera w siedzibie Zamawiającego odbywać się będzie w ilości dwóch dni na kwartał w połączeniu z wizytą specjalisty aplikacyjnego.

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w ppkt 6 (Wsparcie aplikacyjne) pkt IX (Syngo.Via) po odnośniku trzecim dodaje odnośnik czwarty o brzmieniu: „Wsparcie przez inżyniera w siedzibie Zamawiającego odbywać się będzie w ilości minimum dwóch dni na kwartał w połączeniu z wizytą specjalisty aplikacyjnego. W tym czasie zostanie przeprowadzony audyt prawidłowego działania systemu, potwierdzony stosownym raportem.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

## **9. Pytanie dot. zał. nr 1.3 do SIWZ**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zadania 3 wstrzykiwacza kontrastu covidien oraz zasilacza UPS Eaton z uwagi, że ich producentem nie jest producent urządzenia głównego.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wstrzykiwacza kontrastu covidien oraz zasilacza UPS, gdyż są one niezbędne do zakończenia procesu wykonania i opisu badania i powinny być serwisowane przez jednego wykonawcę.**

## **10. Pytanie dot. zał. nr 4 do SIWZ par. 8 ust. 1**

Prosimy o odstąpienie od wskazanego ustępu. Zwracamy uprzejmie uwagę, że utrzymanie tego warunku spowoduje, że okres trwania rękojmi będzie dłuższy od okresu trwania umowy, co może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu.

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 8 (RĘKOJMIA I GWARANCJA) zmienia treść ust. 1: z „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Usług wykonanych w ramach realizacji Umowy przez okres 36 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia wykonania danej Usługi wpisem w Raporcie Serwisowym (Karcie Pracy).” na „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Usług wykonanych w ramach**

realizacji Umowy przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia wykonania danej Usługi wpisem w Raporcie Serwisowym (Karcie Pracy).”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

#### **11. Pytanie dot. zał. nr 4 do SIWZ par. 8 ust. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o następujący zapis na końcu ustępu:

*"Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji".*

Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części, może wpłynąć na przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na wydłużenie okresu rękojmi, która jest tożsama z warunkami gwarancji.

**Odp.: Odpowiadając na pytanie nr 10 w zestawie 2 powyżej, Zamawiający skrócił okres rękojmi z 36 do 6 miesięcy. Służące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi, w zakresie nieuregulowanym umową, określają przepisy Kodeksu cywilnego.**

#### **12. Pytanie dot. SIWZ rozdz. V pkt 2**

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. dysponujący pracownikami przeszkolonych przez producenta. Celem uniknięcia nieporozumień mogących wynikać z interpretacji składanych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że usługi mają być wykonywane przez osoby posiadające imienny certyfikat ze szkolenia dot. konkretnych modeli aparatów wydany przez **producenta aparatu** lub autoryzowanego przedstawiciela, co ma zostać udokumentowane wspomnianym dokumentem.

Jest to również zgodne z linią orzecznictwa sygn. akt KIO 2043/2017

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 zestawu 1 zamieszczoną w dniu 03.06.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego w piśmie znak: EP/220/24/2019/4 (wyjaśnienie i zmiana SIWZ).**

#### **ZESTAW 4**

##### **Pytanie nr 1: Pakiet nr 2**

W związku z zapisami Załącznika nr 1.2 do SIWZ pkt IV 2) 3) oraz w celu prawidłowego i precyzyjnego oszacowania ceny ofertowej zwracam się z uprzejmą prośbą o informację dot. aktualizacji i modyfikacji, które zostały przeprowadzone w trakcie obowiązywania poprzedniej umowy serwisowej wraz ze wskazaniem ich zakresu i kosztów. Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowej wyceny niniejszego zakresu, oceny ryzyka oraz ewentualnych kosztów Wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający informuje, że od dnia uruchomienia tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS+ o numerze seryjnym 95284, tj. od dnia 02.02.2015r. do dnia 11.06.2019r. wykonane zostały następujące modyfikacje i aktualizacje oprogramowania:**

**999003230424 UI-CT051/15/P UPDATE VA44A SP4**

**999003415636 UI-CT028/16/P Update\_VA44A\_SP5**

**999003557771 UI-CT028/17/S Update\_Som/7\_FP10**

**999003880302 UI-CT053/17/S CUSTOMER SAFETY ADVISORY N**

**999003990603 UI-CT070/17/S Update VA44A SP6**

**Powyższe informacje zostały potwierdzone oświadczeniem firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z dnia 11.06.2019r.**

**Pytanie nr 2:**

**Pakiet nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w umowie zakupu Tomografu komputerowego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia zawarł zapis wyłączający swoim zakresem dostarczenie kluczy i kodów serwisowych do ww. aparatu.

W przypadku braku takiego wyłączenia wnosimy o wykreślenie zapisów dot. licencji na oprogramowanie z dokumentacji postępowania jako nie mających zastosowania w niniejszym postępowaniu.

**Odp.: Zamawiający nie zawarł zapisu wyłączającego dostarczenie kluczy i kodów serwisowych w umowie dostawy przedmiotu zamówienia, jednakże wymaga, aby wykonawca dysponował pełnią profesjonalnej wiedzy i narzędzi do serwisowania przedmiotu zamówienia, w związku z czym utrzymuje wymóg posiadania licencji na oprogramowanie serwisowe.**

## **ZESTAW 5**

Pytanie nr 1

Dotyczy: zadanie nr 6, Załącznik 1.6 do SIWZ:

1) Prosimy o wykreślenie z Załącznika 1.6 do SIWZ pkt II. Kontrola jakości ppkt 1), 2), 3), 4) i zastąpienie ich postanowieniem:

„Wykonywanie testów gamma kamery zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Krajowe przepisy, m.in. ustawa Prawo atomowe i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, szczególnie określają zakres i częstotliwość testów urządzeń i działalność Wykonawcy na tych przepisach się opiera. Zamieszczanie w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych postanowień w tym zakresie, które częściowo odbiegają od brzmienia przepisów nadrzędnych, może budzić wątpliwości co do zakresu koniecznej obsługi serwisowej. Zwiększenie zobowiązań i odpowiedzialności wykonawcy przekłada się na podwyższenie ceny oferty wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 1): z „Wykonywanie testów kontroli jakości podczas każdego przeglądu technicznego;” na „Wykonywanie testów kontroli jakości podczas każdego przeglądu technicznego zgodnie z obowiązującymi u danego Wykonawcy procedurami wewnętrznymi;”.**



- 2) W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wykreślenie z pkt II. Kontrola jakości ppkt 2) słów: „oraz specjalistycznych”, „każdej” oraz „i urządzenia pomocniczego” tak, aby punkt ten był zgodny z brzmieniem art. 33c ust. 7c ustawy Prawo atomowe i otrzymał brzmienie:  
„2) Wykonanie testów akceptacyjnych po naprawie gamma kamery przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, bez potrzeby wzywania przez Zamawiającego do ich wykonania;”

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 2): z „Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po każdej naprawie gamma kamery i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, bez potrzeby wzywania przez Zamawiającego do ich wykonania;” na „Wykonanie testów akceptacyjnych po naprawie gamma kamery przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, bez potrzeby wzywania przez Zamawiającego do ich wykonania oraz testów specjalistycznych;”.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Pytanie nr 2

Dotyczy: zadanie nr 6, Załącznik 1.6 do SIWZ:

Prosimy o wykreślenie z pkt II. Kontrola jakości ppkt 3) ostatniego zdania, które brzmi: „Dotyczy również monitorów przeglądowych bądź opisowych znajdujących się przy aparacie”. Oferta przekazana Zamawiającemu przed wszczęciem niniejszego postępowania nie obejmowała powyższych usług, więc konieczność uwzględnienia dodatkowych usług będzie skutkować podwyższeniem ceny oferty wykonawcy i może prowadzić do niedoszacowania wartości przedmiotu zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Radiolog wykonujący opis badania może korzystać z obrazów tomograficznych bądź rentgenowskich, zatem skutkuje to posiadaniem odpowiedniego monitora medycznego, a co za tym idzie wykonywania testów specjalistycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

Pytanie nr 3

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 1A-6 do SIWZ:

Wnioskujemy o usunięcie parametru jakościowego wymienionego w poz. 2: „Podniesienie wersji oprogramowania do wersji najnowszej”.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 4

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 pkt 6:

Prosimy o wykreślenie z treści wskazanego postanowienia zdania ostatniego, tj.: „W dokumencie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca każdorazowo wskaże czas wykonania Usługi, uwzględniając w tym terminie również okres oczekiwania na jej wykonanie, w tym czasu podróży serwisanta lub czasu oczekiwania na dostawę danej części zamiennej, która powinna zostać zamontowana w celu usunięcia awarii.”.

Karta pracy jest dokumentem potwierdzającym wykonanie prac serwisowych przy urządzeniu u użytkownika. Czas wskazany na karcie pracy jest czasem wykonywania prac serwisowych. Pozostałe elementy, o których mowa w § 2 pkt 6, jeśli to konieczne, powinny być częścią odrębnej dokumentacji/korespondencji.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**



**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE) usuwa z ust. 6 zdanie drugie o brzmieniu: „W dokumencie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca każdorazowo wskaże czas wykonania Usługi, uwzględniając w tym terminie również okres oczekiwania na jej wykonanie, w tym czasu podróży serwisanta lub czasu oczekiwania na dostawę danej części zamiennej, która powinna zostać zamontowana w celu usunięcia awarii.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Pytanie nr 5

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 pkt 13

Proponujemy zastąpienie wskazanego postanowienia następującym:

„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały niezbędne do realizacji przeglądów technicznych. Wykonawca dostarcza części zamienne do każdego przeglądu i/lub naprawy do wartości 200,00 zł netto. W przypadku, gdy cena części do wymiany przekracza kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na jej zakup. Kontynuacja naprawy/wymiany części nastąpi po pisemnej akceptacji warunków oferty przez Zamawiającego.”.

Konieczność zapewnienia wszystkich części zamiennych przez wykonawcę spowoduje znaczący wzrost ceny oferty.

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE) zmienia treść ust. 13: z „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i części zamienne niezbędne do realizacji Usług.” na „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i części zamienne niezbędne do realizacji Usług, ale tylko w zakresie realizowanego zamówienia. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje tylko przeglądy, Wykonawca zapewni tylko materiały potrzebne do wykonania przeglądu).”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Pytanie nr 6

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 pkt 15

Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia i zastąpienie go zapisem proponowanym przez wykonawcę w pytaniu nr 4.

Konieczność zapewnienia wszystkich części zamiennych przez wykonawcę spowoduje znaczący wzrost ceny w porównaniu do oferty na usługi serwisowe przedstawionej Zamawiającemu przed wszczęciem postępowania.

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE) zmienia treść ust. 13: z „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i części zamienne niezbędne do realizacji Usług.” na „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i części zamienne niezbędne do realizacji Usług, ale tylko w zakresie realizowanego zamówienia. W przypadku, gdy**

zamówienie obejmuje tylko przeglądy, Wykonawca zapewni tylko materiały potrzebne do wykonania przeglądu).”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 7

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 8 pkt 1

Prosimy o skrócenie okresu rękojmi z 36 miesięcy do 6 miesięcy. Przeglądy okresowe gamma kamery odbywają się z częstotliwością 6 miesięcy.

**Odp.: Odpowiadając na pytanie nr 10 w zestawie 2 powyżej, Zamawiający skrócił okres rękojmi z 36 do 6 miesięcy.**

Pytanie nr 8

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 8 pkt 4

Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia. Umowa przewiduje konsekwencje dla wykonawcy w postaci kar umownych. Wykonawca jest jedynym w Polsce przedstawicielem serwisowym gamma kamer Nucline AP, autoryzowanym przez producenta. Zlecenie wykonania usługi podmiotowi trzeciemu może skutkować trwałym uszkodzeniem urządzenia przez podmiot nieuprawniony, nie posiadający odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, za co wykonawca nie może brać odpowiedzialności.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 9

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 1.6 do SIWZ:

Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia końcowego:

Z:

„Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”

Na:

„Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”

Wspomniane przez Zamawiającego „testy kontroli jakości w medycynie nuklearnej”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, są wykonywane przez pracowników/przez użytkowników upoważnionych do obsługi gamma kamery codziennie, w dniu przed użyciem kamery lub co miesiąc, w zależności od rodzaju testu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:**

**(1)**

**w zakresie samej SIWZ zmienia dotychczasową treść rozdziału VI w pkt 11 ppkt 3): „oświadczenie o posiadaniu przez wykonawcę (podwykonawcę) akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w medycynie nuklearnej i przedłożeniu jej Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 6).”, nadając mu brzmienie: „oświadczenie o posiadaniu przez wykonawcę (podwykonawcę) akredytacji do wykonywania testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej i przedłożeniu jej Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 6).”;**

(2)

**w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w znajdujących się po pkt IV (Wymagania dodatkowe) postanowieniach końcowych zmienia treść ostatniego zdania: z „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.” na „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Pytanie nr 10

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 10 ust. 1:

Prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej polisy OC z 500.000,00 zł do 100.000,00 zł.

Suma gwarancyjna wskazana przez Zamawiającego w § 10 ust. 1 wzoru umowy jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu do kwoty, na jaką opiewała oferta na usługi serwisowania gamma kamery przedstawiona Zamawiającemu przed wszczęciem niniejszego postępowania.

Konieczność zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy wpłynie na wzrost ceny oferty wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Pytanie nr 11

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 10 ust. 2:

Prosimy o zrezygnowanie z wymagań określonych w lit. a) - j). W opinii wykonawcy zasadne, wystarczające i współmierne do zakresu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 6 jest zobowiązanie wykonawcy do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie swojej działalności na sumę gwarancyjną 100.000,00 zł.

Konieczność zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych przez Zamawiającego we wzorze umowy wpłynie na wzrost ceny oferty wykonawcy.

**Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 10 (POLISA OC) w ust. 2 rezygnuje z warunku określonego w literze g).**

**W wyniku wykreślenia litery g) w § 10 (POLISA OC) w ust. 2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zmianie ulega numeracja kolejnych liter, i tak:**

- dotychczasowa pkt h) stanowiła będzie literę g),
- dotychczasowa litera i) stanowiła będzie literę h),
- dotychczasowa litera j) stanowiła będzie literę i).

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Pytanie nr 12

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 ust. 1:

Prosimy o dodanie do treści wskazanego postanowienia zdania:

„Po zawarciu umowy, wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów technicznych gamma kamery w okresie obowiązywania umowy, wskazujący miesiąc wykonania przeglądu. Dokładny termin wykonania

przeгляdu technicznego, tj. dzień miesiąca, zostanie ustalony w porozumieniu między wykonawcą i użytkownikiem i potwierdzony pisemnie przez obie strony.”.

**Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE) dodaje na końcu ust. 1 zdanie o brzmieniu: „Po zawarciu Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów technicznych Sprzętu w okresie obowiązywania Umowy, wskazujący miesiąc wykonania przeglądu. Dokładny termin wykonania przeglądu technicznego, tj. dzień miesiąca, zostanie ustalony w porozumieniu między Wykonawcą i użytkownikiem i potwierdzony pisemnie przez obie Strony.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Pytanie nr 13

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 6 ust. 10:

Proponujemy zastąpienie wskazanego postanowienia następującym:

„Wykonawca dołączy do faktury za dany okres rozliczeniowy karty pracy z tego okresu rozliczeniowego.”.

Każda wizyta serwisowa oraz czynności wykonane przez inżynierów serwisu są potwierdzane poprzez sporządzenie przez inżyniera serwisu podczas każdej wizyty karty pracy, podpisanej również przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 9. Na koniec miesiąca pracownicy nie sporządzają „protokołów” z realizacji usług”.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza przedstawienie kompletu raportów serwisowych w zastępstwie protokołu z realizacji usług.**

Pytanie nr 14

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 6 ust. 11:

Prosimy o wykreślenie zdania drugiego. Zgodnie z § 5, Umowa ma obowiązywać 12 miesięcy.

Proponujemy dodanie następującego postanowienia:

„Kwota wymieniona w § 6 ust. 1 podlega waloryzacji z dniem pierwszego stycznia roku kalendarzowego, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, podany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Faktury wystawione do momentu ogłoszenia wskaźnika, zawierają kwoty ustalone w roku poprzednim.”.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 15

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 10 ust. 4:

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu przekazania Zamawiającemu ogólnych warunków ubezpieczenia.

Informacje najbardziej istotne każdy ubezpieczyciel zawiera w polisie ubezpieczenia. Jest to bardzo obszerna dokumentacja, a ponadto wieloletnia praktyka wykonawcy potwierdza, że takie rozwiązanie nie jest praktykowane przez zamawiających.

**Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 10 (POLISA OC) dodaje na końcu ust. 4 zdanie o brzmieniu: „Zamawiający żądać będzie ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących w umowie ubezpieczenia tylko wówczas, gdy w polisie nie będą wyraźnie wskazane ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie lub gdy ogólne warunki ubezpieczenia nie będą dostępne na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

## **ZESTAW 6**

### **Dot. zał. nr 4 - projekt umowy**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dot. zał. nr 4 - projekt umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ.**

### **Dot. zał. nr 4 - projekt umowy**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do napraw?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Dot. zał. nr 4 - projekt umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących **Prawa własności intelektualnej i przemysłowej**:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt (3).

(3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że po § 13 (DANE KONTAKTOWE) dodaje § 14 (PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ) w następującym brzmieniu:**

**„1. W przypadku wymiany części zamiennych:**

- 1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związaną z tym roszczeniem,**
- 2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa w pkt 1) powyżej, Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany w pkt 3) poniżej,**
- 3) Zamawiający przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc, jeśli Wykonawca tego zażąda.**

**2. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do:**

- 1) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części,**
- 2) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub**
- 3) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.”.**

**W wyniku dodania do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - § 14 (PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ), zmianie ulega numeracja paragrafów, i tak: - dotychczasowy § 14 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE) stanowił będzie § 15.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że:**

**- w ppkt 2 (Naprawy serwera) pkt IX (Syngo.Via) zmienia treść odnośnika czwartego: z „Kontrakt nie obejmuje obsługi stacji klienckich Syngo.via.” na „Kontrakt nie obejmuje obsługi dodatkowych stacji klienckich nie posiadających monitorów diagnostycznych Syngo.via.”,**

**- w ppkt 5 (Obsługa serwisowa) pkt IX (Syngo.Via) zmienia treść odnośnika trzeciego: z „Umowa zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez firmę SIEMENS, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.” na „Umowa zapewnia pracę inżynierów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”;**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 01.07.2019r., do godz. 08:00 **na 08.07.2019r., do godz. 08:00,**
- **otwarcie ofert** – z 01.07.2019r. o godz. 09:30 **na 08.07.2019r. o godz. 09:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

**„3. Termin składania ofert:**

- 1) Oferty należy składać **do dnia 08.07.2019r., do godz. 08:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego  
w Szczecinie**

***Małgorzata Usielska***