

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/49/2019/2

Data:
01.07.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/49/2019 pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 6

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3.2 projektu umowy 5-dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 2, 3.1, 3.3, 4, 6:
 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **10%** wartości **brutto** zamawianej, **a niedostarczonej w terminie** partii Wyrobów, ale nie może być niższa niż **50 zł**.
* za godzinę w przypadku dostaw „cito”
 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym złożonym przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 pkt 16, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą Umową, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z takim zakupem, w tym w szczególności koszty nabycia Wyrobu lub Wyrobów, koszty wynikające z różnicy cen, kosztów sprowadzenia Wyrobu/Wyrobów do Zamawiającego (przesyłka, transport) ponosi Wykonawca.
W przypadku dokonania zakupu interwencyjnego, Wykonawca, niezależnie od obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w ust. 2 powyżej, zapłaci Zamawiającemu karę umowną, stanowiącą równowartość różnicy pomiędzy ceną Wyrobów wskazaną w ofercie Wykonawcy, a ceną nabycia Wyrobów, powiększoną o **10%**, ale nie niższą niż **100 zł**.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego przez Wykonawcę zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

- 3.1. Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części umowy.**
- 3.3. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.**
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”
4. W przypadku rozwiązania Umowy na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 1) – 8), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto za dane zadanie.
6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy **10%** wynagrodzenia brutto za dane zadanie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 7

Dotyczy: Zadanie nr 6. Zestawy i kaniule do ECMO (CPV: 33.18.60.00-7)

1. Czy Zamawiający zgadza się na wydzielenie z zadania nr 6. pozycji nr 1, 2, 3? Wydzielenie pozwole na złożenie oferty na asortyment, którego jesteśmy autoryzowanym dostawcą w Polsce.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 8

1. Zadanie nr 27. Czy Zamawiający wymaga przewodnic wykonanych z mosiądzu, które nie odkształcają się tak jak przewodnice wykonane z aluminium?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga przewodnic o rozmiarze 4,0 i 5,0 mm również o długości 60 cm?

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 9

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pytanie 1 – Pakiet 17 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie:

Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur karbowanych rozciągalnych z polipropylenu – z pamięcią kształtu:

1. dwóch rur 42 cm (wdech i wydech) o długości 2 m po rozciągnięciu
2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu
3. łącznika typu Y i łącznika kąтового z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M
4. bezłateksowego worka oddechowego o pojemności 2 L z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną.

System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – Pakiet 17 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie:

Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, składający się z trzech rur karbowanych rozciągalnych z polipropylenu – z pamięcią kształtu:

1. dwóch rur (wdech i wydech) o długości 3 m po rozciągnięciu
2. dodatkowej jednej rury do worka oddechowego o długości do 1,5 m po rozciągnięciu
3. łącznika typu Y i łącznika kąтового z portem kapno oraz krótkiego łącznika 22M/22M
4. bezłateksowego worka oddechowego o pojemności 2 L z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną

System Twist Lock gwarantuje szczelne połączenie układu z aparatem do znieczuleń.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3 – Pakiet 17 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie:

Obwód anestetyczny jednorazowego użytku mikrobiologicznie czysty, dla dorosłych o średnicy 22 mm, walidowany na 7 dni, wykonany z PE, bez PCV, bez ftalanów, dwie rury karbowane o długości 2,4 m, (1 ramię z pułapką wodną), gałąź worka oddechowego 1,6 m; Worek oddechowy bezłateksowy 2 L z pętelką do wieszania, wyposażony w wewnętrzną konstrukcję antyokluzyjną oraz kapturek zabezpieczający łącznik kolankowy z portem luer odłączalny, trójnik Y, Niezawodne łącznik od strony aparatu niszowo-zatraskowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 – Pakiet 17 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie:

Anestetyczny obwód oddechowy dla dzieci o średnicy 15 mm, wykonany z polipropylenu, składający się z dwóch rur o zmiennej regulowanej długości w zakresie 42-200 cm oraz dodatkowej gałęzi o długości 150 cm, worka bezłateksowego 1-litrowego, łącznik Y z kolankiem 90 stopni z portem LL zabezpieczony koreczkiem, czysty mikrobiologicznie. Rury posiadają niski opór przepływu, lekkie, z pamięcią kształtu. Mikrobiologicznie czysty.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 – Pakiet 17 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie:

Pediatryczny, okrężny układ oddechowy 15 mm wykonany z rur o gładkiej powierzchni wewnętrznej, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.

W skład układu wchodzi:

- dwie elastyczne rury o długości 1,6 m o gładkiej powierzchni wewnętrznej, z miękkimi zakończeniami 22 F od strony respiratora,
- łącznik Y z możliwością odłączenia gałęzi,
- 1 gałąź o długości 1 m,
- worek oddechowy bezłateksowy o poj. 1 L,
- łącznik prosty 22M/22M,
- kapturek zabezpieczający układ.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 – Pakiet 17 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie:

Okrężny pediatryczny układ oddechowy:

- z rur karbowanych 15 mm,
- 2 rury o długości 1,6 m,
- łącznik Y,
- łącznik kolankowy z portem luer zabezpieczonym koreczkiem na linie,
- dodatkowa gałąź do worka,
- worek oddechowy bezłateksowy o pojemności 1,0 L,

- kapturek zabezpieczający układ oddechowy od strony pacjenta,
- jednorazowy, pakowany indywidualnie.

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 – Pakiet 17 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie:

Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze, w skład którego wchodzi:

- rura wewnętrzna 18 mm,
 - rura zewnętrzna 30 mm,
 - dodatkowa gałąź o regulowanej długości,
 - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2 L,
 - linia kapno,
 - łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F,
 - łącznik prosty 22M/22M,
 - łącznik tlenowy 22M,
 - tester szczelności,
 - dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200 cm.
- Dodatkowo: Pułapka wodna samouszczelniająca się: mała lub duża

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 – Pakiet 27 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie:

Prowadnica intubacyjna do ukształtowania z drutem, z miękkim końcem dystalnym, jednorazowa, bez lateksu, średnica w rozmiarach: - 2,0, dł. 275 mm (dla rurek o rozmiarze 2.5-3.0), - 3,3 mm/dł. 340 mm (dla rurek o rozmiarze 3.5-5.0), - 4,7 mm/dł. 340 mm (dla rurek o rozmiarze od 5.0) do wyboru przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 10

Dotyczy zadania nr 18:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 igłę do portów przystosowaną do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 300 psi, wyposażoną w sztywne, odpinane uchwyty ułatwiające nakłucie portu i jednocześnie zapewniające wygodę podczas długotrwałych infuzji?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 igły do portów w rozmiarach: 19 G x 25 mm, 20 G x 19 mm, 20 G x 25 mm, 19 G x 19 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 igły do portów w rozmiarach: 20 G x 25 mm oraz 20 G x 32 mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- **termin składania ofert** – z 10.07.2019r., do godz. 08:00 **na 17.07.2019r., do godz. 08:00,**
- **otwarcie ofert** – z 10.07.2019r. o godz. 09:00 **na 17.07.2019r. o godz. 09:00.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

„3. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 17.07.2019r., do godz. 08:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2019r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Szczecinie**

Małgorzata Usielska