



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/56/2019/1

Data:
03.07.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/56/2019 pn.: Dostawa dwóch videoduodenoskopów dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono treść siwz:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

dot. projektu umowy - §7 ust. 1 pkt. 3

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie terminu wykonania zamówienia.

W rozdziale IV Zamawiający pisze o terminie nie dłuższym niż 6 tygodni, natomiast w rozdziale XIII opis kryteriów pkt. 2) max. oceniany termin to 8 tygodni.

Odp. Zamawiający zmienia brzmienie zapisu rozdziału IV SIWZ na:

„Termin realizacji zamówienia: zgodnie z okresem wskazanym przez Wykonawcę w ofercie nie dłuższym jednak niż do 8 tygodni od daty podpisania umowy.”

Pytanie nr 2

dot. projektu umowy - §7 ust. 1 pkt. 4)

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar za " za zwłokę w wykonaniu przeglądu, o którym mowa w § 4 ust. 6

Umowy – kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, rozumiany jako każdy dzień po 366 dniu od dnia ostatniego przeglądu " ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

dot. projektu umowy - §7 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w w/w punkcie do 500 zł za każdą nieprzeszkoloną osobę?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pkt. nr 28 w załączniku nr 1 do SIWZ na następujący:

„Możliwość maksymalnie 3 awarii o tych samych objawach tego samego aparatu/podzespołu w przypadku wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu/podzespołu na nowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
Małgorzata Usielska