



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



**Nasz znak:**  
**EP/220/47/2019/1**

**Data:**  
**02.08.2019r.**

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/47/2019 pn.: Dostawa sprzętu w ramach projektu: „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych”, zadanie pn.: Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

#### **Dotyczy pakietów nr 1 i 3:**

1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt 11 oraz formularza ofert (załącznik nr 2 do SIWZ), punkt 4 i 5: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział VI, punkt 11 oraz w formularzu ofertowym? Dla takiego asortymentu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza w zakresie elementów wózka medycznego i podstawy jezdnej pod drugi monitor.**

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu/ asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 zestawu 1 powyżej.**

3. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 1, pozycja 17 (procesor kamery):  
Czy funkcja nagrywania zdjęć i sekwencji wideo w jakości min. FullHD może być realizowana przez osobne urządzenie, kompatybilne z zaoferowanym procesorem?  
Czy Zamawiający dopuści nagrywarkę medyczną, kompatybilna z zaoferowanym zestawem?

***Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.***

**Lokalizacja:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

4. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 1, pozycje 35-38 (monitor LCD 4K o przekątnej 31 cali – 2 szt.): Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2018 w przypadku monitorów 4K? Data produkcji nie ma wpływu na długość gwarancji i jakość sprzętu, a okres gwarancji zaczyna się od momentu instalacji po zakupie.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

5. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 1, pozycja 1 (dotyczy monitora): Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest produkowany w niewielkich seriach w specjalistycznych fabrykach, w kontrolowanych warunkach. Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Czy wobec tych faktów Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu z datą produkcji 2019 dla monitorów i umożliwi złożenie oferty na sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza, aby monitory w ilości 2 szt. były wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, natomiast reszta zestawu 4K musi posiadać datę produkcji – 2019 rok.**

6. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 1, pozycja 62: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych? Jednocześnie prosimy o dopisanie do punktu 62 w/w zapisu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 4 (GWARANCJA JAKOŚCI) zmienia treść ust. 6: z „Termin usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi każdorazowo maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, za wyjątkiem awarii wymagających napraw poza Polską, których termin nie może przekroczyć 12 dni roboczych.” na „Termin usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi każdorazowo maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, za wyjątkiem awarii wymagających napraw poza Polską, bądź sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, których termin nie może przekroczyć 12 dni roboczych.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

7. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 1, pozycja 66: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 66 na zapis następującej treści: „Możliwość maksymalnie 3 awarii gwarancyjnych o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii gwarancyjnej wymiana aparatu/podzespołu na nowy”?

*Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.*

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

8. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 3, pozycja 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych? Jednocześnie prosimy o dopisanie do punktu 17 w/w zapisu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 4 (GWARANCJA JAKOŚCI) zmienia treść ust. 6: z „Termin usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi każdorazowo maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, za wyjątkiem awarii wymagających napraw poza Polską, których termin nie może przekroczyć 12 dni roboczych.” na „Termin usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń w ramach naprawy gwarancyjnej wynosi każdorazowo maksymalnie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia, za wyjątkiem awarii wymagających napraw poza Polską, bądź sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, których termin nie może przekroczyć 12 dni roboczych.”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

9. Dotyczy załącznika nr 1.1 do SIWZ (Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia), pakiet 3, pozycja 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 20 na zapis następującej treści: „Możliwość maksymalnie 3 awarii gwarancyjnych o tych samych objawach w przypadku wystąpienia czwartej awarii gwarancyjnej wymiana aparatu/podzespołu na nowy”?

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

10. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 15 na zapis następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia gwarancyjnego tego samego istotnego elementu/podzespołu dostarczonego Sprzętu (o takich samych objawach) w okresie obowiązywania gwarancji”?

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

11. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 16 na zapis następującej treści: „W przypadku stwierdzenia po raz czwarty takiej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia gwarancyjnego, Wykonawca dokona wymiany Sprzętu stanowiącego Przedmiot Umowy lub innej części Przedmiotu Umowy (w zależności od tego czego dana wada, usterka lub inne uszkodzenie gwarancyjne dotyczyły), na nowy/nową w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego po raz piąty tej samej wady, usterki lub innego uszkodzenia?”

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

*Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.*

## **ZESTAW 2**

**Dotyczy zadania nr 1 oraz 2:**

**Dot. Procesor kamery 4K, punkt 9** - Czy Zamawiający w ramach punktu 9 dopuści do zaoferowania procesor kamery, w którym wybrane, ostatnio używane ustawienia procesora kamery mogą zostać zapamiętane z wykorzystaniem funkcji przypisania ustawień dla użytkowników z punktu 10? Ustawienia mogą zostać zapamiętane pod indywidualną nazwą i przywoływane automatycznie każdorazowo po wyborze nazwy w menu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Procesor kamery 4K, punkt 12** - Czy Zamawiający w ramach punktu 12 dopuści do zaoferowania procesor kamery, który wykorzystuje jednostopniową regulację kontrastu z wykorzystaniem funkcji CHROMA?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Procesor kamery 4K, punkt 14** - Czy Zamawiający w ramach punktu 14 dopuści do zaoferowania procesor kamery, w który migawka regulowana jest wyłącznie w sposób automatyczny i nie wymaga manualnej ingerencji użytkownika?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Źródło światła, punkt 19** - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania źródło światła LED, które nie wykorzystuje filtru optycznego lub cyfrowego, z uwagi na to, że odpowiedni filtr cyfrowy do diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej wbudowany jest w oferowany procesor kamery 4K?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Światłowód, punkt 25** - Czy Zamawiający dopuści światłowód o długości 250 cm?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Dot. Optyka do torakoskopii, punkt 41** - Czy Zamawiający w ramach punktu 41 dopuści do zaoferowania równoważną optykę torakoskopową Hopkins o kącie patrzenia 30° i polu widzenia wynoszącym 74°±3°, która dedykowana jest przez producenta do używania w torze wizyjnym 4K? Zauważyć należy, że optyka ta ma ugruntowaną pozycję w zastosowaniach torakoskopowych w Polsce i na świecie ze względu na wyjątkową jakość obrazu, zapewnioną przez wysoką jasność, kontrast, odwzorowanie kolorów oraz transmisję światła. Nadmienimy, że im większy kąt pola widzenia tym otrzymywany obraz ulega większemu zniekształceniu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Wózek medyczny, punkt 48** - Czy Zamawiający w ramach punktu 48 dopuści do zaoferowania wózek bez transformatora separującego, który zazwyczaj stosowany jest w przypadku podłączania do wózka potencjalnie niebezpiecznych urządzeń o niewystarczającym zabezpieczeniu związanym z prądami upływu? Oferowane przez nas urządzenia spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa w tym zakresie.

*Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.*

**Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.**

**Dot. Podstawa jezdna pod drugi monitor, punktu 49** - Czy Zamawiający w ramach punktu 49 dopuści do zaferowania podstawę jezdną bez półki?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Insuflator wysokoprzepływowo, punkt 50** - Czy Zamawiający dopuści do zaferowania insuflator o przepływie regulowanym do 40 l/min. zamiast 45 l/min.? Różnica w przepływie wynosząca 5 l/min. nie ma istotnego znaczenia na przebieg insuflacji przy tak wysokim przepływie insuflacji.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. Insuflator wysokoprzepływowo, punkt 51** - Czy Zamawiający dopuści, aby funkcja oddymiania pola operacyjnego realizowana była przez dodatkowe, niewielkich rozmiarów urządzenie sterujące oddymianiem umiejscowione pod insuflatorem lub obok zamiast integralnej funkcji insuflatora?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Jednocześnie Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów technicznych podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 1, stanowiących załącznik nr 1A do SIWZ w ten sposób, że:**

- po pozycji 10 dodaje pozycję 11 o treści kolumny 2 (Parametr techniczny podlegający ocenie i punktacja): „Funkcja oddymiania pola operacyjnego stanowi integralną funkcję insuflatora – 10 pkt Funkcja oddymiania pola operacyjnego realizowana jest przez dodatkowe urządzenie sterujące umiejscowione poza insuflatorem – 0 pkt” i kolumny 3 (Oferowany parametr): „.....”,

- pod tabelą zmienia treść części pod nazwą „Uwaga!”: z „1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „tak” lub „nie” w pozycji 2 i 3 oraz podanie oferowanego parametru w pozycji 1 i 4-10. 2) Nie wypełnienie tabeli (nieskreślenie odpowiednio słowa „tak” lub „nie” w pozycji 2 i 3) oraz nie podanie oferowanego parametru w pozycji 1 i 4-10) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.” na „1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli poprzez skreślenie słowa „tak” lub „nie” w pozycji 2 i 3 oraz podanie oferowanego parametru w pozycji 1 i 4-11. 2) Nie wypełnienie tabeli (nieskreślenie odpowiednio słowa „tak” lub „nie” w pozycji 2 i 3 oraz nie podanie oferowanego parametru w pozycji 1 i 4-11) spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.”.

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1A do SIWZ – parametrach technicznych podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Dot. Insuflator wysokoprzepływowo, punkt 57** - Czy Zamawiający w ramach punktu 57 dopuści insuflator, w którym przepływ regulowany może być z krokiem min. 1 l/min. całym zakresie zamiast z trzech trybów przepływu? Rozwiązanie takie umożliwi precyzyjnie ustawienie przepływu insuflacji zamiast ograniczenia tylko do trzech konkretnych trybów przepływu.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

*Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Dopuszczenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.*

**Dot. Stawki Vat** - Czy w razie konieczności wystąpienia w ofercie produktów niemedyycznych o stawce vat 23% - Zamawiający dopuści?

**Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 zestawu 1 powyżej.**

**Dot. Załącznik 1A do SIWZ pkt 2.** - Prosimy o doprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający wymaga bezobsługowej eksploatacji lampy przez okres 5 lat, tj. bez wymiany lampy/żarówki.

„Zapewnienie użytkownikowi bezawaryjnej pracy lampy Xenon lub Led przez okres 5 lat od daty dostawy:  
tak – 10 pkt  
nie – 0 pkt”

**Odp.: Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów technicznych podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 1, stanowiących załącznik nr 1A do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 2 zmienia treść kolumny 2 (Parametr techniczny podlegający ocenie i punktacja): z „Zapewnienie użytkownikowi bezawaryjnej pracy lampy Xenon lub Led przez okres 5 lat od daty dostawy: tak – 10 pkt nie – 0 pkt” na „Zapewnienie użytkownikowi bezawaryjnej pracy lampy Xenon lub Led przez okres 5 lat od daty dostawy, a w przypadku awarii lub zużycia lampy w tym okresie, wymiana lampy na nową: tak – 10 pkt nie – 0 pkt”.**

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1A do SIWZ – parametrach technicznych podlegających ocenie jakościowej dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.

**Pytania Wykonawcy dotyczące zapisów w umowie:**

- 1) Czy ze względu na specjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia (konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy), Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia usterek, wad z 5 dni do 7 dni roboczych, za wyjątkiem awarii wymagających napraw poza Polską, których termin nie może przekroczyć 14 dni roboczych?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z 20% wskazanej w Ofercie ceny całkowitej brutto na 10%.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

- 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z § 7 pkt 1 oraz 2 z wysokości 0,2% na 0,1% wskazanej w ofercie ceny całkowitej brutto za wykonanie zadania, z którego wykonaniem Wykonawca pozostaje w zwłoce.

bądź:  
zmianę w zapisie § 7 pkt 1 oraz 2 „w wysokości 0,2% na 0,1% wskazanej w ofercie ceny całkowitej brutto za wykonanie zadania, z którego wykonaniem Wykonawca pozostaje w zwłoce.”

na:  
„w wysokości 0,2% na 0,1% od niezrealizowanej części zadania, z którego wykonaniem Wykonawca pozostaje w zwłoce.”

**Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca.**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **ZESTAW 3**

**Dotyczy załącznika nr 1.4 do SIWZ**

W związku z brakiem jasno określonej informacji dotyczącej wbudowanej konsoli operatora w aparat, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia w pełni cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych z wbudowaną konsolą operatora, na której będą wyświetlane zdjęcia RTG bezpośrednio po ekspozycji oraz dodatkowo.

**Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia w pełni cyfrowego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych z wbudowaną konsolą operatora, na której będą wyświetlane zdjęcia RTG bezpośrednio po ekspozycji oraz dodatkowo.**

**W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert – z 09.08.2019r., do godz. 08:00 na 19.08.2019r., do godz. 08:00,**
- **otwarcie ofert – z 09.08.2019r. o godz. 09:00 na 19.08.2019r. o godz. 09:00.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**

**„3. Termin składania ofert:**

1) **Oferty należy składać do dnia 19.08.2019r., do godz. 08:00.**

2) **Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.**

**4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2019r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ekonomicznych  
Małgorzata Szalowiec



