

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Znak sprawy: EP/220/74/2017/4

Data: 04.12.2017r.

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/74/2017, pn. Dostawa zestawu echoendoskopowego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

### Pytania Wykonawcy:

#### **ZESTAW 3**

##### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie pakietu i wyodrębnienie myjni endoskopowej?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie nr 2, dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), pkt. VI poz. 12 i 13**

Czy Zamawiający zrezygnuje z punktu 12, 13 w części dotyczącej myjni endoskopowej? Opisane w ten sposób zadania może, w świetle ustawy o wyrobach medycznych, realizować wyłącznie autoryzowany serwis producenta. Certyfikaty ukończenia szkolenia nie uprawniają do uzyskania kodów serwisowych, które dają możliwość i mogą być wykorzystane do modyfikacji wyrobu medycznego.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) w pkt. pkt. VI poz. 12 i 13.**

**W pkt. VI Zamawiający zmienia treść poz. 12 z:**

**„12. Szkolenie min 1 pracownika Sekcji Aparatury Sprzętu Medycznego w serwisie z zakresu obsługi myjni, możliwej wymiany części i bieżącej konserwacji. Możliwość sprzedaży części zamiennych w zakresie zgodnym z przeprowadzonym szkoleniem technicznym (w tym np. lampy UV). Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem.”**

na:

**„12. Szkolenie min 1 pracownika Sekcji Aparatury Sprzętu Medycznego w serwisie z zakresu obsługi myjni, możliwej wymiany części i bieżącej konserwacji. Możliwość sprzedaży części zamiennych w zakresie zgodnym z przeprowadzonym szkoleniem technicznym (z wyłączeniem lampy UV). Szkolenie potwierdzone imiennym certyfikatem.”**

**W pkt. VI Zamawiający zmienia treść poz. 13 z:**

**„13. Po okresie gwarancji udostępnienie kodów w celu umożliwienia obsługi serwisowej”**

na:

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

**„13. Przeszkolenie pracownika w czynnościach serwisowych (np. dreny, uszczelki, zatrzaski, dysze, wymiany filtra wstępnego suszarki, uszczelek testera szczelności itp.) z wyłączeniem lampy UV”**

**Zmiany zostały naniesione w poprawionym II załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna – opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane:

- **termin składania ofert** – 06.12.2017r., do godz. 10:00 **na 20.12.2017r, do godz. 10:00,**
- **otwarcie ofert** – z 06.12.2017r. o godz. 10:30 **na 20.12.2017r. o godz. 10:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 20.12.2017r., do godz. 10:00,**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
***Małgorzata Usielska***