



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EP/220/2/2020/3

Szczecin, dnia 25.02.2020r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/2/2020 pn.: Dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych, szafek przyłóżkowych, materacy p/odleżynowych, materacy w pokrowcu, mebli medycznych i niemedycznych, wagi krzeselkowej, łóżka elektrycznego z wagą dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz zmieniono jej treść:

ZESTAW 2

Zadanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 1 i 2) z barierkami bocznymi składanymi obok leża (łóżko nie posiada zewnętrznej ramy leża)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z podstawą łóżka o konstrukcji zbliżonej do ramion wznoszących, podpierających leże w 4 punktach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) o długości całkowitej 216,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) o szerokości całkowitej 104,5 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) o przestrzeni pomiędzy podłożem, a podwoziem wynoszącym 5 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z krążkami odbojowymi jednoosiowymi, nie-stożkowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Lokalizacja: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

7. Czy w związku z pkt. 8 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z leżem w całości (łącznie z segmentem oparcia pleców) wypełnionym płytami tworzywowymi z polipropylenu, bez tunelu na kasetę RTG?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z dźwignią CPR umiejscowioną po obu stronach łóżka, w środkowej części leża (po środku dłuższego boku leża)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Czy w związku z pkt. 11 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) gdzie sterowanie odbywa się za pośrednictwem panelu centralnego chowanego pod leżem w wysuwanej półce na pościel (regulujący funkcje oczekiwane przez Zamawiającego) oraz pilota przewodowego (z regulacją: funkcji autokontur, segmentu oparcia pleców, segmentu uda, wysokości leża, pozycji anty-Trendelenburga oraz pozycji do spania)? Brak paneli sterujących w barierkach bocznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z regulacją wysokości leża w zakresie 460-800 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) bez chwilowego zatrzymania się leża ma wysokości 46 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z regulacją segmentu uda w zakresie 0-80°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) z anty-Trendelenburgiem 20°, co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) bez sygnalizacji dźwiękowej najniższego położenia leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) ze szczytami wykonanymi ze stalowych rur, z wypełnieniem z płyty tworzywowej hpl?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) bez możliwości zablokowania szczytów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

17. Czy w związku z pkt. 15 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (poz. 6) wyposażone w cztery opuszczane i składane obok leża niezależne aluminiowe barierki boczne, nie powiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości, gdzie każda barierka umożliwia wykorzystanie jako słupek ułatwiający wstawanie lub siadanie? Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, nie poruszające się wraz z segmentami leża. Wysokość barierki 42 cm, bez możliwości powieszenia na nich woreczków urologicznych, bez kolorowych wklejek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

18. Czy w związku z zapisami SIWZ Rozdział VI, pkt. 8 Zamawiający dopuści zamiast protokołów wg normy PN EN 60601-2-52, deklaracje zgodności potwierdzające, że wyrób został wykonany zgodnie z tą normą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 3

Załącznik 1.1 poz.4 - Zadanie nr 1- Materac p/odleżynowy – 2 szt.

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwoleżynowe z komorami umieszczonymi w rzędach napelniające się powietrzem i opróżniające na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 5, 8, 10, 15, 20 minut z komorami w sekcji głowy na stale napelnione powietrzem ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwoleżynowe zbudowane z 20 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie z komorami materaca pojedynczo wymiennymi ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwoleżynowe wyposażone w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji obustronnej z czasem rotacji regulowanym w zakresie 15, 30, 45, 60, 90 minut ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwoleżynowe o wymiarach 196 x 84 x 20.3cm ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwoleżynowe z dedykowaną pompą w zestawie z wygodną stopniową regulacją ciśnienia powietrza w komorach w zależności od wagi pacjenta ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy materace przeciwoleżynowe z zaawansowanymi komorami powietrza, dzięki którym materac można kłaść bezpośrednio na ramę łóżka ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 4

Dotyczy pakietu nr 1 Łóżko szpitalne elektryczne – 4 szt.

1) Czy Zamawiający dopuści stabilne podparcie leża łóżka w 6 punktach?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2) Czy Zamawiający dopuści wolną przestrzeń między podwoziem a podłożem 120mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka – długość całkowita 2230mm i szerokość całkowita 1080mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4) Czy Zamawiający dopuści wymiar leża 850 x 2000 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2160mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6) Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1060mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

7) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości max 740mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

8) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 370 -770mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 390 – 790mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10) Czy Zamawiający dopuści łóżko z opcją wydłużenia leża o 20cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

11) Czy Zamawiający dopuści barierkę składającą się z 4 poprzeczek(profilu), o wys. 30mm i grubości 20mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12) Czy Zamawiający dopuści barierki bez list odbojowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

13) Czy Zamawiający dopuści barierki tworzywowe, dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14) Czy Zamawiający dopuści tworzywowe szczyty łóżka, łatwiejsze w dezynfekcji, bez miejsc łączenia i klejenia?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

15) Czy Zamawiający dopuści w szczytach wypełnienie z płyty HPL o grubości 6mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

16) Czy Zamawiający dopuści łóżko które posiada uchwyty do materaca nie tworzywowe, ale metalowe, wyprofilowane w taki sposób, że umożliwiają przytrzymywanie materaca o różnej szerokości?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 1 łóżko szpitalne elektryczne z dodatkowym wyposażeniem – 6 szt.

1) Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1060mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2) Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 370 -770mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający dopuści tworzywowe szczyty łóżka?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4) Czy Zamawiający dopuści barierki tworzywowe, dzielone, zabezpieczające pacjenta na całej długości? Barierki mogą służyć jako pomoc przy wstawaniu, posiadają wyprofilowane uchwyty.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5) Czy Zamawiający dopuści pilota posiadającego funkcję Trendelenburga? Pilot z możliwością blokady przez personel.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy materaca przeciwoleżynowego –

6) czy Zamawiający dopuści materac bez poniższych funkcji:

Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut.

Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy pakietu nr 1 Łóżko z wagą – 1 szt.

7) Prosimy o wyodrębnienie tego łóżka do osobnego pakietu ponieważ jest to opis wskazujący na konkretnego producenta, niespełnienie parametrów w tej części uniemożliwia złożenie oferty również na pozostałe łóżka w pakiecie.

Odp. Zamawiający nie wydzielili ww. pozycji do osobnego pakietu.

8) Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne do opisanych ?

Odp. Zgodnie z odpowiedziami.

9) Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 227 cm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

10) Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie panel sterujący w barierkach- zewnętrzny, nie posiada wyświetlacza LCD?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

11) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości położenia segmentu pleców za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów? Rozwiązanie to wskazuje na konkretnego producenta. Prosimy o dopuszczenie łóżka, gdzie regulacja położenia segmentu pleców jest płynna, bezstopniowa – zatrzymanie może nastąpić pod każdym wybranym kątem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12) Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku serwisowego w panelu sterującym w barierce?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13) Czy Zamawiający dopuści wysokość leża w zakresie od 370mm do 780mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

14) Czy Zamawiający dopuści panel sterujący bez dodatkowego przycisku umożliwiającego dowolne zaprogramowanie pozycji oraz bez wskaźnika naładowania akumulatora?

Szafka przyłóżkowa – 10 szt.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

15) Czy Zamawiający dopuści całkowitą szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym – 585 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 28.02.2020 r., do godz. 11:00 na 02.03.2020 r., do godz. 11:00,
- otwarcie ofert – z 28.02.2020 r. o godz. 11:30 na 02.03.2020 r. o godz. 11:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

