



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EP/220/65/2020/3

16.10.2020r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/65/2020, pn. Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zestaw 1

Zadanie nr 3

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków posiadających minimum 3 markery sygnalizujące położenie narzędzia w endoskopie, z dwoma rodzajami łyżeczek: elipsoidalnymi i elipsoidalnymi powiększonymi, kleszczyki do kanału 2,0 z łyżeczkami elipsoidalnymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie kleszczyków posiadających minimum 3 markery sygnalizujące położenie narzędzia w endoskopie, z dwoma rodzajami łyżeczek elipsoidalnymi i elipsoidalnymi powiększonymi, kleszczyki do kanału 2,0 z łyżeczkami elipsoidalnymi, bez igły.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli owalnych o średnicy 6, 10, 15, 20, 25 i 32 mm, heksagonalnych o średnicy 10, 15, 20, 25 i 32 mm, crescent o średnicy 15, 20, 25 i 32 mm, potwierdzenie wskazań do zimnej polipektomii na podstawie oświadczenia wytwórcy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy kateteru 7,5 Fr.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie zestawów z głowicą zaopatrzoną w port do podłączenia igły i drenu do irygacji miejsca obliteracji, nakładka z prowadnicą poliamidową, do endoskopów o średnicy 8,6 – 9,2 mm i 9,5-13,0 mm do wyboru.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 1

1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego do cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej. Końcówka igły wyposażona w wycięcie, które sprzyja pobieraniu histologicznych próbek z delikatnych okolic płuc. Echogeniczna igła ze specjalnymi wgłębieniami wspomagającymi widoczność pozwala na lepsze upewnienie się, że igła znajduje się w tkance docelowej. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pierścień zabezpieczający i blokujący. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu zaokrąglone. Rozmiary igły: 22 Ga. Rozmiar koszulki 4.1 Fr. Nastawne przedłużenie igły 0-5 cm. Minimalny kanał roboczy 2mm. Igła posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści. Opakowanie zawiera igłę oraz strzykawkę 10 ml z dwiema blokadami tłoczka. Opakowanie pojedyncze, sterylne.

Odp. Zamawiający dopuszcza

Zestaw 3

1. Załącznik nr 4 do SIWZ: Projekt umowy, par. 1 pkt 9

Czy Zamawiający skróci termin przydatności do użycia do 6 miesięcy, liczonych od dnia dostawy, dla:
- Zadanie nr 5, poz. 1 – koszulki ochronne?

Uzasadnienie: Ww. wyroby medyczne, będące przedmiotem postępowania przetargowego, są wysokospecjalistycznymi wyrobami medycznymi jednorazowego użytku, produkowanymi poza obszarem Unii Europejskiej. Producent deklaruje dla ww. wyrobów 12-miesięczny termin przydatności liczony od daty produkcji. Biorąc pod uwagę wymagany przez Zamawiającego termin dostawy (max 5 dni roboczych) nie jest możliwe zapewnienie wymaganego 12-miesięcznego terminu przydatności liczonego od dnia dostawy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie modyfikuje § 1 ust. 9 projektu umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ poprzez nadanie mu brzmienia: " 9. Dostarczane Wyroby nie mogą mieć terminu zachowania ważności/pełnej sterylności krótszego niż 12 miesięcy, licząc od daty ich dostawy – dotyczy zadania nr 1-4, 6, 7. Ponadto Zamawiający dodaje ust. 9A: „9A. Dostarczane Wyroby nie mogą mieć terminu zachowania ważności/pełnej sterylności krótszego niż 6 miesięcy, licząc od daty ich dostawy – dotyczy zadania nr 5”.

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl oraz na Platformie SmartPZP w zakładce „Dokumentacja Postępowania”

Zestaw 3A

Zadanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe do ostrzykiwania o parametrach: długość całkowita tylko 230 cm, średnica igły 23 G długość igły 4 lub 6 mm, oraz średnica igły 25 G długość igły 5 lub 6 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw 4

Pakiet nr 3 Czy zamawiający dopuści w

Poz 1 Kleszczyki biopsyjne jednorazowe o dł 180cm . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 3 długość robocza min. 230cm; średnica osłonki 2,3mm średnica otwartej pętli 10,15,20,24,36 mm do wyboru przez Zamawiającego. Dostępne kształty: owal. Do zimnej polipektomii średnica pętli 10,15mm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 4 kateter o średnicy 7 F . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 7 Zestawy do opaskowania (ligacji) żyłaków przelyku zawierający 6 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego. Do endoskopów o średnicy 9.4-13,0mm

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw 4A

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści proponowane rozwiązanie: szczotka o długości 180 cm, dwukanałowa, z funkcją rotacji, średnica cewnika 2,6 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści proponowane rozwiązanie: Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr .ostrza igły 22-25 G, dł. ostrza 4-5 mm, dł. narzędzia 160 i 230 cm, osłonka śr. 2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem, rękojeść zakończona portem Luer?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający w zamówieniu szczegółowym każdorazowo wskaże , do której ze wskazanych w ust. 3 powyżej lokalizacji, ma nastąpić dostawa, w jakim asortymencie oraz w jakiej ilości. Wszelkie zmiany miejsca przeznaczenia mogą skutkować zmianą ceny.”

Odp. Zgodnie z SIWZ, jednocześnie Zamawiający informuje, że zawsze wysyłając zamówienie szczegółowe wskazuje lokalizacje oraz rodzaj i ilość asortymentu.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zapłata za dostarczone Wyroby nastąpi w formie przelewu na konto wykonawcy w terminie do 60 dni od daty poprawnego wystawienia faktury zgodnie z przepisami prawa. (...)”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 2

Prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę doprecyzowanie istniejącego zapisu o słowa:

„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 30% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł. *za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3.A.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Nierozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji w terminach, o których mowa w zdaniu poprzednim spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3.C.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3.D.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości niedostarczonych, bądź wadliwych towaru.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10%.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 12

Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„ co najmniej trzykrotnego (...).”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zapis. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odp. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego

Zestaw 5

zadania nr.2 – szczotka cytologiczna do dróg żółciowych

Zamawiający w tej pozycji w Załączniku 1A-2 wymaga „**czyścik trzyczęściowy wykonany z dwóch**

rodzajów włosa”. Czy przez taki zapis Zamawiający ma na myśli szczotkę cytologiczną, której główka zbudowana jest z dwóch rodzajów włosa w układzie: włosie twarde-włosie miękkie-włosie twarde, gdzie włosie twarde nagarnia materiał, a włosie miękkie ten materiał gromadzi??

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający przedłużając termin składania i otwarcia ofert, na niżej podany:

- **termin składania ofert** – z 20.10.2020r., do godz. 9:00 na **26.10.2020r., do godz. 10:00,**
- **otwarcie ofert** – z 20.10.2020r. o godz. 10:00 na **26.10.2020r. o godz. 10:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **Rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt. 6 i 7 otrzymują brzmienie:**

„6. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 26.10.2020 r., do godz.10:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.