



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju



SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
w Szczecinie



DOPRECYZOWANIE WYJAŚNIENIŃ TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

do postępowania na dostawę aparatu IVD do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych wirusa SARS-CoV-2 – rok produkcji 2020 rok wraz z dostawą odczynników i akcesoriów w okresie do 31 października 2021r. dla SPWSZ w Szczecinie (nr EP/220/100RR/2020)

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie rozeznania rynku znak j. w. w udzielonych wyjaśnieniach doprecyzowuje odpowiedź na pytanie 1 zestawu 5 w następujący sposób:

Zestaw 5

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na system zamknięty do izolacji maksymalnie 32 próbek jednocześnie metodą magnetyczną w czasie 9min i zapewnienie izolacji w seriach po minimum 16 próbek?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z Zaproszeniem dopuścił taki system, dodatkowe parametry zostały doprecyzowane w pkt. 1 załącznika nr 4 do Zaproszenia.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr inż. Marta Potęchin-Nowak