



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Szczecin, 04.04.2023r.

Znak sprawy: AS/3/2023

Wyjaśnienia na pytania wykonawców do zaproszenia ofertowego na dostawę, instalację i uruchomienie kapnografu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie

Zestaw 1.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści Kapnograf spełniający następujące parametry:

1. System wyposażony w elektrodę umożliwiającą jednoczesny pomiar saturacji, ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla i tętna
2. EKRAAN: kolorowy o przekątnej 9", dotykowy, w technologii TFT, 800 x 480 pikseli, proporcja 16:9
3. Akumulator litowo – jonowy. Czas pracy do 4 godzin.
4. Oprogramowanie, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
5. Przechowywanie danych pacjenta: do 1 roku danych pomiarowych w 1 – sekundowych odstępach czasu
6. Wyjście szeregowo: EIA232, (RS232)
7. Trzy porty USB 2.0
8. Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz
10. Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody
11. Zakres pomiarowy:
 - tcpCO2: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa
 - SpO2: 0-100 % (70-100 % z ± 3 cyframi)
 - Częstość tętna: 25-240 skurczów na minutę (bpm)
12. Dokładność pomiaru:
 - tcpCO2 (5-200 mmHg) +/- 5 mmHg
 - SpO2 (70-100%) +/- 3 cyfry
 - tętno (25-240 bpm) +/- 3 bpm
13. Czas reakcji czujnika: tcpCO2 (0-90%) \leq 70 sekund
13. Częstotliwość odświeżania danych 1 na sekundę
14. Opcje wyświetlania: widok numeryczny i widok trendów
15. Ustawienie temperatury w °C: 37,0-44,0 °C, skokowo co 0,5 °C
16. Wbudowany barometr: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ± 5 mmHg lub 0,67 kPa
17. Ustawienia czasu pomiaru: 0,5h-12h, skokowo co 0,5 godziny
18. Podręcznik użytkownika w oprogramowaniu urządzenia.
19. Kalibracja automatyczna: Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 12,0 % O2, N – 80,5 %)
20. Odstęp czasowy kalibracji – 12 godzin

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuści Kapnografu, którego parametry nie są zbieżne z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Selekcja Aparatury i Sprzętu Medycznego
KIEROWNIK
Adam Lukonjak