



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
www.spwsz.szczecin.pl
NIP: 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



EZ.210.0815.2025.PA

Szczecin, 07.02.2025 r.

WYJAŚNIENIA

dotyczy: zaproszenia do składania ofert nr EZ/210/0623/2025 z dnia 30.01.2025 r. na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

PYTANIE 1 - dotyczy zadanie 3, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Kołderka grzewcza górnych części ciała: - wymiary 198 x 61 cm (+/-2%), - do użytku u jednego pacjenta, - bezlateksowa, - kołdra skonstruowana w sposób zapewniający możliwość składania/złamania kołdry bez wpływu na przepływ ciepłego powietrza wewnątrz kołdry i na efektywność ogrzewania, - kołdra posiadająca specjalne odrywane paski, służące do mocowania kołdry do pacjenta lub stołu operacyjnego, - na całej dolnej powierzchni kołdry małe otworki, rozpraszające ciepło równomiernie na ciało pacjenta, - system mocowania idealnie dopasowany do węża urządzenia grzewczego, - współpracujące z urządzeniami WarmAir, Thermacare lub Bair Hugger bez konieczności stosowania jakichkolwiek adapterów, czy osprzętu podłączeniowego, - posiadające potwierdzenie wytwórcy kołder o możliwości stosowania z ogrzewaczami WarmAir, Thermacare lub Bair Hugger.”

Produktu o poniższych parametrach:

„Kołderka grzewcza o wymiarach: 223 cm x 76 cm +/- 2 cm na górną część ciała pacjenta. Ogrzewa górną część tułowia i ramiona. Kołderka posiada przezroczystą folię do okrycia i ogrzania głowy pacjenta. Kołderka bezlateksowa, posiada dwie warstwy materiału, wykonana z polipropylenu i polietylenu. Materiał odporny na rozdarcia i płyny. Dwukolorowa - pozwala na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Kołderka bez perforacji (otworów) powodujących silny nadmuchi i ruch powietrza. Struktura materiału zapewnia dodatkowe (obok filtra w urządzeniu) filtrowanie nadmuchiwanego powietrza przez całą powierzchnię kołderki. Kołderki przetestowane zgodnie z normami EN14683 i ASTM F2101-23, wykazują 93.8% skuteczności filtracji bakteryjnej oraz 90.0% filtracji wirusowej (wymagane oświadczenie producenta). Mocowanie do przewodu powietrznego urządzenia grzewczego za pomocą adaptera zintegrowanego z kołderką. Nie



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
www.spwsz.szczecin.pl
NIP: 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



dopuszcza się kołderkę z mocowaniem do przewodu grzewczego za pomocą sznurka, nici lub taśmy. Kołderki kompatybilne z urządzeniami grzewczymi typu WarmAir (urządzenia na wyposażeniu Zamawiającego) o niskim przepływie powietrza do max. 1000 L/min. - wymagane oświadczenie o kompatybilności wystawione przez producenta kołderek. Kołderka przezierna dla promieniowania rentgenowskiego, do użytku u jednego pacjenta.”

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2 - dotyczy zadanie 3, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Kołderka grzewcza dolnych części ciała: wymiary 152cm x 91cm (+/-2%)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Kołderka grzewcza dolnych części ciała o wymiarach: 134 cm x 101 cm (+/-2 cm)”. Pozostałe parametry zgodne z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3 - dotyczy zadanie 3, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu na zasadzie równoważności ofert:

Zamiast parametru:

„Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego: wymiary 213 cm x 91 cm (+/-2%)”

Produktu o poniższych parametrach:

„Kołderka grzewcza na całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach: 233 cm x 127 cm +/-2 cm”. Pozostałe parametry zgodne z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 4 - dotyczy treści zaproszenia do składania ofert

Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg składania ofert w formie papierowej?

Odp.: Tak, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

Lokalizacja:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax: 91 813 90 09



70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax: 91 462 04 94



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
www.spwsz.szczecin.pl
NIP: 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



ZESTAW 2

PYTANIE 1 - dotyczy zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podkład defibrylacyjny w rozmiarze 165x133mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2 - dotyczy zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający określając zamawianą ilość podkładów defibrylacyjnych ma na myśli 200 pojedynczych sztuk czy 200 kompletów pakowanych po 2 sztuki?

Odp.: Zamawiający oczekiwał 200 kompletów po 2 sztuki.

Mając na uwadze powyższe zmiany, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i przygotowanie oferty, tj.:

- termin składania ofert - z 07.02.2025 r., do godz. 11:00 na 12.02.2025 r. do godz. 11:00;
- termin otwarcia ofert - z 07.02.2025 r., do godz. 11:30 na 12.02.2025 r. do godz. 11:30;

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Szczecinie
Malgorzata Ustelska

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
SPWSZ w Szczecinie
Marcin Kiestrzyn

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax: 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax: 91 462 04 94