

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasz znak:
EP/220/106/2017/3

Data:
19.01.2018r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/106/2017 pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Zamawiający informuje, że udzielając wyjaśnieniem i zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: EP/220/106/2017/2 z dnia 18.01.2018r. odpowiedzi:

- na pytanie 5 w zestawie 20, dotyczące poz. 2 w zadaniu nr 64,
 - na pytanie 5 w zestawie 31, dotyczące poz. 2 w zadaniu nr 25,
 - na pytanie 6 w zestawie 31, dotyczące poz. 3 w zadaniu nr 25,
 - na pytanie 7 w zestawie 31, dotyczące poz. 4 w zadaniu nr 25,
- popęłnił omyłkę w zakresie udzielonej odpowiedzi.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia odpowiedzi na w/w pytania: z „Zamawiający dopuszcza powyższe” na „Zamawiający nie wyraża zgody”, tj.:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 20

Dotyczy zadania nr 64, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rurek intubacyjnych firmy PORTEX – Rurka intubacyjna z wbudowanym przewodem do odsysania czyli drenażu przestrzeni podgłośniowej, z mankietem niskociśnieniowym Soft-Seal w kształcie stożka (serca) posiadająca strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy, przezroczysta, ustno/nosowa, oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie i na baloniku kontrolnym, dodatkowo oznaczenie średnicy mankieta na baloniku kontrolnym, łącznik 15 mm jasnoniebieski. Możliwość skrócenia rurki o 10 cm, znacznik rtg na całej długości. Rurka poprzez specjalną budowę mankieta zmniejsza mikroaspirację. W rozmiarach 7,0 – 9,0 mm zamawiane w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 31

Dotyczy zadania nr 25, poz. 2

Prosimy do dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,999%, p/wirusowej 99,98%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H₂O/l przy VT=250 ml, utrata

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

wilgotności 6,5 mg H₂O/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H₂O przy przepływie 30 l/min, objętość oddechowa V_t 60-500 ml, waga: 14 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 25, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,998 %, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 34 ml, opory przepływu 2,2 cm H₂O przy przepływie 60 l/min, objętość oddechowa V_t 120-750 ml, waga: 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania nr 25, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999%, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa: 35 ml, opory przepływu 0,7 cm H₂O przy przepływie 30 l/min (1,9 cm H₂O przy przepływie 60 l/min), objętość oddechowa V_t 120-1000 ml, waga: 16 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Było: Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Jest: Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**

Małgorzata Usielska