



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/82/W2/2014

Data:
28.10.2014r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/82/2014 na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, kaniul, strzykawek, igieł, papierów rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, elektrod do termoablacji, etykiet papierowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. wkraśl się błąd oraz zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 25

Zadanie nr 25, poz. 4: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia i nie miał na myśli, aby cewniki Foley w rozmiarach 6-10 posiadały prowadnicę, natomiast w rozmiarach 12-24 były bez prowadnicy?

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje, aby cewniki Foley w rozmiarze 06F-10F posiadały prowadnicę, natomiast w rozmiarach 12F-24F były bez prowadnicy.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Zadanie nr 20: Czy Zamawiający oczekuje igieł długościętych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 34 nastąpiła omyłka pisarska polegająca na wpisaniu w pozycji nr 1 ilości 1700 sztuk zamiast 17 000 sztuk kaczek 1xuż. W związku z tym zmienia się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie zadania nr 34.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
dr n. med. Mariusz Pietrzak**



Dyrektor
Naczelny
(091) 81 39 011

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 81 39 012

Naczelna
Pielęgniarka
(091) 81 39 016

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych
(091) 81 39 014

Główny
Księgowy
(091) 81 39 015