



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY<sup>A</sup>**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:**  
**NZ/220/91/W1/2014**

**Data:**  
**21.11.2014 r.**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/91/2014 - Dostawa diagnostycznych stacji przeglądowych wraz z podłączeniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w ramach projektu pn: „Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostało złożone pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie Wykonawcy:**

##### **ZESTAW 1**

##### **Pytanie nr 1**

**Dotyczy: Załącznik nr 1.1, Załącznik nr 1.2**

*j. Zakres regulacji Pochylenia monitora*

*Co najmniej od -6 do +22 stopni*

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji pochylenia monitora w zakresie -5 do +21 stopni? Z naszej wiedzy wynika, że nie istnieje monitor spełniający wszystkie wymagania zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie**

##### **Pytanie nr 2**

**Dotyczy: Załącznik nr 1.1, Załącznik nr 1.2**

*a. Zużycie energii*

*I. Maksymalne: nie więcej niż 80W,*

*II. Średnie: nie więcej niż 17W,*

Czy Zamawiający dopuści monitor i średnim zużyciu energii wynoszącym 26W? Z naszej wiedzy wynika, że nie istnieje monitor spełniający wszystkie wymagania zamawiającego.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie**



**Dyrektor  
Naczelny**  
(091) 81 39 011

**Z-ca Dyrektora  
ds. Lecznictwa**  
(091) 81 39 012

**Naczelną  
Pielęgniarką**  
(091) 81 39 016

**Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno  
Administracyjnych**  
(091) 81 39 014

**Główny  
Księgowy**  
(091) 81 39 015

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy: Załącznik nr 1.2**

Czy Zamawiający dopuści monitor prezentacyjny o parametrach:

**a) Typ ekranu**

Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą TFT(S-IPS) 47''

**b) Rozmiar plamki**

0,5414 mm

**c) Kontrast**

1000:1

**d) Kąt widzenia**

178/178 stopni

**e) Czas reakcji matrycy**

9ms

**f) Rozdzielczość natywna**

1980x1080

**g) Częstotliwość odświeżania**

15 kHz-100kHz(poziom), 50Hz-85Hz(pion)

**h) Złącza:**

1x DVI-I

1xHDMI z HDCP

1xD-Sub 15 pin

2xBNC

1x4pin mini-DIN

USB 1 x upstream, 2 x downstream

**i) Gwarancja**

3-letnia gwarancja producenta

Czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego

Serwis realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta

**j) Certyfikaty**

CE (Medical Device Directive), EN60601-1, UL60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1 RoHS

**k) Kalibracja**

Sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14. W zestawie oprogramowanie do kalibracji potrafiące skalibrować monitor wykorzystując jego wewnętrzny czujnik

**l) Inne**

W zestawie kabel, zasilający, DVI, pilot zdalnego sterowania

Przystosowanie do montażu uchwytu VESA, rozmiar otworów montażowych 400mmx200mm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza monitor prezentacyjny opisany w załączniku 1.1 do SIWZ o parametrach przedstawionych w pytaniu z wyłączeniem podpunktu „i” utrzymując wymaganie 5 letniego okresu gwarancyjnego .**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
**dr n. med. Mariusz Pietrzak**