




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY^A**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/31/W2/2015

Data:
27.04.2015 r.

**SPROSTOWANIE WYJAŚNIENI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
UDZIELONYCH PISMEM ZNAK: NZ/220/31/W1/2015 Z DNIA 21.04.2015 R.**

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/31/2015 pn. Dostawa sprzętu medycznego wraz z adaptacją pomieszczeń, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi aparatu w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, dokonuje sprostowania wyjaśnień udzielonych pismem znak: NZ/220/31/W1/2015 z dnia 21.04.2015 w zakresie odpowiedzi udzielonej na pytanie 15 z ZESTAWU 6.

Zamawiający na pytanie 29 z ZESTAWU 1 udzielił odpowiedzi:

ZESTAW 1

Pytanie 29:

Czy Zamawiający potwierdza, że dysponuje zapasem mocy o wartości 100kVa dla każdego z aparatów? Jeśli nie to z jakiej rozdzielni możemy się zasilic i po czyjej stronie będzie wykonanie odpowiedniego przyłącza?

Odp.: Zamawiający wykona przyłącze (doprowadzi kable YKY 5X120 mm² do pomieszczeń technicznych).

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie 15 z ZESTAWU 6 otrzymuje brzmienie:

ZESTAW 6

Pytanie 15

Z informacji otrzymanej podczas wizji lokalnej wynika, że do zasilania aparatów planowany jest do wykonania kable o przekroju 5x50mm². Ponieważ taki przekrój kabla może nie gwarantować odpowiednich parametrów (wartość oporności linii (L - L) mierzona w punkcie przy generatorze dostarczanego aparatu nie powinna przekraczać 0.11 W), prosimy o rozważenie wykonania kabla zasilającego o przekroju np. 5x120mm² IgY.

Odp.: Zamawiający wykona przyłącze (doprowadzi kable YKY 5X120 mm² do pomieszczeń technicznych).

**DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
dr n. med. Mariusz Pietrzak**



**Dyrektor
Naczelny**
(091) 81 39 011

**Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(091) 81 39 012

**Naczelną
Pielęgniarkę**
(091) 81 39 016

**Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno
Administracyjnych**
(091) 81 39 014

**Główny
Księgowy**
(091) 81 39 015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych”

Nazwa beneficjenta: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie”

Nr Umowy: UDA-RPZP.07.02.01-32-004/14-00 z dnia 14.11.2014r.