



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:**  
**NZ/220/80/W1/2015**

**Data: 06.10.2015 r.**

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/80/2015 pn. Dostawa sprzętu medycznego – centrale do monitoringu kardiologicznego wraz z uruchomieniem w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznych” w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Szczecinie”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytania Wykonawcy:**

**ZESTAW 1**

Ad. Załącznik Nr 1 p. III.52. Czy Zamawiający dopuści stację centralnego nadzoru pracującą ze standardową wersją Windows 7 Professional 32 bitową, rozszerzoną o możliwość automatycznego wykonywania back-up oraz przywrócenia wersji wcześniejszej?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**ZESTAW 2**

**Monitory modułowe**

1. – **Pkt. 8,9** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający jedno gniazdo RJ-45 do połączenia sieciowego oraz zapewniające przenoszenie danych w ramach centrali obsługującej monitory?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

2. – **Pkt. 10,11,28** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor który nie posiada możliwości rozbudowy o moduł małoinwazyjnego rzutu minutowego metodą PiCCO oraz wyświetlania na ekranie danych z respiratora?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**



**Dyrektor SPWSZ**  
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora ds. Ekon. – Adm.**  
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa**  
(91) 813 9010

**Pielęgniarka Naczelna**  
(91) 813 9016

**Główny Księgowy**  
(91) 813 9015



3. - **Pkt. 13** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek)? Jedyne przy manualnych ustawieniach użytkownik posiada pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

4. - **Pkt. 14,15** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający za pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych z 150 godzin w rozdzielczości 1min, 5min, 10 min,30 min, 60 min, pamięć z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 lub 5 sekund oraz zapis „full disclosure „ z ostatnich 60 minut 1 krzywej EKG? Jest to wystarczający czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

5. - **Pkt. 20** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcji podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci ?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

6. - **Pkt. 22** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej, laserowej? Wydruk możliwy jest na drukarce wewnętrznej lub drukarce laserowej poprzez centralę.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

7. - **Pkt. 24,25** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcji tzw. trybu nocnego i ochrony danych? Są to funkcje dodatkowe, charakterystyczne dla jednego dostawcy.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

8. - **Pkt. 27** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów na zewnętrznym oprogramowaniu dołączonym do kardiomonitora ? Eksport danych o monitorowaniu pacjenta w formacie elektronicznym jest niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ naraża użytkownika na ujawnienie danych pacjentów.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

9. - **Pkt. 36** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający analizę arytmii w 15 kategoriach?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

10. - **Pkt. 37,38** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar odcinka ST w zakres +/- 2,0 mV z wszystkich monitorowanych odprowadzeń jednocześnie z prezentacją cyfrową wartości na ekranie głównym kardiomonitora? Wymagana prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami jest dostępna jedynie w kardiomonitorach MINDRAY lub w formie wykresów kołowych w kardiomonitorach Philips.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

11. -**Pkt. 49**– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcji „stazy”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta, gdyż powoduje ucisk mankietu na ramię pacjenta przez dłuższy czas.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

12. -**Pkt. 55**– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcji obliczania zmienności ciśnienia tętna PPV?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

13. –**Pkt. 63**– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcji trybu intubacji?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

14. –**Pkt. 66**– Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązanie w postaci zewnętrznego urządzenia do minutowego rzutu serca metodą małoinwazyjną? Rozwiązanie o tyle korzystne, że daje większe możliwości pomiarowe dla Użytkowników.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

### Monitory kompaktowe

15. –**Pkt. 1**– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor o wadze 4,5 kg? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów specyfikacji.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

16. – **Pkt. 8** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor w którym przenoszenie danych odbywa się za pomocą sieci podłączonej do centrali? Taki rozwiązanie jest najbardziej powszechne.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

17. - **Pkt. 11** - Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor, który posiada manualne ustawianie wszystkich granic oraz trzy fabrycznie skonfigurowane typy ustawień granic alarmowych dla 3 grup pacjentów (dorosły, dziecko, noworodek)? Jedynie przy manualnych ustawieniach użytkownik posiada pewność poprawnie skonfigurowanych granic alarmowych w stosunku do aktualnego stanu pacjenta.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

18. – **Pkt. 14** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor wyposażony w funkcje obliczania dawek leków oraz hemodynamicznych?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

19. – **Pkt. 15,17** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nie mający możliwości konfiguracji własnych profili ekranu oraz funkcji podglądu innych monitorów podłączonych w sieci? Pogląd monitorów odbywa się poprzez centralę.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

20. – **Pkt. 19** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej, laserowej? Wydruk możliwy jest na drukarce wewnętrznej lub drukarce laserowej poprzez centralę.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

21. – **Pkt. 20,21,22** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor nieposiadający funkcji tzw. Trybu standby, nocnego i ochrony danych? Są to funkcje dodatkowe, charakterystyczne dla jednego dostawcy.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

22. – **Pkt. 24** –Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów na zewnętrznym oprogramowaniu dołączonym do kardiomonitora ? Eksport danych o monitorowaniu pacjenta w formacie elektronicznym jest niezgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, ponieważ naraża użytkownika na ujawnienie danych pacjentów.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

23. – **Pkt. 33** – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor posiadający analizę arytmii w 15 kategoriach?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

24. - **Pkt. 34,35** -Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor posiadający pomiar odcinka ST w zakresie +/- 2,0 mV z wszystkich monitorowanych odprowadzeń jednocześnie z prezentacją cyfrową wartości na ekranie głównym kardiomonitora? Wymagana prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami jest dostępna jedynie w kardiomonitorach MINDRAY lub w formie wykresów kołowych w kardiomonitorach Philips.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

25. –**Pkt. 46**– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej kardiomonitor nieposiadający funkcji „stazy”? Takie rozwiązanie jest mało komfortowe dla pacjenta, gdyż powoduje ucisk mankietu na ramię pacjenta przez dłuższy czas.

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Centrale monitorujące**

26. –**Pkt. 52** – Czy Zamawiający rozumie poprzez opisany system operacyjny oprogramowanie typu Windows Pro 7 lub 8?

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. System musi spełniać warunki opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.**

27. –**Pkt. 63** – Czy Zamawiający zakupując nowy nie będący częścią posiadanych systemów sprzęt medyczny z niezależnymi stanowiskami centralnego monitorowania zrezygnuje z wymogu kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego centralami Hypervisor VI produkowanymi przez firmę MINDRAY? Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferentów udostępniających Zamawiającemu 8 licencji oprogramowania do zdalnego podglądu stanu pacjentów monitorowanych ? Powyższy wymóg definitywnie zamyka możliwość złożenia alternatywnej oferty przez inne firmy co jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ. Rozwiązanie opisane przez Zamawiającego jest rozwiązaniem ogólnodostępnym na rynku.**

### **ZESTAW 3**

Ad. 14 monitorów modułowych punkt 47, 23 monitory kompaktowe punkt 44. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażone w czujniki SpO2 typu klips inne niż Nellcor?

**Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**W oparciu o art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:**

- **termin składania ofert** – z 15.10.2015 r. do godz. 08:00 na **29.10.2015 r. do godziny 10:00,**
- **termin wniesienia wadium** – z 15.10.2015 r. do godz. 08:00 na **29.10.2015 r. do godziny 10:00,**
- **otwarcie ofert** – z 15.10.2015 r. o godz. 08:30 na **29.10.2015 r. o godzinie 10:30.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale VIII SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10:00 w wysokości: 16 290,00 PLN”**
- **rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:**  
„5. Termin składania ofert:  
1) Oferty należy składać **do dnia 29.10.2015 r. do godz. 10:00.**



2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

**6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2"**

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego**  
**Małgorzata Usielska**