



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:

NZ/220/87/W3/2015

Szczecin, dn. 08.10.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/87/2015 pn. Dostawa sprzętu medycznego wraz z uruchomieniem dla Pracowni Endoskopii w SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencji dopuści urządzenie myjnię dezynfektor endoskopowy o następujących parametrach:

Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich	2 urządzenia jednocześnie, automatycznie otwierana pokrywa komory
Środki do mycia i dezynfekcji	Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces, Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów. Środek myjący stosowany jednorazowo.
Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu	Panel LCD (Polski/ Angielski)
Proces	Ustawienia czasu (wszystkie ustawienia zapisywane)
	Tryby pracy
Pojemność zbiornika	Dezynfektant: 18L, Woda: 26L, Alkohol: 1L, Detergent: 1L
System pomp	Pompa testu szczelności, Pompa powietrza, Pompa odpływu, Pompa dezynfektantu, Pompa wodna, Pompa alkoholu, Pompa detergentu
System filtracji	Filtr wstępny (0,2 mikrona)
Temperatura dezynfektantu	Regulowana 20°C - 30°C
Sposoby mycia	1. Powierzchnie zewnętrzne: Mycie z wibracjami, Mycie bieżącą wodą 2. Wnętrza kanałów: Przepływ płynów, Powietrze, Alkohol 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Mycie z wibracjami, Przepływ płynów



**Dyrektor
SPWSZ**

(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**

(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**

(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelnia**

(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Sposoby dezynfekcji	1. Powierzchnie zewnętrzne: Zanurzenie w w środku dezynfekcyjnym 2. Wnętrza kanałów: Wpływający i przepływający środek dezynfekcyjny, Alkohol, Powietrze 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym
Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji, testu szczelności	Wbudowana drukarka
System druku (cały proces)	1. Data i godzina rozpoczęcia procesu 2. Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji 3. Godzina zakończenia procesu 4. Temperatura środka dezynfekcyjnego 5. Ilość użyć środka dezynfekcyjnego 6. Wynik testu szczelności
Dezynfekcja wody	Wbudowana lampa UV
Konektory (złączki)	1 wyjście na test szczelności, 6 wyjść na kanały robocze, awaryjny spust środka dezynfekcyjnego
Podłączenie do instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej	Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V:50/60Hz
Wymaganie elektryczne (napięcie)	AC220 – 240 V, 50/60 Hz
Zużycie energii	300w (Max 3kw)
Wymiary / Waga	768x733x1083 / 100kg
Autoryzowany serwis techniczny w Polsce	Okres gwarancji 24 miesiące, Niskie koszty serwisu pogwarancyjnego

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaofiarowanej myjni.

ZESTAW 2

W związku z postępowaniem nr NZ/220/87/2015 na dostawę sprzętu medycznego wraz z uruchomieniem dla Pracowni Endoskopii w SPWSZ w Szczecinie, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące parametrów technicznych myjni:

dotyczy pkt. 9

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie zapewniało możliwość stosowania środków różnych producentów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych i dopuszczonych do stosowania w oferowanym urządzeniu, czy Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia producenta z listą min. 3 zestawów środków różnych producentów?

Uzasadnienie

Rozwiązanie takie zapewnia niskie koszty eksploatacji, możliwość zakupu środków z zachowaniem konkurencji przy zapewnieniu pełnej skuteczności procesu.

Odp. Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ – rozdział I. pkt 9.

Dotyczy pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści myjnię, z równoważnym rozwiązaniem zapewniającym mycie i dezynfekcję kanałów endoskopu (boks ciśnieniowy) bez konieczności stosowania indywidualnych przyłączy?

Uzasadnienie

Rozwiązanie takie zapewnia łatwą obsługę i szybki, bezpieczny załadunek endoskopów do myjni, jest rozwiązaniem uniwersalnym obniżającym koszty zakupu i eksploatacji (brak konieczności zakupu wielu różnych przyłączy do różnych endoskopów, jest rozwiązaniem sprawdzonym stosowanym przez różnych producentów (tylko w Polsce około 350 instalacji) i jest rozwiązaniem zgodnym z normą PN EN 15883 dla myjni dezynfektorów do endoskopów elastycznych.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy pkt. 13

Czy Zamawiający wymaga suszenia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów ciepłym powietrzem oraz wymaga wyposażenia myjni w suszarkę załadunku?

Odp. Zgodnie z SIWZ.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Dotyczy pkt. 22

1. Prosimy o podanie, jakie oprogramowanie posiada Zamawiający.

Odp. Zamawiający nie posiada oprogramowania.

2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie dostarczane wraz z urządzeniem do zainstalowania na komputerze wskazanym przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania do identyfikacji endoskopów wraz z komputerem.

Dotyczy pkt. 23

Prosimy o zmianę zapisu na: przeglądy techniczne raz na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Uzasadnienie: producenci zalecają przeglądy techniczne po różnej ilości cykli. Urządzenie wyświetla komunikat o konieczności wykonania przeglądu.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacji technicznej – opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) w rozdziale I. punkt 23.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 3

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Wymagania Zamawiającego

Pkt. 13 - Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia dokonywała suszenia powierzchni zewnętrznych mechanicznie wymuszonym nawiewem powietrza filtrowanym filtrem HEPA klasy min. H14, zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 15 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje, w jaki sposób ma być uzdatniana woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw takich filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV, ponieważ wychwytuje również zanieczyszczenia stałe mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 17 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie zasilane prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to napięcie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymaga więc od Zamawiającego jakichkolwiek adaptacji przyłączy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pkt. 20 - Czy pisząc o systemie raportowania procesów mycia i dezynfekcji Zamawiający ma na myśli wbudowaną drukarkę, która na wydruku pokazuje parametry przebiegu procesu mycia i dezynfekcji (nazwa etapu, czas trwania, temperatura itp.), czy też zewnętrzny system komputerowy do archiwizacji parametrów procesu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Wymagania dodatkowe

Pkt. 6 - Czy Zamawiający wymaga aby gwarancja obejmowała również koszty przeglądów okresowych wraz z dojazdem serwisanta, jego robocizną oraz częściami zużywalnymi?

Odp. Zamawiający wymaga, aby gwarancja obejmowała koszty przeglądów okresowych wraz z dojazdem serwisanta jego robocizną oraz częściami zużywalnymi.



**Dyrektor
SPWSZ**

(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**

(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**

(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**

(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW 4

Dotyczy wymagań SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty wykazu środków myjących i dezynfekujących dostarczanych przez 2 dostawców, których preparaty mogą być używane w zaoferowanej myjni?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

ZESTAW 5

Pytanie nr 1 dotyczące Zał. nr1. (Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) - **do Pkt 22.** – Czy zamawiający dopuści rozwiązanie oparte o transpondery zintegrowane z endoskopami i technologię RFID która umożliwia dokumentację procesów w zakresie:

1. numer seryjny miniETD2
2. typ i numer seryjny dezynfekowanego endoskopu
3. dane osoby, która uruchomiła myjnię
4. wszystkie parametry procesu
5. potwierdzenie poprawności wszystkich parametrów procesu mycia i dezynfekcji
6. potwierdzenie poprawnego przebiegu procesu

Dokumentacja odbywa się poprzez program dokumentacji w formie wydruku z drukarki która jest odrębnym urządzeniem stanowiącym wyposażenie myjni?

Opisany system jest dedykowany do posiadanych przez szpital endoskopów OLYMPUS, nie ma konieczności dokonywania modyfikacji powłoki endoskopów poprzez naklejanie kodów kreskowych co w konsekwencji może skutkować nieprawidłową dekontaminacją i degradacją powłoki endoskopu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczące Zał. nr1. (Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) - **do pkt 3 „wymagania dodatkowe”** – Czy zamawiający dopuści urządzenie z deklarowanym dostępem do części zamiennych w wymiarze 8 lat od momentu zaprzestania produkcji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dotyczące Zał. nr1. (Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) **Do myjni:** Czy zamawiający w związku z wymogiem kompatybilności z endoskopami OLYMPUS, wymaga aby ciśnienie początkowe testu szczelności zawierało się w ramach 280 do 300 mbar, następnie ciśnienie było obniżane i utrzymywane na poziomie 140mbar w czasie całego procesu mycia i dezynfekcji?

Myjnie dedykowane do aparatów OLYMPUS, pracują na takim ciśnieniu początkowym testera szczelności aby zapewnić właściwą diagnostykę wstępną urządzenia i wykrycia nieszczelności w pierwszym etapie mycia, kluczowe jest też badanie szczelności niższym poziomem ciśnienia w czasie całego procesu mycia i dezynfekcji, w przypadku wykrycia nieszczelności proces jest zatrzymywany aby nie narazić aparatów na zalanie płynami. Tak przeprowadzany test szczelności jest bezpieczny dla aparatów OLYMPUS.

Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów umowy - do § 4 Gwarancja jakości pkt 9. Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt 9 z uwagi na fakty:

1. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych użytkownik ma obowiązek używania sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi która wskazuje jako podmiot uprawniony do wykonywania czynności serwisowych autoryzowany serwis producenta z uwagi na odpowiedzialność produktową.



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



2. Sposób usunięcia usterki może być określony jedynie przez autoryzowany serwis na podstawie oględzin i ekspertyzy technicznej.
3. Realizacja postanowień pkt 9 w tym brzmieniu stałaby w sprzeczności z ustawą czyli dokumentem nadrzędnym.

Interes Zamawiającego jest zabezpieczony w pkt.8 mówiącym o konieczności zapewnienia urządzenia zastępczego.

Odp. Zamawiający zrezygnuje z zapisu w § 4 z pkt 9.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów umowy Do § 4 Gwarancja jakości pkt 13. Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis i nada brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki sprzętu (tego samego podzespołu urządzenia) w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku czwartego uszkodzenia/usterki gwarancyjnej tego samego rodzaju, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia”?

W obecnym brzmieniu punkt nie precyzuje charakteru i zakresu usterki. Jako „objaw” może być interpretowane nie rozpoczynanie procesu mycia co może wynikać z różnych przyczyn nawet nie leżących po stronie urządzenia.

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis i przyjmuje on brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki sprzętu (tego samego podzespołu urządzenia) w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku czwartego uszkodzenia/usterki gwarancyjnej tego samego rodzaju, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia”.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów umowy § 4 Gwarancja jakości pkt 14. Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie okresu 8 lat od daty zakończenia produkcji urządzenia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Zamawiający modyfikuje zapis umowy § 4 Gwarancja jakości pkt 14 i przyjmuje on brzmienie:

„Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych do sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy przez okres 10 lat licząc od daty dostawy. Zamawiający będzie mógł w tym okresie zakupywać części bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 7 dotyczące Zał. nr1. (Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry) - **do pkt 3**

Czy w związku z wymogiem możliwości mycia aparatów OLYMPUS Exera, Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia przez producenta endoskopów kompatybilności z oferowaną myjnią?

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8 dotyczące zapisów umowy do § 4 punkt 7: Celem doprecyzowania zapisów umowy (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) prosimy o potwierdzenie i zapis w umowie § 4 punkt 7 „w dniach roboczych „

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis:



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Wszelkie awarie będą przez Wykonawcę usuwane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 9 dotyczące zapisów umowy § 4 Gwarancja jakości pkt 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z paragrafu 4 pkt.14 zapisu „Zamawiający będzie mógł w tym okresie zakupować części bez konieczności opłacania usługi serwisowej”

Sprzedż części zamiennych jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych. Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy zrezygnuje z wymagania dostarczenia

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny, za którego poprawne Wykonawca odpowiada, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Jedynie serwisowanie przez podmiot, który posiada niezbędne kwalifikacje oraz wyposażenie pozwalające na wykonanie wszelkich przeglądów oraz napraw zgodnie z wytycznymi producenta zapewnia każdorazowo przywrócenie do standardu odpowiadającego deklaracji zgodności, a także gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej.

Odp. Dostawca myjni po zadeklarowanym okresie gwarancyjnym zagwarantuje dostępność części zamiennych bez kosztów usługi serwisowej.

Pytanie nr 10 dotyczące zapisów SIWZ i umowy: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o potwierdzenie, że to Zamawiający zobowiązuje się do przystosowania pomieszczeń, w których ma zostać zainstalowany przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną przez Dostawcę wraz z ofertą przetargową, Dokumentacja Techniczno Rozruchowa.

W przeciwnym wypadku prosimy o dostarczenie Wykonawcom 2 dni przed terminem otwarcia ofert niezbędnej dokumentacji technicznej budynku, a także uzyskanie przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych pozwoleń na prowadzenie prac dostosowawczych od właściwych organów administracji państwowej i uzależnienie terminu zakończenia dostawy od uzyskania przez Zamawiającego pozwoleń na przeprowadzenie przez Wykonawcę prac remontowo - budowlanych.

Odp. Zamawiający posiada przyłączy wody zimnej 3/4" z uzdatniaczem wody, przyłączy wody ciepłej 3/4", odpływ kanalizacyjny PCV 50mm na wysokości 60 cm od podłogi oraz elektryczne przyłączy 3-fazowe zakończone gniazdem 16A na wysokości 150cm od podłogi, do podanych przyłączy była podłączona myjnia ETD-2 Olympus. Zamawiający oczekuje od Dostawcy podłączenia myjni do posiadanej instalacji.

Pytanie nr 11 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, zapisów umowy paragraf 3 pkt. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w pkt. 8 na zapis:

„Przeszkolenia i wystawienia imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania codziennych czynności związanych z prawidłową eksploatacją myjni dla pracownika Pracowni Naprawy Sprzętu Medycznego SPWSZ. Szkolenie zostanie przeprowadzone podczas instalacji sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym ”

Wykonywanie takich czynności lub napraw jest możliwe jedynie po uzyskaniu autoryzacji serwisowej zgodnie z wymaganiami producenta i wymogów art.90 pkt 5 Ustawy o Wyrobach Medycznych. Czy Zamawiający podda się, na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



(uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy wyrazi zgodę zrezygnuje z w.w. wymogu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 dotyczące zapisów umowy, opisu przedmiotu zamówienia oraz zapisów SIWZ pkt. VI podpunkt 4.3, 4.4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia oferowanej myjni czytnik z drukarką – tj. przedmiotów zamówienia, które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów o których mowa w SIWZ pkt. VI podpunkt 4.3, 4.4 ?

Dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium RP posiada całe urządzenie do którego jest przeznaczony opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia myjnia, wózek

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1 podpunkt 2: Czy zapewnienie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego (lub wstawienie modułu zastępczego) w sposób, który umożliwi ciągłość pracy, spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych ?

Odp. Kary naliczane są zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 14 dotyczące zapisów umowy paragraf 6 pkt. 1 podpunkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10 % ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa zmiana została naniesiona w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawionym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 15: Ponadto prosimy o udzielenie odpowiedzi i podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp. Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcania.

W oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert a tym samym termin ich otwarcia w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 09.10.2015 r. do godz. 09:00 na **12.10.2015r. do godziny 09:00,**
- otwarcie ofert – z 09.10.2015 r. o godz. 09:30 na **12.10.2015r. o godzinie 9:30.**

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

➤ **rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 12.10.2015 r. do godz. 09:00.**
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2015 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

p.o. Z-ca **DYREKTORA**
ds. Lecznictwa
prof.dr hab.n.med. Jan Ślósarek



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015