



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak:
NZ/220/93/2015

Szczecin, dn. 09.11.2015 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/93/2015 pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, kaniul, strzykawkę, igieł, papierów rejestrujących do urządzeń medycznych, testów oraz rękawów do sterylizacji, elektrod do termoablacji, etykiet papierowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW I

Czy w związku z datowaniem ogłoszenia na 13 10 2015r (**Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 13.10.2015**) a ukazaniem się go w dniu 19 10 2015r planowane jest przedłużenie terminu składania ofert w/w postępowaniu?

Odp. Zgodnie z art. 43 ustęp 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie. W związku z tym biorąc pod uwagę powód wskazany w zapytaniu nie jest planowane przedłużenie terminu składania ofert.

ZESTAW II

Pytanie 1. Dotyczy Pakietu 46:

Prosimy o dopuszczenie uchwytu o długości 15cm (wymagane 16,5cm) z kablem o długości 3,20m (wymagane 3m); Tak nieznaczna różnica rozmiaru (1,5cm w długości rączki PCV) nie wpłynie na wartość użytkową produktu a poszerzy grono oferentów ubiegających się o zamówienie ze środków publicznych w tak podstawowym asortymencie; Producent posiada certyfikat kompatybilności z urządzeniami posiadanymi przez Szpital.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW III

Zadanie nr 10 poz. 15, 17

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30 bez nadruku, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 10 pozycja 15, ale nie wymaga.

Natomiast zadanie 10 pozycja 17 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 10 poz. 16



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy w powyższej pozycji Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 50x30 z nadrukiem, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW IV

Zadanie nr 6. Igły do biopsji stercza, biopsji cienkoigłowej i do biopsji tkanek miękkich.

Pozycja nr 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły o średnicy 18G x 20cm?

Pozostałe wymaganie bez zmian.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pozycja nr 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł o długości 20cm oraz długość pobranego materiału 0.9cm oraz 1,9cm? Pozostałe wymaganie bez zmian.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW V

Zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych składam prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez,

- określenie w zadaniu nr 37 Załącznik nr 1 do SIWZ „Opaski identyfikacyjne, taśmy i etykiety”- rzeczywistych ilości użycia wymienionych materiałów.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- określenie, o jaką ilość – Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości wyrobów w zadaniu nr37 w ramach zawartej umowy (**§ 1 ust. 6 Projektu umowy -Załącznik nr 5 do SIWZ**)

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- określenie czy w związku z zapisem § 1 ust. 6 Projektu umowy -Załącznik nr 5 do SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość odebrania w ciągu 12 msc. zaledwie 10% ,30%, 50% podanych w SIWZ ilości lub niezamówienia wybranych pozycji w ogóle.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- określenie czy w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego w ciągu 12 miesięcy zapisanych w treści umowy ilości, Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia umowy do wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Odp. Zgodnie z §6 ust. 2 pkt 4 projektu umowy – poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ oraz zgodnie z §7 ust. 2 pkt 4 projektu umowy – poprawiony Załącznik nr 5A do SIWZ.

ZESTAW VI

1) Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w zadaniu nr 5 poz.10 igły do stymulacji nerwów obwodowych w rozmiarze 21G/50mm przy zachowaniu pozostałych wymogów Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2) Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 5 poz.8, 9, 10?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3) Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w zadaniu nr43 poz.1 zamkniętego systemu dostępu naczyniowego – zaworu bezigłowego, sterylne (sterylizowanego tlenkiem etylenu) pakowanego pojedynczo,



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



bezigłowego, posiadającego łatwą do dezynfekcji membranę jednoelementową przezierną, podzielną membranę osadzoną w przezroczystym plastikowym konektorze, gdzie membrana i krawędź konektora tworzą jedną płaszczyznę (łatwość dezynfekcji). System jest pozbawiony mechanicznych części wewnętrznych, z prostym w pełni widocznym torem przepływu, o przepływie do 600ml/min, wytrzymały na ciśnienie do 24 barów=350 psi, o przestrzeni martwej 0,07ml. Możliwość podłączenia do pacjenta 7 dni lub 720 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, i alkoholami?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW VII

W związku z przetargiem oznaczonym numerem sprawy NZ/220/93/2015 zadanie 43 pozycja 1 termin składania ofert 23.11.2015 zwracam się do Państwa z pytaniem o możliwość przystąpienia do przetargu.

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępu naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI pakowany podwójnie, przezierny umożliwiającą kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętnicy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu oraz produktem Dual Cap?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW VIII

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w Zadaniu 43 zaworów o następujących parametrach:

- bezigłowy,
- zaopatrzony w zastawkę silikonową, niesprzysajającą kolonizacji bakterii
- podzielną membranę
- bez mechanizmów wewnętrznych metalowych i zawierających latex
- pracujący w systemie zamkniętym
- przezroczysty
- minimalny przepływ 165 ml/min (wymagany przepływ w siwz, jest możliwy do uzyskania tylko w cewnikach dializacyjnych)
- przestrzeń martwa maksymalnie 0,04 ml
- pakowany pojedynczo
- sterylny, jednorazowego użytku
- możliwość użycia przez 7 dni oraz 600 aktywacji (w zależności co nastąpi pierwsze) – ilość aktywacji charakteryzuje szczelność i trwałość zastawki silikonowej.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW IX

1. Zadanie 11 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści testy wsadu w opakowaniach po 200 sztuk + 1 aplikator PCD?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Zadanie 11 pozycja 17 i 18: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany w opakowaniach po 100 sztuk?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Zadanie 11 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści test kontroli wsadu składający się z 250 wskaźników emulacyjnych klasy 6 wg PN EN ISO 11140-1 i 1 przyrządu PCD?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



4. Zadanie 11: Czy w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań należy je zaokrąglić do pełnych oferowanych opakowań handlowych?

Odp. Tak, w przypadku otrzymania ułamkowej ilości opakowań należy je zaokrąglić do pełnych oferowanych opakowań handlowych.

5. Zadanie 11 pozycja 16: Prosimy o podanie wymiarów etykiet do kontenerów Aesculap?

Odp. Etykieta do kontenerów Aesculap z plombą - wymiary: Szer. 35mm x długość dołu 78 mm x długość góry 81 mm

ZESTAW X

Pytanie 1 Zadanie 12 poz.1

Czy Zamawiający wymaga testów o ostatecznym odczycie biologicznym w czasie 3-5 godzin?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 2 Zadanie 12 poz.2

Czy Zamawiający wymaga inkubatora z możliwością podglądu inkubacji 10 testów biologicznych wraz z jednym testem kontrolnym ze zwalidowanym termometrem elektronicznym, z możliwością ustawiania nr cyklu, z sygnałem alarmowym w przypadku wykrycia wzrostu drobnoustrojów, z możliwością ustawienia inicjałów osoby obsługującej, posiadającego zintegrowaną drukarkę automatycznie drukująca wynik inkubacji.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3 Pakiet nr 14 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo- foliowych o gramaturze 70 g?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 4 Pakiet nr 14 poz. 1-8

Czy zamawiający wymaga aby na rękawie umieszczony był piktogram skreślonej dwójki *oznaczający wyrób jednorazowego użytku oraz aby były informacje o przebarwieniu wskaźnika przed i po procesie sterylizacji?*

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 Pakiet nr 14 poz. 1-8

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 Pakiet nr 14 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby na torebce, na linii fabrycznego zgrzewa umieszczona była informacja o zgodności z normą ISO 11607-1 i EN 868-2,3,4,5?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 Pakiet nr 14 poz. 1-8

Czy Zamawiający wymaga, aby na torebce znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji, opisana w języku polskim?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XI

Dotyczy Zadania nr 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, maskę krtniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiety umieszczone na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 22 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci HME, sterylny, z jednomembranowym, samodomykającym się portem tlenowym, dla pacjentów dorosłych oddychających spontanicznie przez rurkę intubacyjną lub tracheotomijną?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności p/bakteryjnej i p/wirusowej 99,999%, z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o poziomie nawilżania 31 mg/l H₂O przy V_t=50 ml, medium filtracyjnym hydrofobowym, przestrzeni martwej 8 ml, objętość oddechowa powyżej 25 ml, wadze 9g, filtr ze złączem prostym, sterylny z portem kapno z korkiem luer w kolorze białym niebieskim?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 22 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci HME, sterylny, do intensywnej terapii dorosłych. Podwójne złącze 22M/15F, skuteczność do 24 godzin, o parametrach: ciężar 25 g, przestrzeń martwa 45 ml, opór przepływu przy 30 l/min 0,83 cm H₂O?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy do intensywnej terapii dorosłych, sterylny, podwójne złącze 22M/15F, skuteczność do 24 godzin, o parametrach 23 g, przestrzeń martwa 32 ml, opór przepływu przy 30l/min 0,6 cm H₂O?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy Zadania nr 22 poz. 5

Prosimy o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XII

1. Dotyczy zadania 7 poz. 6

Proszę o dopuszczenie pojemnika 60 L wykonanego polipropylenu (tak jak pozostałe pojemniki w tym zadaniu). Pozostałe wymogi bez zmian. Umożliwi to złożenie korzystnej oferty cenowej i jakościowej.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW XIII

Dotyczy pakietu nr 43:

1. Czy Zamawiający dopuści zawory bezigłowe o przepływie 350 ml/min, działające z podzielnej membrany z tępą kaniulą, osadzonej w przezroczystym konektorze?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



2. Czy Zamawiający wymaga, aby zawory bezigłowe posiadały mają objętość refluksu, nie większą niż 0,004 ml?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XIV

Pytanie 1- Zadanie nr 3, poz. 6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2- Zadanie nr 3, poz. 6

Proszę o doprecyzowanie, jakich rozmiarów będzie wymagał Zamawiający i w jakich ilościach?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3 - Zadanie nr 3, poz. 30.

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 - Zadanie nr 18, poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej (zabezpieczenie w postaci drobnego, polimerowego zatrzasku, chroniącego przed przypadkowym zakłuciem), z portem bocznym, wykonanej z PUR, posiadającej system mikrokanalików, zastawkę antyzwrotną chroniące przed wypływem krwi z kaniuli, igła kaniuli posiada zagłębienie dzięki czemu można stwierdzić poprawność wkłucia od razu (bez konieczności cofania igły z naczynia)- krew widoczna w komorze umieszczonej na końcu kaniuli (tzw. Flashback), 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, nazwa producenta na kaniuli, bez lateksu, info o przepływie, rozmiar, data ważności na opakowaniu jednostkowym, rozmiary:

16 G	1,7 x 45	Szary
17 G	1,5 x 45	Biały
18 G	1,2 x 45	Zielony
18 G	1,2 x 32	Zielony
20 G	1,0 x 32	Różowy
22 G	0,8 x 25	Niebieski

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 - Zadanie nr 18, poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej (zabezpieczenie w postaci drobnego, polimerowego zatrzasku, chroniącego przed przypadkowym zakłuciem), bez portu, z uchwytem, wykonanej z PUR, posiadającej system mikrokanalików, zastawkę antyzwrotną chroniące przed wypływem krwi z kaniuli, igła kaniuli posiada zagłębienie dzięki czemu można stwierdzić poprawność wkłucia od razu (bez konieczności cofania igły z naczynia)- krew widoczna w komorze umieszczonej na końcu kaniuli (tzw. Flashback), 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, nazwa producenta na kaniuli, bez lateksu, info o przepływie, rozmiar, data ważności na opakowaniu jednostkowym, rozmiary:

18 G	1,2 x 45	Zielony
18 G	1,2 x 32	Zielony



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



20 G	1,0 x 32	Różowy
22 G	0,8 x 25	Niebieski

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 6 - Zadanie nr 18, poz. 1-7

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 2 paskami RTG, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, rozm:

Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
16 G	1,7 x 45	196
17 G	1,5 x 45	128
18 G	1,3 x 45	90
	1,3 x 33	103
20 G	1,1 x 33	61
	1,1 x 25	65
22 G	0,9 x 25	36
24 G	0,7 x 19	22

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 7 - Zadanie nr 18, poz. 1-7

Proszę o dopuszczenie kaniuli z 3 paskami Rtg, bez nazwy producenta na kaniuli, nazwa na opakowaniu jednostkowym, z zastawka antyzwrotna pełniącą rolę filtra hydrofobowego, rozmiary:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45	90
	1,20 x 38	
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 8 - Zadanie nr 18, poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul, które informacje o braku latexu posiadają w dołączonej do pudełka instrukcji użycia.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 9 - Zadanie nr 18

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cały asortyment z pakietu nr 18 pochodził od jednego producenta, nie ma to żadnego medycznego uzasadnienia,

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10 - Zadanie nr 18

Zwracam się z prośbą o uznanie wymogu w punkcie g) w formularzu asortymentowo-cenowym (pakiet 18) za spełniony, na podstawie Certyfikatu CE, posiadanie owego świadczy o spełnieniu wymogu biokompatybilności materiału, z którego są wykonane kaniule.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Pytanie 11 - Zadanie nr 18

Proszę o odstąpienie od wymogu żeby „port górny był umieszczony centralnie w osi skrzydełek”, taki wymóg, z jednoczesnym podkreśleniem „nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli”, wskazuje na jednego znanego Producenta sprzętu medycznego, co zaprzecza zasadom wolnej i uczciwej konkurencji.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 12 - Zadanie nr 20, poz. 1-4

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli strzykawkę typu Luer dwuczęściową czy trzyczęściową?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 13 - Zadanie nr 20, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 14 - Zadanie nr 20, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 15 - Zadanie nr 20, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,4x13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 16 - Zadanie nr 20, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z pojedynczą skalą pomiarową, bez dodatkowego łącznika Luer. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 17 - Zadanie nr 20, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawki cewnikowej z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 18 - Zadanie nr 20, poz. 7

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,45x13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 19 - Zadanie nr 20, poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z rozszerzoną skalą: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-22ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20 - Zadanie nr 20, poz. 10-12



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający pozwoli podać cene za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 21 - Zadanie nr 20, poz. 13

Czy Zamawiający pozwoli podać cene za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 22 - Zadanie nr 20, poz. 1-4, 8-9, 10-13, 14-15

Proszę o odstąpienie od wymogu aby asortyment w w/w pochodził od tego samego producenta. Wymóg nie ma to żadnego medycznego uzasadnienia. Bardzo ogranicza możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co drastycznie zakłóca rozwój wolnej konkurencji, ogranicza możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 23 - Zadanie nr 20, poz. 16

Proszę o dopuszczenie przyrządu do bezpiecznego przygotowania i pobierania leków i płynów w relacji butelka-strzykawka z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24 - Zadanie nr 43, poz. 1

Proszę o dopuszczenie zaworu bezigłowego, posiadającego następujące cechy:

- Specjalna konstrukcja zaworu gwarantuje brak martwej przestrzeni pomiędzy obudową a membraną silikonową maksymalnie redukując zaleganie pozostałości krwi lub płynu
- Duża przestrzeń wewnętrzna zapewnia przepływ na poziomie min. 32 l/h
- Kompatybilny z MRI
- Wysokiej jakości membrana silikonowa pozwala na wielokrotne podawanie leku nie powodując tym samym wycieku
- Idealne dopasowane obudowy z membrana silikonową nie pozwala na dostanie się powietrza do wnętrza zaworu
- Mały rozmiar, przezroczysta budowa ułatwia pracę personelowi medycznemu, dając pacjentowi większe uczucie komfortu
- Prosty tor przepływu zapewnia równomierny i płynny wlew
- Kompatybilny z końcówkami Luer, Luer lock. Wielofunkcyjność pozwala na współpracę ze wszystkimi zestawami.
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Możliwość używania przez 7 dni i 360 wejść
- Nie zawiera PVC, lateksu i nie wchodzi w reakcję z stosowanymi lekami
- Możliwość podawania krwi i tłuszczu

Membrana osadzona w plastikowym, przezroczystym konektorze.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 25 - Zadanie nr 19

Co Zamawiający ma na myśli pisząc że: „ na każdym opakowaniu jednostkowym ma być czytelne potwierdzenie sterylności w postaci znaku, wskaźnika”? Czy wystarczy oznaczenie sposobu, metody sterylizacji produktu?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



ZESTAW XV

1. Pytanie do zadania 22 poz. 1 – 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 22 poz. 1, 2, 3, 4 – filtrów i utworzenie odrębnego pakietu np. pakiet 22A. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencji i uzyskania lepszych cen przez Zamawiającego, ponieważ większość firm posiadających w swojej ofercie filtry oddechowe nie posiada poz. 5 zestawu do pobierania wydzieliny.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie do zadania 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtra wg poniższego opisu: filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci HMEF z portem luer lock, mikrobiologicznie czysty, minimalna objętość oddechowa 25ml, waga 12g, martwa przestrzeń 11ml, zwrot wilgoci przy VT=25ml na poziomie 27mg H₂O/l zwrot wilgoci, przy VT=250ml jest niemierzony, opór przepływu 11L/min = 1.0 cm H₂O opór przepływu 30L/min jest niemierzony, złącza proste 15F-15M, filtracja bakteryjno wirusowa >99,99%.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie do zadania 22 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie filtra wg poniższego opisu: filtr elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem luer lock, sterylny, minimalna objętość oddechowa 75ml, waga 20g, martwa przestrzeń 28ml, zwrot wilgoci 30mg H₂O/l, opór przepływu 30L/min = 2.1 cm H₂O, złącza proste 22F/15M-22M/15F, filtracja bakteryjno wirusowa >99,99%.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie do zadania 22 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME sterylny, do intensywnej terapii dorosłych. Podwójne złącze 22M/15F, skuteczność do 24 godzin; o parametrach: ciężar 31g, przestrzeń martwa 57ml, opór przepływu przy 60l/min - 3cm H₂O.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie do zadania 22 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy do intensywnej terapii dorosłych, sterylny. Podwójne złącze 22M/15F, skuteczność do 24 godzin; o parametrach: ciężar 23g przestrzeń martwa 42ml, opór przepływu przy 60l/min - 2cm H₂O.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pytanie do zadania 9 poz. 4 (wapno sodowane):

Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu nr 9 pozycję 4 „Wapno sodowane”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dot. Wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający potwierdza, iż termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku.

Odp. Zamawiający potwierdza, że termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający modyfikuje projekty umów poprzez dodanie zapisu w §1 ustęp 2: „Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.” Poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ i poprawiony Załącznik nr 5A do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



2. Prosimy Zamawiającego o dodanie do §1 ust. 5 wzoru umowy zastrzeżenia, że zmniejszenie ilości dostaw przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20% wartości umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy zamawiającego o zmianę terminu dostaw na cito do 48 godzin roboczych od momentu otrzymania i potwierdzenia faksem Zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kary umownej określonej w §3 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości dostarczonej ze zwłoką części zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 1 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości brutto niezrealizowanej w terminie zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

* Za godzinę w przypadku dostaw cito”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 1 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości brutto niezrealizowanej w terminie zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

* Za godzinę w przypadku dostaw cito”.

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej będącej wynikiem konieczności dokonania przez Zamawiającego zakupu interwencyjnego do równowartości różnicy cen towarów.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 2 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku upłynięcia - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 100 zł.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 2 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku upłynięcia - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 100 zł.”

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

7. Prosimy o zmianę wysokości kar umownych w par. 3 ust. 3 do 0,2% reklamowanego towaru.
Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 3 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.
Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych do pracy).
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości zamawianej partii towaru”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 4 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.
Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych do pracy).
Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.
*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.
Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości zamawianej partii towaru.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §3 ust. 4 poprzez naliczanie kary umownej w przypadku rozwiązania umowy od wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób:
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- 1/ powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3, § 3 ust. 3 umowy;
 - 2/ powtarzających się 3 krotnie nieterminowych dostaw typu „cito” o więcej niż 24 godziny
 - 3/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z istotnymi wadami jakościowymi;
 - 4/ dostarczenia /trzeci przypadek/ wyrobu z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy;
 - 5/ wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu dla oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
 - 6/ odstąpienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia od finansowania świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XVI

1. Dotyczy Zadania nr 12 i 13: Uprzejmie prosimy o połączenie wskazanych Zadań oraz dopuszczenie zaoferowania dzierżawy jednego autoczytnika, który umożliwi inkubację testów biologicznych do pary o szybkim odczycie oraz testów biologicznych do tlenu etylenu o szybkim odczycie (inkubacja testów do pary i tlenu etylenu nie może jednak przebiegać jednocześnie ze względu na różne temperatury inkubacji). Powyższe rozwiązanie znacznie obniży koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z realizacją umowy dzierżawy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy Wzoru umowy § 1 punkt 2: Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu dostaw na „cito” do 48h.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 1: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 2: Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu: „powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200zł”. Kara w obecnej wielkości jest rażąco wysoka, gdyż Wykonawca w przewidzianej niniejszym paragrafem sytuacji zostanie już obciążony różnicą w cenie pomiędzy ceną umowną a ceną zakupu interwencyjnego.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 2 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku upłynięcia - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 100 zł.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 2 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku upłynięcia - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 100 zł”.

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

5. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 3: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości wadliwej/niepełnej partii zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w obecnej wielkości są rażąco wysokie.
Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 3 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych do pracy).

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości zamawianej partii towaru.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 4 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych do pracy).

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości zamawianej partii towaru”.



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

6. Dotyczy Wzoru umowy § 3 punkt 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych do 2% wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XVII

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w **Zadaniu Nr 16 poz. 1** produktu zgodnego z systemem jakości ISO 13485-2012? Pozostałe parametry bez zmian.

Wyżej wymieniona norma dotyczy zarządzania jakością w organizacjach dostarczających wyroby medyczne i związanych z nimi usług. Co oznacza, że jej treść jest dostosowana do przepisów dotyczących wyrobów medycznych i związanych z nimi usług - zawiera pewne szczegółowe wymagania dla wyrobów medycznych i wyłącza niektóre wymagania ISO 9001, które nie są odpowiednie. Jest odpowiednikiem ISO 9001 dla producentów wyrobów medycznych oraz firm świadczących usługi związane z wyrobami medycznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW XVIII

Zadanie 46 Uchwyty elektrod, adaptery monopolarne

Punkt 1. Uchwyt elektrod jednorazowego użytku, z dwoma przyciskami, długość 155mm, do elektrod z trzonkiem Ø2,4mm, z kablem o dł. 3m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową / opakowanie 10 szt?

Odp. Dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW XIX

Projekt umowy:

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zamawiający potwierdza, że termin dostaw dotyczy dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający modyfikuje projekty umów poprzez dodanie zapisu w §1 ustęp 2: „Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.” Poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ i poprawiony Załącznik nr 5A do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

2. Zważywszy na treść § 1 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?*

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 1 wzoru umowy słowa *„50% wartości zamawianej partii towaru”* zostały zastąpione słowami *„50% wartości towaru niedostarczonego w terminie”*?

Uzasadnione jest aby maksymalny limit kary umownej był naliczany od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji jedynie nieznacznej części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 1 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości brutto niezrealizowanej w terminie zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

*** Za godzinę w przypadku dostaw cito”.**

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 1 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości brutto niezrealizowanej w terminie zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

*** Za godzinę w przypadku dostaw cito”.**

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy po słowach *„w ciągu 24 godzin”* dodane zostały słowa *„(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)”*?

Jeżeli krótki, liczony w godzinach termin załatwiania reklamacji miałby obejmować również dni wolne od pracy, zwiększałoby to koszty logistyczne związane z obsługą dostaw. Miałoby to niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na kalkulację ceny oferowanej w przetargu. Dlatego uzasadniona jest modyfikacja § 3 ust. 3 wzoru umowy i wprowadzenie sposobu obliczania terminu analogicznego jak w § 1 ust. 2.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp. Zamawiający dodaje zapis w § 3 ust. 3 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ poprzez dodanie po słowach „w ciągu 24 godzin” słów: „(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)”.

Jednocześnie Zamawiający dodaje zapis w § 4 ust. 4 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ poprzez dodanie po słowach „w ciągu 24 godzin” słów: „(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy)”

Poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ i poprawiony Załącznik nr 5A do SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

6. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 4 wzoru umowy słowa „2% całej wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1” zostały zastąpione słowami „2% niezrealizowanej wartości umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4) umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odp. Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

ZESTAW XX

Do umowy § 4p.1

Czy Zamawiający w celu miarkowania kar umownych wyrazi zgodę na zmianę w zapisie umowy i naliczanie kary w wysokości 1% od wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień / godzinę * zwłoki.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego zestawu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca, z silikonowym rękawem odprowadzającym pokrytym specjalną warstwą skutecznie hamującą nieprzyjemne zapachy o długości ~ 155 cm, z balonikiem retencyjnym, zakładanym bez konieczności penetracji odbytu palcem, z systemem zapobiegającym przepełnieniu balonika retencyjnego poprzez użycie strzykawki o pojemności 45 ml do wypełnienia balonika retencyjnego wodą z pierścieniem uszczelniającym. Na silikonowym rękawie port służący do napełnienia balonika retencyjnego i irygacyjny.

W zestawie 3 worki worki półprzezroczyste (tylna strona jest mleczna, a przednia strona ze skalą – przezroczysta) o pojemności 1500 ml wyposażone w filtr węglowy (niwelujący zapach) oraz substancję żelującą zawartość worka. Zestaw posiada pasek do podwieszania. Czas utrzymania 29 dni. Mikrobiologicznie czysty, nie zawiera lateksu.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zadanie 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania badań klinicznych potwierdzających czas zastosowania. System jest skuteczny pomimo braku badań klinicznych nie prowadzonych ze względu na przeznaczenie / zastosowanie sprzętu (doodbytnicze podczas biegunki, czyli w środowisku z dużą ilością bakterii coli). System nie powoduje odleżyn w odbyciu pacjenta gdy przestrzega się zasady prewencji tzn. odbarczania balonika raz na dobę. System jest mikrobiologicznie czysty.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 25 poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania worków o pojemności 1500ml kompatybilnych z zestawem, skalowane 100ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 1250ml, 1500ml?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXI

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w par. 2 ust. 7 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust 1, 3, 4:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości **50 zł za każdy** dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać **20% wartości brutto niezrealizowanej w terminie** zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż **50 zł**.

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 1 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

*** Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.**

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 1 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

*** Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.**

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **20%** wartości **brutto** niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w § 3 ustęp 3 projektu umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych do pracy).

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **50%** wartości zamawianej partii towaru”.

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapis w § 4 ustęp 4 projektu umowy – Załącznik nr 5A do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych do pracy).

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości **50 zł** za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **50%** wartości zamawianej partii towaru”.

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 5 do SIWZ oraz poprawionym Załączniku nr 5A do SIWZ, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości **niezrealizowanej części** umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XXII

Zadania nr 1 poz.1:

Prosimy o sprecyzowanie czy rurka intubacyjna ma posiadać znacznik głębokości w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki widocznego pod kontrola laryngoskopu, co pozwala na kontrole głębokości położenia rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 2:



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igły do nakłuć lędźwiowych o dł. 38-40mm producenta- firmy Becton Dickinson, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Prosimy o sprecyzowanie czy igły do wkłuć podpajęczynówkowych mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 4:

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów o dł. 210cm, spełniających pozostałych wymogów siwz.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Poz.3: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 17:

Poz.3:

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma pracować skutecznie w zakresie 0-90 stopni? Zakres pracy 0-90 stopni oznacza zdolność generowania przez nebulizator cząsteczek aerozolu przy dowolnym kącie odchylenia od pionu aż do 90 stopni włącznie. Pozwala to personelowi medycznemu na stosowanie terapii aerozolowej nawet u pacjentów o specjalnych wymaganiach w trakcie leczenia np. takich, którzy pozostają w pozycji poziomej (leżącej).

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dodaje, że zadanie nr 17 dotyczy masek.

2. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku? Taka konstrukcja podstawki dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dodaje, że zadanie nr 17 dotyczy masek.

3. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dodaje, że zadanie nr 17 dotyczy masek.

4. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dodaje, że zadanie nr 17 dotyczy masek.

Poz.4:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej firmy LMA jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, w rozmiarach 4 i 5.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z całkowicie przezroczystymi mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość wzmocnioną stabilizatorem



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



uszczelnienia, z wzmocnioną grzbietową częścią mankietu, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu w rozm. 4 i 5.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 19:

Poz.1 :

1.Czy zamawiający dopuści kaniulę dla dzieci i noworodków w rozm. 0,7 (24G) producenta – firmy Becton Dickinson o maksymalnym przepływie 13 ml/min, wykonaną z PTFE ze zdejmowalnym uchwytem ułatwiającym wprowadzanie kaniuli do naczynia, widoczną w USG bez dodatkowego portu.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie nr 19 dotyczy igieł.

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylny producenta – firmy Becton Dickinson bez portu górnego ze skrzydełkami wykonanej z poliuretanu z 6 paskami kontrastującymi w rtg w rozm.0,7 x 19mm 24G.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie nr 19 dotyczy igieł.

3. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylny wykonanej z poliuretanu w rozm. 0,7 wyposażonych w min.2 paski rtg producenta innego niż kaniule zaoferowane w poz. 2-8, kompatybilnych z koreczkami w poz. 9.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie nr 19 dotyczy igieł.

4. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych wykonanych z teflonu z 3 paskami rtg w rozm. 0,7 producenta innego niż kaniule zaoferowane w poz. 2-8, kompatybilnych z koreczkami w poz. 9.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie nr 19 dotyczy igieł.

5.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylny w rozm. 0,7 spełniającej wymagania zawarte w siwz producenta innego niż kaniule zaoferowane w poz. 2-8, kompatybilnych z koreczkami w poz. 9.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie nr 19 dotyczy igieł.

6.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do krótkotrwałego dostępu dożylnego z poliuretanu bez portu , jałowej, niepirogennej, nietoksycznej, pakowanej pojedynczo, z 6 paskami kontrastującymi w RTG o średnicy zewnętrznej kaniuli 0,7mm – 0,75 mm i długości 19mm, 24G.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie nr 19 dotyczy igieł.

Poz.2-8:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniuli dożylny producenta firmy Becton Dickinson wykonanej z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), bez pasków rtg , widocznej w aparacie USG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym, zatyczką z zastawką antywrotną, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge oraz nazwa opakowania pozwalająca na identyfikację produktu, z portem górnym centralnie umiejscowionym w osi skrzydełek w rozm.: 22G 0,8 x 25mm; 20G 1,0x32mm; 18G 1,2x 45mm; 17G 1,4x45mm; 16G 1,7x45mm; 14G 2,0 x 45mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych, wykonanej z poliuretanu ,z 6 paskami kontrastującymi w promieniach RTG, z samozamykającym się portem iniekcyjnym , zatyczka z zastawką antyzwrotną hamującą wypływ krwi, bez lateksu, na opakowaniu informacja o wielkości przepływu, data ważności, nr w skali Gauge, z portem z koreczkiem samodomykającym się, umiejscowionym w sposób umożliwiający łatwą obsługę i minimalizujący ryzyko traumatyzacji naczynia, nazwa własna kaniuli (zastrzeżona dla producenta) pozwalająca na jego jednoznaczną identyfikację bezpośrednio na kaniuli celem łatwej identyfikacji produktu w rozm:0,9 x 25mm, 1,1 x 32mm, 1,3 x 32mm, 1,3 x 45mm, 1,5 x 45mm, 1,8 x 45mm, 2,0x 45mm.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

Poz.6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych 16 G x 1, 8 x 45 mm. Zgodnie z międzynarodową definicją rozmiaru Gauge kaniule 16 G to kaniule o średnicy zewnętrznej 1,6; 1,7 i 1,8 mm. W



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



związku z tym prosimy o rozszerzenie zakresu rozmiarów kaniul o kaniule 16 G 1,8 x 45 mm. Odpowiedź pozytywna poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ważne i konkurencyjne cenowo oferty.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

Poz.7:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli do wlewów dożylnych 14 G x 2,0 x 45 mm. Zgodnie z międzynarodową definicją rozmiaru Gauge kaniule 14 G to kaniule o średnicy zewnętrznej 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 mm. W związku z tym prosimy o rozszerzenie zakresu rozmiarów kaniul o kaniule 14 G 2,0 x 45 mm. Odpowiedź pozytywna poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ważne i konkurencyjne cenowo oferty.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

Poz.8:Czy zamawiający dopuści kaniulę producenta – firmy Becton Dickinson w rozmiarze od 0,9 do 2,0 wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, wyposażona w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegający rozpryskiwaniu się krwi poprzez posiadanie systemu kapilar, minimum cztery wtopione na całej długości kaniuli paski rtg, w rozmiarach: 0,9 x 25 mm, 1,1 x 32 mm, 1,3 x 32 mm, 1,3 x 45 mm, 1,5 x 45 mm, 1,8 x 45 mm, 2,0 x 45 mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

Poz.9:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków do kaniul z trzpieniem powyżej jego krawędzi, kompatybilnych z poz.1-8 pakowanych pojedynczo na blistrze (po 4szt) tego samego producenta, co kaniule w poz. 1-8. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku ja kogokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania koreczków do kaniul typu kombi z trzpieniem na równi jego krawędzi, kompatybilnych z poz.1-8 pakowanych pojedynczo rekomendowanych przez producenta kaniuli(o numerze katalogowym nadanym przez producenta kaniuli i umieszczonego w katalogu producenta), co gwarantuje pełną kompatybilność z oferowanymi w pakiecie kaniulami. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku ja kogokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dodaje, że zadanie 19 dotyczy igieł.

Zadanie nr 20:

Poz.1-4:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki jednorazowego użytku mają posiadać skalę na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2.Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Poz.4; Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek o pojemności 20ml pakowanych w opakowania po 80szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Poz.6,8,9: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk posiadających jednostronną skalę pomiarową. Pragniemy nadmienić, iż wszelki normy dotyczące strzykawk jednorazowego użytku dopuszczają, lecz nie wymagają posiadania dwustronnej skali pomiarowej.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Poz.8 i 9:

Każdy producent pompy określa w menu pompy albo w instrukcji rodzaje strzykawk jakie mogą być stosowane w tych pompach. Należy zauważyć, że powszechną praktyką na rynku wyrobów medycznych jest, że producent pomp infuzyjnych lub tzw. podmiot odpowiedzialny (importer lub dystrybutor), mając na względzie zarówno bezpieczeństwo pacjentów jak i ochronę przed odpowiedzialnością prawną np. w zakresie odszkodowań za wystąpienie zdarzeń medycznych, ustala w instrukcji obsługi i użytkowania produkowanych przez siebie lub wprowadzanych do obrotu na terytorium RP pomp, jakie rodzaje strzykawk (wskazanych z nazwy własnej ich producenta) powinny prawidłowo współpracować z danym typem pompy. Jednocześnie, podczas testów producent – celem właściwego działania pompy – wprowadza do niej odpowiednie oprogramowanie do poszczególnych typów strzykawk. Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych "Wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania". W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „strzykawka ... przystosowana do pomp infuzyjnych Kwapisz i Medima” Zamawiający ma na myśli aby zaoferowane strzykawki były wpisane w instrukcje obsługi pompy?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Poz.10: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk trzyczęściowych o pojemności 3ml z końcówką luer-lock.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Poz.14-16: Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz.1-4, 8-9, 10-13 oraz 14-15:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania asortymentu pochodzącego od tego samego producenta. Odpowiedź pozytywna poszerzy krąg wykonawców mogących złożyć ważne i konkurencyjne cenowo oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 22:

Poz.4:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra oddechowego, tak jak obecnie stosowane, elektrostatycznego bakteryjno – wirusowego do intensywnej terapii dorosłych z oporem przepływu przy 60l/min – 1,6H20, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 25:

Poz.1: Prosimy o sprecyzowanie czy w związku z wymogiem zaoferowania systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca przebadanego klinicznie, Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty w/w badań?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 26:

1.Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dotętnicze mają być wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE , tak jak obecnie stosowane?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



2. Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dotętnicze mają być pakowane w opakowanie niezawierające celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania i w efekcie gwarantuje pełną sterylność produktu, tak jak obecnie stosowane?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 43:

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem membrany „osadzonej na plastikowym, przezroczystym konektorze” Zamawiający ma na myśli membranę osadzoną na konektorze w taki sposób, że zewnętrzna powierzchnia membrany jest gładka oraz jednorodnie pokrywa górną powierzchnię zaworu dla dokładnej dezynfekcji, tak jak w obecnie stosowanym zaworze bezigłowym?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy siwz:

Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w oryginalnych opakowaniach producenta w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy wzoru umowy:

1. Prosimy o wykreślenie zapisu „ale nie niższą niż 200zł” z pkt.2 § 4 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o wykreślenie zapisu „ale nie może być niższa niż 100zł” z pkt. 1 i 4 § 4 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o zmianę zapisu § 4 pkt. 7 na:

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust.2 pkt 1-6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% całej wartości niezrealizowanej części umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XXIII

dotyczy numeru katalogowego: Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach w sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 22G (0,7)/40 lub 22G (0,7)/75mm w zamian za 22G (0,7)/50mm, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 17, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z medycznego PCV, nie zawierająca lateksu, maska w rozmiarze 2,0 – 5,0, składa się z rurki zakończonej epileptycznym mankietem uszczelniającym pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, możliwość odsysania górnych dróg oddechowych, zabezpieczenie przed zamknięciem głośni w postaci fałdu, znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, sterylna, pakowana w opakowanie typu blister, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 19, poz. 1-9: Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały typ szlif igły długościęty LB/BL, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu przez pacjenta?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły zgodny z kodem kolorystycznym ISO, co ułatwia proces identyfikacji rozmiaru igły?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 23, poz. 2,3: Czy Zamawiający wymaga, aby zgłębnik posiadał powierzchnię „zmrożoną”, która ułatwia proces zakładania zgłębnika bez użycia dodatkowego żelu?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 23, poz. 2: Czy Zamawiający wymaga, aby kolorowy łącznik posiadał zintegrowaną zatyczkę, która umożliwi zachowanie higieny i zapobiega refluksowi?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie nr 23, poz. 4,5: a) Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Foley sterylizowane były tlenkiem etylenu oraz pakowane były w pojedyncze opakowanie typu blister z nadrukowanymi wszystkimi danymi niezbędnymi do identyfikacji cewnika jak np. rozmiar, pojemność balonu, producent, przedstawiciel na kraje Europy, metoda sterylizacji, data ważności, data produkcji i numer serii?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

b) Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki były pakowane w pośrednie pudełka, które będą miały m.in. oznaczenie daty ważności, daty produkcji, numeru serii, nazwy producenta, nazwy przedstawiciela na kraje Europy, nazwę produktu wraz z dokładnym określeniem rozmiaru i pojemności balonu, co ułatwia identyfikację cewnika?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

c) Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki Foley na jednym z ujść posiadały nadrukowany rozmiar oraz pojemność balonu, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

d) Czy Zamawiający wymaga, aby cewnik posiadał oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na jednym z ujść zgodnie z kodem kolorystycznym ISO, co ułatwia proces identyfikacji nawet po wyjęciu z opakowania jednostkowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

e) Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie cewniki pochodziły od jednego producenta, w celu zachowania jakości?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW XXIV

Zadanie nr 42 poz.1

Czy Zamawiający dopuści podkładki do defibrylacji o rozmiarze 15,1x13,9 znanej i renomowanej firmy Leonhard Lang?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW XXV

Dotyczy Zadania nr 14

1. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



3. Czy dla potwierdzenia wymogu SIWZ tj. zgodności zaofertowanych rękawów sterylizacyjnych z normą PN EN 868 cz. 3 i cz. 5 oraz PN EN ISO 11607 Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego oświadczenia wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną ?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXVI

Paragraf 1 ust. 9

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiały:

W przypadku przerwania ciągłości dostaw wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia z przyczyn innych niż określone w § 1 ust.7, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania przerwy dostarczać za zgodą Zamawiającego jego odpowiednik, ale w cenie nie wyższej niż cena wyrobu wymienionego w załączniku nr 1 bez względu na koszt jego pozyskania przez Wykonawcę.

W przypadku przerwania ciągłości dostaw wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia z przyczyn innych niż określone w § 1 ust.7 i niedostarczania za zgodą Zamawiającego jego odpowiednika, Zamawiający ma prawo przez cały okres trwania przerwy dokonywać zakupów interwencyjnych w/w wyrobu lub jego odpowiednika poza obowiązującą umową, na zasadach określonych w § 3 ust. 2

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Paragraf 3 ust. 1, 2, 3

Prosimy o modyfikacje zapisu na brzmiały:

1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień/godzinę* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 15% wartości zamawianej partii towaru.

* Za godzinę w przypadku dostaw „cito

2. W przypadku upłynięcia - dniowego roboczego lub 24 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru.

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego.

3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 2 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwego towaru za każdy dzień/godzinę* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XXVII

Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający wyłączy 4 pozycję z pakietu 9 i utworzy samodzielny pakiet, oraz dopuści wapno o wymiarach 2-4mm, co umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

dot. zał. nr 5 do SIWZ projekt umowy § 1 ust. 4



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o:

- określenie minimalnego zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poprzez wprowadzenie do umowy w §1 ust. 4 dodatkowego zapisu o treści wyróżnionej jak niżej:

„Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy nie więcej niż o 20% ilości wskazanej w załączniku nr 1 – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług, a także w sytuacji, kiedy Zamawiający z przyczyn, których nie można było przewidzieć, mógłby nie wykorzystać jego do końca terminu ważności lub mógłby ponieść straty w konsekwencji jego stosowania.”

- dodanie do § 3 ust. 8 kary umowne treści w brzmieniu:

„W przypadku niewykorzystania umowy z w minimalnym zakresie określonym w umowie Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości niewykorzystanej części”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XXVIII

Zadanie 1, Pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rurkę polerowaną laserowo, posiadającą analogiczne właściwości poślizgowe do rurek silikonowanych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 1, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze znacznikami głębokości w postaci dwóch niepełnych pierścieni, posiadającą analogiczne właściwości dotyczące umiejscowienia do oznaczeń w postaci dwóch pełnych pierścieni? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 1, Pozycja 1

Zważywszy na fakt, iż ze względu na swoją wielkość rurki z mankietem w rozmiarze 2,0 nie są powszechnie stosowane prosimy o dopuszczenie rurek w rozmiarach od 2,5 do 9,0.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 1 pozycji 1, 2, 3 i utworzenie z nich osobnego zadania. Zgoda na powyższe pozwoli złożyć bardzo atrakcyjną ofertę cenową na wysokiej jakości produkty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 8, Pozycja 1, 2

Prosimy o dopuszczenie uchwytu unieruchamiającego doustną rurkę dotchawiczą, zapobiegającego przypadkowej ekstubacji, chroniącego zęby pacjenta, składającego się z podstawy - prawej i lewej blokady zgryzu chroniącego zęby pacjenta i rurkę dotchawiczą, wykonanego z półtransparentnego pokrytego warstwą żelu poliwęglanu.

Uchwyt posiada klamrę spinającą oraz dodatkową przestrzeń na dren do drenażu przestrzeni podgłośniowej. Mocowanie za pomocą miękkiej opaski z rzepem ze znacznikiem w postaci widocznej strzałki, informujący personel o miejscu mocowania opaski. Nie zawierający lateksu ani ftalanu DEHP.

Rozmiar średni - do rurek o śr. zew. 6,0-9,5 mm.

Rozmiar duży - do rurek o śr. zew. 9,5-13,5 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 8, Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie tasiemki do mocowania rurki intubacyjnej z regulacją długości pozwalającą na dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy


(91) 813 9015



Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 8, Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie tasiemki do mocowania rurki tracheostomijnej z paskiem mocującym, poszerzoną częścią karkową oraz regulacją długości.



Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXIX

Dotyczy zad. 4 poz. 1,2

Czy pod pojęciem „możliwość zamknięcia końcówki” Zamawiający ma na myśli aby dreny w zestawie posiadały zatyczki?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zad. 4 poz. 1

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga drenów o długości 2100mm a nie 210mm?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis dot. zadania nr 4 pozycja 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ i tym samym wymaga drenów o długości 2100 mm.





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zad. 4 poz. 2

Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga drenów o długości 2700 – 3100 mm a nie 270 - 310mm?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis dot. zadania nr 4 pozycja 2 w Załączniku nr 1 do SIWZ i tym samym wymaga drenów o długości 2700 – 3100 mm.

Zmiana została naniesiona w poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Dotyczy zad. 19 poz. 8,9

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościę oraz długościę? Igiły krótkościę przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igiły długościę przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zad. 19 poz. 8,9

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościę na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zad. 19 poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

dotyczy zad. 20 poz. 1-4

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga aby opakowanie każdej pojedynczej sztuki strzykawki było zróżnicowane kolorem w zależności od pojemności?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zad. 20 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z informacją o braku fatalności na opakowaniu jednostkowym (pojedyncza sztuka)?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy zad. 23 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby cewniki posiadały powierzchnię „zmrożoną”?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dotyczy zad. 23 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na cewniki w rozmiarach CH 6 – 10 oraz 12 – 26 spełniające wszystkie pozostałe opisy SIWZ?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy zad. 17 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aby informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiety znajdowały się na korpusie maski?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

dotyczy SIWZ



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXX

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie Nr. 20 poz. 16 dopuści aparat do wielokrotnego pobierania płynu /leku z opakowania typu worek i butelka, który skutecznie działa w systemie zamkniętym, bez odpowietrzenia z możliwością użytkowania do 96h.?Przyrząd posiada zawór samozamykający oraz bezigłowy port typu Luer/ Luer-Lock z płaską powierzchnią – do wielokrotnej dezynfekcji. Wyposażony jest w ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez PCV.

W przypadku odpowiedzi pozytywnych prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXXI

Zadanie nr 18 poz.9

Czy Zamawiający dopuści koreczki typu combi pakowane pojedynczo sterylne, kompatybilne z kaniulami z poz. 1-8, tego samego producenta?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie nr 43

Po zapoznaniu się z SIWZ dotyczącą przedmiotowego postępowania, stwierdzamy, że przygotowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu 43 w obecnym brzmieniu narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, gdyż preferuje i dopuszcza możliwość zaoferowania wyłącznie dostępu bezigłowego jednego producenta, tj. firmy Becton Dickinson. Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 38 pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r.. (Dz. U. Nr 177 z dnia 09.02.2004r.), zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, bezigłowego, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadającego prosty tor przepływu, kompatybilnego z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielonej membrany typu split septum o przezroczystym konektorze, z jednolitą materiałow powierzchnią łatwą do dezynfekcji, całkowicie przezierną umożliwiającą kontrolę całego toru przepływu krwi, o przepływie 208 ml/min, z możliwością podaży pod ciśnieniem 300 psi @ 10ml/sec, pakowany pojedynczo, sterylny?

Dodatkowo powyższy dostęp posiada automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, co zapobiega zaleganiu krwi w dostępie jak i w kaniuli a co za tym idzie znacząco zwiększa bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie ryzyko powstania skrzepu.

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

ZESTAW XXXII

Dot. Pełnomocnictwa – podpisanie oferty

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw w tym zakresie.

Dot. §1 pkt.2 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy "na cito " z 24 godz na 72 godz. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów i wysyłka. Nieuzasadnionym byłoby obciążać Wykonawcę wysokimi karami w przypadku np gdy zamówienie wpłynie w piątek późnym popołudniem lub np jeśli ze względu na tzw" siły wyższe" wystąpi brak prądu czy też awaria samochodu i niemożliwe będzie utrzymanie wymaganego (tak krótkiego) terminu dostaw.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. §1 pkt.7,9 wzoru umowy

Wnosimy o dokonanie modyfikacji w/w pkt-ów wzoru umowy poprzez dopisanie: „..... z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. §3 pkt.2 wzoru umowy

Nawiązując do w/w paragrafu projektu umowy stanowiącej element SIWZ pragniemy zwrócić się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, dotyczących zakupów interwencyjnych, które stanowią równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł.

Zapis taki świadczy o tym, że Zamawiający za niedostarczenie towaru w terminie oprócz wysokiej kary umownej obciąży Wykonawcę dodatkową karą jaką jest różnica ceny powiększona o 20%, ale nie niższa niż 200 zł . Może zdarzyć się również, że np Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy, w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności a w myśl ww punktu Zamawiający będzie naliczał wysokie kary spowodowane różnicą cen towaru w zakupie interwencyjnym.

Pozostawienie takiego zapisu sprawia, że strony umowy nie są równoprawne.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Dlatego też wnosimy o wykreślenie w/w ppkt ze wzoru umowy lub jego odpowiednią modyfikację.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. §3 pkt.3 wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację w/w punktu wzoru umowa na:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 3 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar **w ciągu 3 dni**. Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości **0,5% wartości zareklamowanego asortymentu**, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie". Zapis taki sprawia, że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający otrzyma towar dotknięty wadą spowodowany nie z winy Wykonawcy. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na naliczenie Dostawcy niestandardowo wysokich kar. A przecież ewentualnie dostarczony towar z wadami zostanie wymieniony na pełnowartościowy.

Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w ppkt we wzorze umowy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. §3 pkt.4 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 2% całej wartości umowy w przypadku rozwiązania umowy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego w terminie świadczenia (czyli dostawy).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW XXXIII

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia podpajęczynówkowego w rozmiarze 22G (0,70mm)/40mm zamiast 22G (0,70mm)/50mm?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 3 poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nakłuć opłucnej z kaniulą 15Gx100mm, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 3 poz.11

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz pakowany w woreczek foliowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 3 poz.15

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu z zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego T?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zadanie 3 poz.15

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu pakowany w woreczek foliowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 3 poz.16



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek moczu dla dzieci- osobno dla chłopców i dziewczynek w opakowaniu a'100szt.?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 3 poz.34

Czy Zamawiający dopuści regulator grawitacyjny do precyzyjnej infuzji z drenami o długości 11- 40cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 4 poz.2

Czy Zamawiający dopuści dren z zatyczką pakowaną osobno?

Odp. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 17 poz.3

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z niej osobny pakiet?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 43 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego o przepływie 400-440ml.min.?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXXIV

Pakiet 3

Poz. 15 – Czy Zamawiający dopuści łatwo otwieralny worek foliowy jako opakowanie jednostkowe wyrobu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz 21 – Czy Zamawiający dopuści fartuch typu „Przedniak” w rozmiarze uniwersalnym?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Poz 19 – Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą atestu PZH dopuszczającego do kontaktu z żywnością?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

poz 34 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego przyrządu do precyzyjnego podawania płynów infuzyjnych i lipidów z regulacją prędkości przepływu w zakresie 5ml/h-250ml/h (dla płynów infuzyjnych), z podwójną skalą: w ml/h w stężeniu 10% oraz 40% z możliwością podłączenia zestawu kroplowego jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu i skalą w kierunku zwiększania/zmniejszania nastawy wyposażony w przezierny dren odporny na zamknięcie światła i przeciekanie, o całkowitej długości przyrządu 50cm, zakończone łącznikami typu luer lock (męskim i żeńskim) z koreczkami ochronnymi posiadający wyprofilowany uchwyt gwarantujący pewne trzymanie regulatora z dokładnymi danymi producenta produktu na opakowaniu z obrazkową instrukcją podłączenia regulatora w języku polskim dołączoną do opakowania zbiorczego a'200sztuk produktu (opakowanie pośrednie max. a'50sztuk)?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Pakiet 17

Poz 4 - Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z mankietem niskociśnieniowym z przezroczystego PCV bez lateksu wygiętą pod kątem 90°, długi łącznik 15mm z polipropylenu stanowiący jednocześnie blokadę anty



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



zagryzieniową oraz ułatwiający aplikację maski, balonik kontrolny poziomu napompowania mankieta z informacją maksymalnej objętości wypełnienia mankieta oraz zakresem wagowym pacjenta. Zawór balonika kontrolnego fabrycznie wyposażony w system wyrównania ciśnienia w mankiecie zapobiegający sklejanemu się mankieta. Opakowanie sztywne zapobiegające zmianie kształtu?

Odp. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW XXXV

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika o pojemności 10 ml w opakowaniach po 80 sztuk w ilości wielokrotnych 480 lub 560 sztuk, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika w opakowaniach 54 sztuki w ilości 1620 sztuk, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika w opakowaniach 54 sztuki w ilości 1134 sztuki, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika w opakowaniach 24 sztuki w ilości 1008 sztuk, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika w opakowaniach 12 sztuk w ilości 504 sztuk, z zamykaniem dociskowym pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika z zamykaniem dociskowym pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika z zamykaniem dociskowym pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44 poz. 8



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika z zamykaniem dociskowym pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 44poz 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pojemnika w opakowaniach 4 sztuki w ilości 152 sztuk, pozostałe wymagania jak w SIWZ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

W oparciu o art. 12a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert a tym samym termin ich otwarcia i wniesienia wadium w poniższy sposób:

- termin składania ofert – z 23.11.2015 r. do godz. 10:00 na 02.12.2015 r. do godziny 10:00,
- termin wniesienia wadium – z 23.11.2015 r. do godz. 10:00 na 02.12.2015 r. do godziny 10:00,
- otwarcie ofert – z 23.11.2015 r. o godz. 10:30 na 02.12.2015 r. o godzinie 10:30.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- rozdziale VIII SIWZ pkt. 1 otrzymuje brzmienie „Wykonawcy wnoszą wadium w terminie do dnia 02.12.2015 r. do godz. 10:00 w wysokości:

Nr zadania	Kwota wadium	Nr zadania	Kwota wadium
Zadanie nr 1	550,00 PLN	Zadanie nr 24	80,00 PLN
Zadanie nr 2	170,00 PLN	Zadanie nr 25	950,00 PLN
Zadanie nr 3	3.000,00 PLN	Zadanie nr 26	850,00 PLN
Zadanie nr 4	870,00 PLN	Zadanie nr 27	1.400,00 PLN
Zadanie nr 5	360,00 PLN	Zadanie nr 28	700,00 PLN
Zadanie nr 6	180,00 PLN	Zadanie nr 29	60,00 PLN
Zadanie nr 7	4.660,00 PLN	Zadanie nr 30	650,00 PLN
Zadanie nr 8	1.670,00 PLN	Zadanie nr 31	500,00 PLN
Zadanie nr 9	660,00 PLN	Zadanie nr 32	80,00 PLN
Zadanie nr 10	760,00 PLN	Zadanie nr 33	240,00 PLN
Zadanie nr 11	200,00 PLN	Zadanie nr 34	280,00 PLN
Zadanie nr 12	80,00 PLN	Zadanie nr 35	450,00 PLN
Zadanie nr 13	190,00 PLN	Zadanie nr 36	150,00 PLN
Zadanie nr 14	140,00 PLN	Zadanie nr 37	730,00 PLN
Zadanie nr 15	100,00 PLN	Zadanie nr 38	320,00 PLN
Zadanie nr 16	200,00 PLN	Zadanie nr 39	400,00 PLN
Zadanie nr 17	580,00 PLN	Zadanie nr 40	600,00 PLN
Zadanie nr 18	3.060,00 PLN	Zadanie nr 41	750,00 PLN
Zadanie nr 19	500,00 PLN	Zadanie nr 42	80,00 PLN
Zadanie nr 20	8.700,00 PLN	Zadanie nr 43	240,00 PLN
Zadanie nr 21	280,00 PLN	Zadanie nr 44	980,00 PLN
Zadanie nr 22	1.180,00 PLN	Zadanie nr 45	580,00 PLN
Zadanie nr 23	490,00 PLN	Zadanie nr 46	980,00 PLN

- rozdziale XI SIWZ pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 02.12.2015 r. do godz. 10:00.

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 19 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015