



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:
NZ/220/99/W1/2015**

**Data:
15.12.2015 r.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/99/2015 pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 29 cewnika aspiracyjnego o średnicy wewnętrznej dla cewnika 6F -1,1 mm proksymalnie/1,1 mm dystalnie, średnicy wewnętrznej dla cewnika 7F -1,4 mm proksymalnie/1,35mm dystalnie z powłoką hydrofilną na 25 cm dystalnej części cewnika – pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

ZESTAW 2

Prośba o dopuszczenie w przetargu na „Dostawę jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie ” w pakiecie 45 mikrosfer do chemoembolizacji TANDEM, które stanowią produkt konkurencyjny o lepszej charakterystyce. Wielkość partykuł do wyboru przy zamówieniu 40, 75, 100 um. Objętość ampułkostrzykawki 2 ml. Możliwość załadowania 100 mg doxorubicyny lub irinotecanu.

Aktualnemu opisowi (punkty 2 i 3) swoją charakterystyką odpowiada tylko jeden produkt. Produkt ten wedle specyfikacji (strona z IFU w załączniku) nie posiada wskazań do użycia z irinotecanem, nie spełniając w ten sposób wymagania z pkt nr 1 i potrzeb.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 3

Zadanie 2. Poz. 1

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści w pozycji 1 stent o profilu przejścia 0,42”, entry profile 0,018”, zakres długości do 32 mm, skrócenie stentu po rozprężeniu 0,25-3,1%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2. Poz. 2

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści w pozycji 2 cewnik balonowy o: profilu przejścia dla balonika 3.0 mm 0,032”, Ciśnienie nominalne 6 atm, Zakres średnic 1,5-5,0 mm, Zakres długości 9-30 mm, Proximal shaft - 2,4F/ distal shaft - 2,7F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

Zadanie 2. Poz. 3

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści w pozycji 3 przewodniki do angioplastyki o długości 182 i 300 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2 poz. 4

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści w pozycji 4 stenty, gdzie skrócenie stentu przy implantacji wynosi 0,12%-3,9%, profil wejścia 0,018", średnice od 2.25-do 4.0 mm, długości w zakresie 8-38 mm, wykonany ze stopu platynowo-chromowego (PtCr)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy o entry profile 0,018", wystawanie balonu poza stent 0,8 mm, skrócenie stentu po rozprężeniu w zakresie 0,25%-3,1%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o profilu przejścia 0,032", ciśnienie nominalne 6 atm; shaft proksymalny mieści się w zakresie 1,8 do 2,0F, zaś shaft dystalny w zakresie od 2,3 do 2,7F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy: profil przejścia 0,033"? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przewodniki o długości 182,300 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści skrócenie stentu przy implantacji w zakresie 0,12%-3,1%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent o parametrach: różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5-4,0 mm, profil przejścia 0,042", wystawanie balonu poza stent 0,8mm, różna długość do 32 mm, skrócenie stentu po rozprężeniu wynosi 0,25%-3,1%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stent, gdzie skrócenie stentu przy implantacji 0,12%-3,9%? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści stent o parametrach: skrócenie stentu przy implantacji 0,12%-3,9%, grubość ścian < 0,0033" (parametr dla rozmiaru do 3,0mm), średnice i długości stentu: średnice co najmniej od 2.25 do 4.0mm, długości co najmniej w zakresie 8-38mm, stent ze stopu platynowo-chromowego? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy o różnych średnicach od 2,0 do 6,0 mm oraz różnych długościach w zakresie od 6 do 30 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik o niskim crossing profil balonu < 0,031" przy średnicy balonu 3,0mm; podane szafy w specyfikacji dotyczą balonów poniżej 3,0 mm, ciśnienie nominalne 6 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę o zakresie ciśnień do 26 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 4

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu: „Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”.

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska