



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Nasz znak: NZ/220/99/W3/2015

Szczecin, dnia 18.12.2015 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/99/2015 pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 8

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego zadania asortyment będący przedmiotem postępowania w ramach pozycji 3 Zadania 49, to jest wkład do wstrzykiwacza Accutron CT-D Medtron AG lub umożliwi oferowanie oddzielnie każdej pozycji Zadania 49 ?

Uzasadnienie:

Obecna konfiguracja Zadania 49 uniemożliwia złożenie ważnej oferty firmom, które dysponują wysokiej klasy materiałami eksploatacyjnymi do różnych typów wstrzykiwaczy kontrastu, poza wkładami do aparatów Accutron CT-D Medtron, będącymi produktami stosunkowo nowymi na rynku polskim.

Włączenie do jednego niepodzielnego pakietu, razem z wkładami do aparatów Angiomat Illumena, Vistron CT, Stellant CT D czy Optistar – także asortymentu opisanego w poz. 3 Zadania 49, pozbawia Zamawiającego konkurencyjności postępowania w ramach Zadania 49, co *de facto* może spowodować brak ważnych ofert lub ewentualnie jedną ofertę o wygórowanej cenie.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający, w ramach pozycji 5 Zadania 49 *Wkład do wstrzykiwacza Optistar LE-Mallincrodt* dopuści złożenie oferty na produkt o parametrach technicznych:

zestaw składający się z dwóch strzykawek, każda o pojemności 60 ml, łącznik ciśnieniowym „Y”, długość 250 cm, z zastawką bezzwrotną, zawierający ostrze typu „spike” ?

Uzasadnienie:

Opisane w pytaniu zestawy są dostarczane do wielu Pracowni Rezonansu Magnetycznego na terenie Polski, eksploatujących wstrzykiwacze kontrastu Optistar, są produktem eksploatowanym od lat, bez najmniejszych zastrzeżeń. Niniejszym wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w/w sterylnych zestawów wkładowych, w 100% kompatybilnych z aparatami OPTISTAR, cechujących się wysoką jakością, o niskiej cenie zakupu.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 4 ust. 4 o treści (cyt.):

4. *W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu* —



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



karę umowną w wysokości 2% całej wartości umowy.

i nada im proponowany zapis:

4. *W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% niezrealizowanej części wartości umowy.*

Uzasadnienie:

Kara, jaka potencjalnie może zostać nałożona na Wykonawcę za zawinione przez niego rozwiązanie umowy, w żadnej mierze nie powinna być wygórowana oraz zdecydowanie nie może obejmować tej części umowy, która wcześniej została już rzetelnie i należycie zrealizowana.

Wyłącznie zapis w postulowanej przez nas, zmodyfikowanej, treści będzie pozostawał w zgodzie z art. 484 ust. 1,2 Kodeksu Cywilnego, to jest:

§ 1.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2.

Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

Ponadto, zupełnie niedopuszczalna jest możliwość obciążenia Wykonawcy karą za sytuację opisaną w § 6 ust. 2 pkt. 7, kiedy to Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z powodu zakończenia własnej umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany

Pytanie 4

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów projektu umowy, w zakresie § 6 ust. 3 o treści (cyt.):

3. *W przypadkach o których mowa w ustępie 2 pkt 1-7) Zamawiający przed rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym*

i nada im proponowany zapis:

3. *W przypadkach, o których mowa w ustępie 2 pkt. 1-6) Zamawiający przed rozwiązaniem umowy wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania umowy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie zastosuje się do wezwania umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym*

Uzasadnienie:

Wykonawca nie ma żadnego wpływu na sytuację opisaną punkcie 7 ustępu 2, która dotyczy (cyt.): *zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.* Zapis ten dotyczy wyłącznie Zamawiającego, wezwanie Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy w tym zakresie będzie całkowicie bezzasadne i nieskuteczne, bez winy Wykonawcy.

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmiany.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 9

1. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy o nieznacznie zmienionych parametrach: entry profile 0,022”, długość balonu poza stentem 0,6 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



2. Dotyczy zadania nr 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia dla średnicy 3,0/18 mm 0,042" oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Dotyczy zadania nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice stentu w zakresie 2,25- 4,0 mm, profil przejścia dla średnicy 3,0/18 mm 0,041", długość balonu poza stentem 0,6 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
4. Dotyczy zadania nr 6 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice stentu w zakresie 2,25- 4,0 mm, długość balonu poza stentem 0,6 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
5. Dotyczy zadania nr 6 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0/38 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Dotyczy zadania nr 9
Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia dla średnicy 3,0/18 mm 0,042" , kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0/38 mm, powierzchnia otwarta stentu nie mniej niż 81% oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy zadania nr 12
Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia dla balonika 3,0 mm 0,027", długość balonu w zakresie 6-25 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy zadania nr 13
Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant o nieznacznie zmienionych parametrach: entry profile 0,017", szafy 2.1F/ 2.3-2.4 F, RBP 14 atm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
9. Dotyczy zadania nr 36
Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe obwodowe do PTA o nieznacznie zmienionych parametrach: Balon wytrzymujący ciśnienie (RBP) 7 – 11 atm dla średnic 10, 12 i 14 mm i 12-28 atm dla pozostałych średnic oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
10. Dotyczy zadania nr 37
Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe na balonie o nieznacznie zmienionych parametrach: Stent ze stopu kobaltowo-chromowego L605 oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?
Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.
11. Dotyczy zadania nr 40, poz. 3



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe wysokociśnieniowe obwodowe do PTA tętnic podudzi na przewodnik 0,018" o nieznacznie zmienionych parametrach: długość systemu 90 i 150 cm, RBP 14 atm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy zadania nr 40, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe samorozprężalne do tętnic podudzia o nieznacznie zmienionych parametrach: Różne długości stentu – 20, 30, 40, 60, 80 i 100 mm kompatybilne z koszulką 4-5 F w zależności od rozmiaru oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy zadania nr 40, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym o następujących parametrach: Kompatybilne z przewodnikiem 0,014"; Długość systemu wprowadzającego 143 cm, oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy zadania nr 48, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej do pre i postdylatacji o nieznacznie zmienionych parametrach: Cewniki w systemie RX o długości systemu 135 cm, oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 10

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 „Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

- **Pozycja 2- cewnik balonowy do predilatacji**

Proximal shaft = 2,1 F

Distal shaft = 2,5 F dla balonu średnicy 3,0 mm i spełniającego jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- **Pozycja 3 – stent antyproliferacyjny**

- profil przejścia dla stentu o średnicy 3,0 mm = 0,042" i spełniającego jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 „Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

- **Pozycja 1-stent wieńcowy**

- zakres dostępnych średnic: **2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm** (6 rozmiarów)

- maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55%, (0,5% dla średnicy 3,0 mm)

- dostępne długości: **8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 mm** (9 rozmiarów)

- grubość ściany stentu = 0,0036" i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- **Pozycja 2 – cewnik balonowy do predylatacji**

- proximal shaft = 2,1F

- distal shaft = 2,5F dla średnic od 1,5 do 3,5 mm i 2,7F dla średnic od 3,75 do 4,0 mm, oraz spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

• **Pozycja 3 – cewnik balonowy wysokociśnieniowy**

- profil przejścia (crossing profile) = 0,024" wg starej metody pomiarowej, oraz 0,032" w najszerszym miejscu wg metody pomiaru zalecanej przez FDA
- dostępne długości : **6; 9; 12; 15; 21; 27 mm**
- i spełniający jednocześnie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

• **Pozycja 5 – stent antyproliferacyjny**

- RBP = 15 atm. dla stentu o średnicy 4,0 mm
- maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55%, (0,5% dla średnicy 3,0 mm)
- grubość ściany (strut) – 0,0036" i spełniający jednocześnie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 „Stenty wieńcowe na balonie do stentowania zmian prostych” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

• **Pozycja 1-stent wieńcowy montowany na balonie do stentowania zmian prostych**

- dostępne średnice : **2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm**
- grubość ściany stentu – 0,0036"
- maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55%, dla rozmiarów 3,0 = 0,5%
- dostępne długości stentu: **8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 mm (9 rozmiarów)**
- i spełniający jednocześnie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

• **Pozycja 2-stent antyproliferacyjny**

- RBP = 16 atm , oraz RBP = 15 atm. dla stentu o średnicy 4,0 mm
- maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55% , dla rozmiarów 3,0 = 0,5%
- i spełniający jednocześnie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 „Stent antyproliferacyjny” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55% , dla rozmiarów 3,0 = 0,5%
- grubość ściany stentu – 0,0036"
- RBP = 16 atm , oraz RBP = 15 atm. dla stentu o średnicy 4,0 mm
- dostępne średnice stentu: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm
- dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 12 „Cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- zakres dostępnych średnic : **2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm**
- zakres dostępnych długości: **6; 8; 12; 15; 20; 27 mm** i spełniające jednocześnie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 „Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- profil wejścia (entry profile) = 0,016"
- crossing profile balonika o średnicy 3,0 mm = 0,024"



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- proximal shaft /distal shaft = 2,1F/2,5F dla średnicy od 1,5 do 3,5 mm, oraz 2,1F/2,7F dla średnicy od 3,75 do 4,0 mm
- dostępne długości balonika : **6; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm (dostępne w 57 modyfikacjach rozmiarowych)**
- ciśnienie RBP = 14 atm. w pełnym zakresie rozmiarów i spełniające jednocześnie pozostałe wymagania specyfikacji technicznej ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 11

Pakiet 38 poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuści stenty w pełnym zakresie długości od 30mm? Pakiet 80 poz. 1

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 44 poz. 2

Czy zamawiający dopuści introducery zbrojne o dł. 100 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 37 poz. 1

Czy zamawiający dopuści stenty w zakresie dł 15-56 mm ;na długości roboczej 80-130 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 12

Pytanie 1 : Dotyczy: pakiet 28, pozycja 2

Czy Zamawiający w zadaniu 28 w pozycji 2 dopuści łącznik spiralny (zachowujący wszystkie inne wymienione parametry)?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Dotyczy: pakiet 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert w pakiecie 28 na poszczególne pozycje?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 13

Zadanie Nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów antyproliferacyjnych o nieznacznie zmienionych parametrach:

- Siła radialna stentu: 1,5 bar (21,76 psi) dla średnic 2.0 – 2.5 mm oraz 1,8 bar (26,11 psi) dla średnic 2.75 – 4.0 mm
- Skrócenie stentu przy implantacji - 1%
- Śrenice stentu od 2.0 - 4.0 mm (7 średnic), długości stentu 8 - 32 mm (7 długości)

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**Dyrektor
SPWSZ**

(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**

(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**

(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**

(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Zadanie Nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników balonowych do PTCA o nieznacznie zmienionych parametrach:

- niski profil wejścia 0,016
- niski profil balonu 0,025" dla średnicy 3.0 mm
- Średnice balonu: 1.25 mm; 1.5 mm; 2.0 mm; 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm
- ciśnienie nominalne 10 atm dla średnic 1.25 /1.50 mm oraz 6 atm dla średnic 2.00 - 4.00 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 14

1. Pytanie 1. Dotyczy Zadania nr 23, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PTCA półpodatnego o zakresie średnic co 0,50 mm w przedziale od 3,00 do 4,0 mm oraz o profilu przejścia balonu 0,032" przy średnicy 3,0 mm ?
Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pytanie 2. Dotyczy Zadania nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika aspiracyjnego o minimalnym wskaźniku przepływu 24 cc/min dla cewnika 6 Fr, 37cc/min dla cewnika 7 Fr oraz 50 cc/min dla cewnika 8Fr?
Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie 3. Dotyczy Zadania nr 44.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długiego introduktora zbrojonego – 45 cm z pokryciem hydrofilnym dystalnym o długości 5 cm?
Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pytanie 4. Dotyczy Zadania nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrosfer embolizacyjnych do chemoembolizacji o rozmiarach: 100 µm +_ 25 µm; 200 µm +_ 50 µm; 400 µm +_ 50 µm, pakowanych w strzykawki a 20 ml, a każda strzykawka zawiera 2ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej. Kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer? Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Pytanie 5. Dotyczy Zadania nr 47

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika prowadzącego dla mikrocewnika do selektywnej diagnostyki kompatybilnego z przewodnikiem 0.038" ?
Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika infuzyjnego do embolizacji obwodowej o średnicy zewnętrznej 2.4-2.8 Fr?
Wszystkie pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mikroprowadniki o następujących parametrach:



Dyrektor
SPWSZ

(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.

(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna

(91) 813 9016

Główny
Księgowy

(91) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- średnice 0,012", 0,016"
- długość 180, 200 cm
- długość elastycznej końcówki 25 cm (standard) lub 35 cm (flexible)
- końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm
- złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii
- wykonany z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie
- hydrofilna otoczka „M-coat”
- zaokrąglona, atraumatyczna końcówka ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza dostawę mikroprowadnika o wskazanych parametrach, ale wyłącznie w sytuacji, gdy jest on kompatybilny z mikrocewnikiem wymaganym w zadaniu nr 47, poz. 2

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelną**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015