

**Wymagane parametry techniczne zestawów narzędzi do chirurgii szczękowej
oraz serwisu gwarancyjnego**

Lp.	<u>Wymagane parametry techniczne zestawów narzędzi do chirurgii szczękowej oraz serwisu gwarancyjnego</u>	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych
1.	Narzędzia wykonane ze stali spełniającej wymogi standardu ISO 7153-1 normy DIN – wymagana deklaracja zgodności	
2.	Narzędzia odporne na korozję – zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 – dodatkowo wymagane oświadczenie producenta	
3.	Narzędzia hartowane próżniowo, wstępna pasywacja przez producenta	
4.	Ramiona nożyczek połączone za pomocą wkrętu - rozbieralne	
5.	Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem technologicznym producenta) - podać nazwę i adres firmy oraz sposób komunikowania, termin wykonania max. 14 dni od daty dostarczenia narzędzi	
6.	Dokument autoryzacyjny wystawiony przez producenta oferowanych wyrobów medycznych dla podmiotu oferującego wyroby medyczne na terenie Polski	
	Serwis gwarancyjny	
1.	Okres gwarancji na oferowane wyroby medyczne nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Czas naprawy gwarancyjnej max. 14 dni, przy naprawach dłuższych wymagane narzędzie zastępcze	