



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



WYJAŚNIENIE

Nasz znak:
EZ/210/5060/2015

Data:
30.12.2015

dotyczy: zapytania ofertowego znak EZ/210/5009/2015 na dostawę narzędzi do chirurgii szczękowej.

Wykonawca zwrócił się z prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.3) Nożyczki o dł. 11,5cm lub 10cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.4) Nożyczki o dł. 14cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.11) Pęseta o dł. 15cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.16) Igłotrzymacz o dł. 17cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.21) Spinak o dł. 10cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.22) Kleszcze Gross identyczne z wymaganymi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.23) Retraktor Senn_miller o dł. 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.25) Retraktor o dł. 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.29) Hak o dł. 22cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.30) Podważka o dł. 17cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.31) Skrobaczka o szer.7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.33) Podważka o okrągłej, pustej w środku ręczce o tych samych parametrach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.39) Raspator o dł. 21cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.40) Upychacz do gazu o dł. 18cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.41) Kontener o wym. 590x290x150mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.42) Kosz o wym. 480x255x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.43,98) Kleszcze Marshac o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18.

Poz.43,90,91,92,98) Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji z pakietu i utworzenie do niej nowego odrębnego pakietu, co jednocześnie umożliwi złożenie konkurencyjnych ofert przez większą liczbę dostawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.45,46) Kleszcze o dł. 225mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.49) Pobijak o śr.3mm i dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.50) Pobijak o śr.5mm i dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.51) Pobjiak o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.52) Pobjiak o śr.7mm i dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.53) Pobjiak o śr.9mm i dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.54,55) Osteotom o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26.

Poz.56) Czy Zamawiający w poz.54 i 56 wymaga tego samego narzędzia? Czy też może dopuści osteotom o szer.10mm i dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wymaga tego samego narzędzia, jednocześnie dopuszcza powyższe.

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.64) Młotek o śr.45mm, dł. 260mm, waga 240g, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.69,70,71,72) Raspator o dł.175mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29.

Poz.73-76) Czy zamawiający wymaga takie samo narzędzie co w poz.69-72? Czy też może w poz. 69-72 chodzi o narzędzia o części roboczej zakrzywionej w dół. Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie 3 typów zamiast 4 o dł. całk.200mm i wym. łopatki 7x5mm, 10x7mm i 11x9mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w pozycjach 73- 76 nie występują te same narzędzia co w pozycjach 69-72: pozycje 73-76 - to raspatory typu Obwegeser z częścią pracującą prostą, natomiast w pozycji 69-72 z częścią pracującą zaokrągloną. Jednocześnie zamawiający dopuszcza powyższe, ale tylko z jednoczesną zmianą z:

69.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zaokrąglona 6mm długość całkowita 180mm	1
70.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zaokrąglona 7mm długość całkowita 18cm	1
71.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zaokrąglona 9mm długość całkowita 180mm	1
72.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zaokrąglona 11mm długość całkowita 180mm	1



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016


Główny
Księgowy
(091) 813 9015



SPWSZ SZCZECIN

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



CERTYFIKAT 2013/11

na :

69.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zakrzywiona w dół, łopatki o wym. 7x5mm, długość całkowita 200mm	1
70.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zakrzywiona w dół, łopatki o wym. 10x7mm, długość całkowita 200mm	1
71.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zakrzywiona w dół, łopatki o wym. 10x7mm, długość całkowita 200mm	1
72.	Raspator typu OBWEGESER część pracująca zakrzywiona w dół, łopatki o wym. 11x9mm, długość całkowita 200mm	1

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.79) Hak o wym. 16x16mm i dł. 205mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.80) Hak o wym. 22x22mm i dł. 225mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.81) Hak o wym. 30x30mm i dł. 235mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.83) Osteotom o dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.85) Hak o dł. całk. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.89) Upychacz o dł. 180mm i wym. 2/2mm lub 3/3mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.95) Osteotom o dł. 230mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.96) Osteotom o dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.97) Raspator o dł. 190mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010


Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Szpital
bez bólu



Pytanie 39.

Poz.99,100) Czy Zamawiający wymaga dł. 190mm czy 280mm?

Odp.: Zamawiający wymaga haka o długości 190mm.

Pytanie 40. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.105) Hak o wym. łopatki 13/23x70mm i dł. całk. 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.106) Klem o dł. całk. 180mm, dł. roboczej 100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.107) Klem o dł. całk. 180mm i dł. części roboczej 100mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.108,109) Retraktor o dł. 175mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.110) Retraktor o szer.łopatki 15mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.111) Widelki o szer.7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 46. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.112) Widelki o szer.9mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.115) Osteotom o szer. 6,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.117) Odgryzacz z 360stopniowym obrotowym shaftem o dł. roboczej 160mm, 90 stopni odgięty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.118) Przenośnik 16mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.84) Osteotom o szer. 8mm lub 12mm, pozostałe parametry bez zmian lub osteotom o dł. 215mm i szer.10mm, pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.24) Retraktor o dł. 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(091) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(091) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(091) 813 9016

Główny
Księgowy
(091) 813 9015



SPWSZ SZCZECIN

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025




Szpital
bez bólu



Pytanie 52. Czy Zamawiający dopuści.

Poz.34) Periostotom Gubisch o dł. 18,5cm, z rączką niebieską z aluminium o szer.2mm lub 3mm lub periostotom Lempert, uchwyt metalowy, dł. 18cm, szer.2mm (prosty lub odgięty) lub szer. 3mm odgięty.

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego




Dyrektor SPWSZ	z-ca Dyrektora ds. Ekon. – Adm.	p.o. z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	Pielęgniarka Naczelna	Główny Księgowy
(91) 813 9010	(091) 813 9010	(091) 813 9010	(091) 813 9016	(091) 813 9015