



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Data: 20.01.2016 r.

NZ/220/3/W1/2015

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/3/2016 pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i jałowych, jednorazowych zapakowanych zestawów materiałów i akcesoriów do operacji zaćmy dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

Pytania Wykonawców:

ZESTAW 1

Pyt. 1

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie gwarantuje.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zawierania numeru umowy przetargowej i zamówienia na fakturze?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający wymaga postępowania zgodnego z § 2 pkt 6 Załącznika nr 5 do SIWZ Projekt umowy.

Pyt. 4

Dotyczy § 3 (Zadania nr 2) Projektu Umowy:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu Umowy w § 3 dodatkowych zapisów dotyczących depozytu soczewek:

1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”.

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 6 Załącznika nr 5 do SIWZ Projekt umowy.

2. „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony asortyment.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Dyrektor
SPWSZ
(91) 813 9010

z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.
(91) 813 9010

p.o. z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa
(91) 813 9010

Pielęgniarka
Naczelna
(91) 813 9016

Główny
Księgowy
(91) 813 9015

3. „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.”

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 10 Załącznika nr 5 do SIWZ Projekt umowy.

4. „Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.”

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 11 Załącznika nr 5 do SIWZ Projekt umowy.

5. „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia.”

Odpowiedź: Zgodnie z § 3 ust. 12 Załącznika nr 5 do SIWZ Projekt umowy.

6. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 1 Projektu umowy do 0,1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień/godzinę zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 2 Projektu umowy do równowartości różnicy cen towaru (bez dodatkowych 20% i bez wartości minimalnej)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 4 ust. 3 Projektu umowy do 0,1% wartości brutto reklamowanej dostawy za każdy dzień/godzinę zwłoki?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4, pkt. 4 Projektu Umowy:

4. W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,1 % całej wartości umowy.**?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 9

Dotyczy § 7 ust. 2 pkt 3 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Projektu Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę – cena netto pozostanie niezmienną?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z § 7 ust. 2, pkt 3 Załącznika nr 5 do SIWZ Projekt umowy.

Pyt. 10

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 pozycji nr 1 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową tylnokomorową z PMMA z otworami do fixacji śródtwardówkowej, średnica części optycznej 6,50mm, długość całkowita soczewki 13,00mm, zakres mocy od -10,0D do +40,0D (co ½ dioptrii od +1,0D do +40,0D), angulacja 10°?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 11

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 pozycji nr 2 dopuści soczewkę przedniokomorową z PMMA o średnicy części optycznej 6,0mm, długości całkowitej soczewki 13,0mm, zakresie mocy od 0,0D do +33,0D (od 0,0D do +9,0D co 1,0D, od +10,0D do +33,0D co 0,5D), angulacji 12,5°, z filtrem UV, ACD-3.67, stałej A+116.1, z filtrem światła UV?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 1 pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dokonuje podziału zadania nr 1 na odrębne zadania, tj. zadanie nr 1 i zadanie nr 9, a ponadto dokonuje zmiany zapisów:

- w rozdziale III SIWZ ust. 1 poprzez zwiększenie liczby zadań
- rozdział VI SIWZ ust. 4, pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
 - 4.2) inne:
 - wypełniony załącznik nr od 1A-1 do 1A-4 i od 1A-8 do 1A-9 (wymagane parametry techniczne/ wyposażenie odpowiednio dla zadania nr 1-4 i nr 8,9);
- w rozdziale XIII SIWZ ust.1 pkt. 1 dodano zadanie nr 9:
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 1, 8 i 9 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 - 1) cena – 85 %
 - 2) parametry jakości – 15 %
- w załączniku nr 1 do SIWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:*
 - 1) zadanie nr 1 Soczewka wewnątrzgałkowa z PMMA, otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadanie nr 1. Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa z PMMA (33.73.11.10-7)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa do wszycia transskleralnego	10 sztuk

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 1 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-1 i 1B-1 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

2) zadanie nr 9, otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadanie nr 9. Soczewka przedniokomorowa z PMMA (33.73.11.10-7)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
2.	Soczewka przedniokomorowa	10 sztuk

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 1 oraz parametry podlegające ocenie jakości znajdują się w załączniku nr 1A-9 i 1B-9 do SIWZ, które po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- w załączniku nr 1A do SIWZ *Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych i przedniokomorowych z PMMA, wprowadza się zmiany poprzez modyfikację Załącznika 1A-1 do SIWZ (do zadania nr 1) oraz wprowadzenie nowego Załącznika nr 1A-9 (do zadania nr 9)*

- załącznik nr 1B-1 do SIWZ (do zadania nr 1) Parametry podlegające ocenie jakości soczewek, otrzymuje nowe brzmienie:

załącznik nr 1B-1 do SIWZ (do zadania nr 1)

Parametry podlegające ocenie jakości soczewek

L.p.	Oceniany parametr – soczewki twarde	Oferowany	Ocena punktowa
------	-------------------------------------	-----------	----------------

		parametr	
1.	Przekrój poprzeczny części haptycznych zapobiegający przednio-tylnym przemieszczeniom soczewki /cecha RHAR/	TAK/NIE*	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.

***Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”. Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

załącznik nr 1B-9 do SIWZ (do zadania nr 9)

Parametry podlegające ocenie jakości soczewek

L.p.	Oceniany parametr – soczewki twarde	Oferowany parametr	Ocena punktowa
1.	Cechy części haptycznych stabilizujące soczewkę i ułatwiające implantację / tzw. cecha Slant Haptics/	TAK/NIE*	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.

***Uwaga: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia odpowiedzi poprzez skreślenie słowa „TAK” lub „NIE”. Brak skreślenia słowa „TAK” lub „NIE” spowoduje, iż oferta otrzyma „0” punktów jakościowych.**

➤ w załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy , wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 ust. 2 (dotyczy zadania nr 1, 8 i 9) Realizacja zamówień następować będzie w terminie 5 kolejnych dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia /faksu.

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 1A do SIWZ (do zadania nr 1) –poprawiony, Załączniku nr 1B -1 do SIWZ (do zadania nr 1)-poprawiony, Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy – poprawiony oraz dodano Załącznik nr 1A-9 do SIWZ (do zadania nr 9), Załącznik nr 1B-9 do (do zadania nr 9).

Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pyt. 13

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 1 dopuści soczewkę o zakresie mocy +5,0 D do +30,0 D (co ½ dioptrii od +15,0 D do 25,0 D), angulacji 5°, dodatek sferyczny – niezmierny?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 14

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 1 dopuści wraz z jednorazowym zestawem do implantacji pakowanym w jednym pudełku z soczewką?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 15

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 1 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną o stopniu uwodnienia 26% bez powłoki hydrofobowej, o długości całkowitej 13,0mm i angulacji 9°, dodatek sferyczny – niezmierny?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 16

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 1 dopuści soczewkę sprzedawaną w komplecie z jednorazowym zestawem do implantacji przez cięcie 2,2mm, złożonym z katridża i injectorora?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 17

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 2 dopuści soczewkę o zakresie mocy od -10,0D do +30,0D (w zakresie od +1,0D do +30,0D dostępną co 0,5D), angulacji 5°?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pyt. 18

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 pozycji nr 2 dopuści retraktory tęczówkowe rozszerzające i stabilizujące tęczówkę podczas operacji zaćmy, wykonane z niebieskiego polipropylenu, złożonego z elastycznego haczyka oraz silikonowej zatyczki, w sterylnym opakowaniu zawierającym 5 sztuk retraktorów?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 3 pozycji nr 2 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dokonuje podziału zadania nr 3 na odrębne zadania, tj. zadanie nr 3 i zadanie nr 11, a ponadto dokonuje zmiany zapisów:

- w rozdziale III SIWZ pkt. 1 poprzez zwiększenie liczby zadań
- rozdział VI SIWZ ust. 4, pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

4.2) inne:

- wypełniony załącznik nr od 1A-1 do 1A-4 i od 1A-8 do 1A-11 (wymagane parametry techniczne/ wyposażenie odpowiednio dla zadania nr 1-4 i nr 8-11);

- w rozdziale XIII SIWZ ust.1 pkt. 1.1 dodano zadanie nr 11:

2. Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2,3,4,5,6,7,10,11 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 95 %

2) parametry jakości – 5 %

- w załączniku nr 1 do SIWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:*

Zadanie nr 3. Pierścień rozszerzający źrenicę 33.14.10.00-0

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1.	Pierścień rozszerzający źrenicę typu Malugin wraz z injektorem jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania pierścienia	6 sztuk

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 3 znajdują się w załączniku nr 1A-3 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

Zadanie nr 11. Haczyki 33.14.10.00-0

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1.	Haczyki - retraktory rozszerzające źrenicę	50 sztuk

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 11 znajdują się w załączniku nr 1A-11 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- w załączniku nr 1A do SIWZ *Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych i przedniokomorowych z PMMA, wprowadza się zmiany poprzez modyfikację Załącznika 1A-3 do SIWZ (do zadania nr 3) oraz wprowadzenie nowego Załącznika nr 1A-11 (do zadania nr 11)*

- w załączniku nr 2A do SIWZ *Oferta asortymentowo-cenowa, zmienia się zapis: Termin dostawy - (dotyczy zadania nr 2,3,4,5,6,7,10,11)*

- w załączniku nr 5 do SIWZ *Projekt umowy, wprowadza się następujące zmiany:*

- § 1 ust. 2 (dotyczy zadania nr 2,3,4,5,6,7,10,11) Realizacja zamówień następować będzie w terminie(kryterium oceny) kolejnych dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia /faksu/.

Powyższe zmiany zostały naniesione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 1A-3 do SIWZ (do zadania nr 3) –poprawiony, załączniku nr 2A do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy – poprawiony, oraz dodano Załącznik nr 1A-11 do SIWZ (do zadania nr 11), Załącznik nr 1B-11 do SIWZ (do zadania nr 11).

Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 2 pozycji nr 1 do oddzielnego pakietu celem złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tę pozycję?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dokonuje podziału zadania nr 2 na odrębne zadania, tj. zadanie nr 2 i zadanie nr 10, a ponadto dokonuje zmiany zapisów:

- w rozdziale III SIWZ pkt. 1 poprzez zwiększenie liczby zadań
- rozdział VI SIWZ ust. 4, pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:

4.2)inne:

- wypełniony załącznik nr od 1A-1 do 1A-4 i od 1A-8 do 1A-10 (wymagane parametry techniczne/ wyposażenie odpowiednio dla zadania nr 1-4 i nr 8-10);

- w rozdziale XIII SIWZ ust.1 pkt. 1.1 dodano zadanie nr 10:

3. Wybór oferty najkorzystniejszej dla zadania nr 2,3,4,5,6,7,10 zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

3) cena – 95 %

4) parametry jakości – 5 %

- w załączniku nr 1 do SIWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:*

- zadanie nr 2 Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilna 33.73.11.10-7, otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadanie nr 2. Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową (33.73.11.10-7)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową wraz kartridżem do implantacji	600 sztuk

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 2 znajdują się w załączniku nr 1A-2 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- zadanie nr 10, otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadanie nr 10. Soczewka przedniokomorowa z PMMA (33.73.11.10-7)

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w skali 12 miesięcy
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna sferyczna wraz kartridżem do implantacji	1120 sztuk

W ofercie asortymentowo - cenowej należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę.

Wymagane parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia z zadania nr 10 znajdują się w załączniku nr 1A-10 do SIWZ, który po wypełnieniu należy załączyć do oferty.

- w załączniku nr 1A do SIWZ *Wymagane parametry techniczne dla soczewek wewnątrzgałkowych tylnokomorowych i przedniokomorowych z PMMA, wprowadza się zmiany poprzez modyfikację Załącznika 1A-2 do SIWZ (do zadania nr 2) oraz wprowadzenie nowego Załącznika nr 1A-10 (do zadania nr 10)*

- w załączniku nr 2A do SIWZ Oferta asortymentowo-cenowa, zmienia się zapis:

Termin dostawy - (dotyczy zadania nr 2,3,4,5,6,7,10)

- w załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy, wprowadza się następujące zmiany:

- § 1 ust. 2 (dotyczy zadania nr 2,3,4,5,6,7,10) Realizacja zamówień następować będzie w terminie(kryterium oceny) kolejnych dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru zamówienia /faksu/.

- § 2 ust. 4.1 (dotyczy zadania nr 2 i 10) Za dostawę partii wyrobów (pobraną z depozytu) Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe wyliczone jako iloczyn cen jednostkowych określonych w Załączniku Nr 1 do umowy przez ilość jednostek w danym asortymencie – na podstawie protokołu potwierdzającego faktyczne zużycie wyrobów (rodzaj i ilość).

- § 3, otrzymuje brzmienie: **Depozyt (dotyczy zadania nr 2 i 10).**

- Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wyrobów medycznych wchodzących w skład depozytu do przetargu nieograniczonego znak: NZ/220/3/2016, otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 2. Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilowa.

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w depozycie
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna z powłoką hydrofobową wraz kartridżem do implantacji	150 sztuk

Szczegółowe parametry dotyczące soczewek wewnątrzgałkowych znajdujących się w depozycie zostaną określone przez Zamawiającego w pierwszym zamówieniu

Zadanie nr 10 . Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna hydrofilowa.

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość w depozycie
1.	Soczewka wewnątrzgałkowa tylnokomorowa akrylowa, jednoczęściowa hydrofilna asferyczna wraz z kartridżem do implantacji.	100 sztuk

Szczegółowe parametry dotyczące soczewek wewnątrzgałkowych znajdujących się w depozycie zostaną określone przez Zamawiającego w pierwszym zamówieniu

Powyższe zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 1A do SIWZ (do zadania nr 1) –poprawiony, Załączniku nr 1B -1 do SIWZ (do zadania nr 1)-poprawiony, Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy – poprawiony, Załącznik nr 6 do SIWZ - poprawiony oraz dodano Załącznik nr 1A-10 do SIWZ (do zadania nr 10), Załącznik nr 1B-10 do (do zadania nr 10). Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

ZESTAW 3

1. (zadanie nr 7, poz. 1) Czy Zamawiający wymaga aby jednorazowe trepany do rogówki biorcy – trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadał 360 stopniowa komorę próżniową z 16 znacznikami, strzykawkę aspiracyjną 5cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wymaga.

ZESTAW 4**Pytanie 1, dot. § 1 ust. 6 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:

„strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości wyrobów w zadaniu w ramach zawartej umowy – w zależności od bieżących potrzeb Szpitala oraz wielkości kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi płatnikami usług (...), przy czym zmniejszenie zamówienia nie przekroczy 30% zamówienia objętego umową”.

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku, z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości tejże umowy. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom prawidłowe a tym samym dla Zamawiającego korzystne skalkulowanie ceny oferty.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2, dot. § 2 ust. 6 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu płatności z 60 do **30 dni** od daty otrzymania partii towaru i faktury.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3, dot. § 4 ust. 2 oraz 2.1 projektu umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu jak poniżej:

„(...) Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, a kosztów sprawdzenia towaru do Zamawiającego(przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu na podstawie pisemnej noty obciążeniowej z dołączonym dowodem zakupu interwencyjnego karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 10%, ale nie niższą niż 200 zł”.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4, dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej ze 100 zł na 50 zł.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej w § 4 pkt 3 w Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy

Pytanie 5, dot. zapisów § 1 ust. 3 wzoru umowy (dotyczy zadanie nr 4, poz. 1 i 2):

Zwracam się z prośbą o zastąpienie ww. zapisu według poniższej propozycji:

„Dostarczone wyroby nie mogą mieć terminu zachowania pełnej sterylności krótszego nie krótszym niż **3/4 nominalnego okresu ważności producenta.**”

Obecny zapis nie ma zastosowania do wyrobów medycznych stanowiących przedmiot zamówienia z uwagi na to, że nie są przeznaczone do wszczepiania. Zestawy operacyjne wykorzystywane są do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego okulistycznego ale nie mają zastosowania do wszczepiania. Gotowe zestawy poddawane są sterylizacji i w zależności od akcesoriów stanowiących wyposażenie zestawu ustala się okres przydatności do użycia/ zastosowania („termin ważności”).

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem sterylności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy nie jest możliwe. Oferowane wyroby medyczne produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne Wykonawca nie może dostarczyć towaru z terminem ważności nie krótszym niż termin określony przez producenta.

Materiały medyczne posiadające określony termin ważności, nie mogą po tym okresie zostać zastosowane.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 5 do SIWZ Projekt umowy, poprzez:

- w § 1 dodanie ust. 3.1, który otrzymuje brzmienie:

„3.1 (dotyczy zadania nr 4 poz. 1 i 2) Dostarczone wyroby nie mogą mieć terminu zachowania pełnej sterylności krótszego niż 3/4 nominalnego okresu ważności producenta.”

- w § 6 ust. 2 dodanie ust. 5.1, który otrzymuje brzmienie:

„5.1) (dla zadania nr 4 poz. 1 i 2) dostarczania /drugi przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności producenta.

Pytanie 6, dot. zapisów § 1 ust. 9 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §1 ust. 9 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku przerwania ciągłości dostaw wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia z przyczyn innych niż określone w § 1 ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania przerwy dostarczać za zgodą Zamawiającego jego odpowiednik. W przypadku przerwania ciągłości dostaw wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia z przyczyn innych niż określone w § 1 ust. 7 i niedostarczania za zgodą Zamawiającego jego odpowiednika, Zamawiający ma prawo przez cały okres trwania przerwy dokonywać zakupów interwencyjnych w/w wyrobu lub jego odpowiednika poza obowiązującą umową, na zasadach określonych w § 4 ust. 2.”. **Wykonawca nie może zagwarantować, że cena odpowiednika nie będzie wyższa niż cena wyrobu wskazana w załączniku nr 1 do umowy.**

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7, dot. zapisów § 2 ust. 6 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §2 ust. 6 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zapłata za dostarczone wyroby nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy w terminie do 60 dni od daty otrzymania partii towaru i faktury. Faktura lub załącznik do faktury musi zawierać numer umowy przetargowej i zamówienia, którego dotyczy. **Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy**”. Dniem zapłaty powinien być dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy jako wierzyciela.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8, dot. zapisów § 4 ust. 1 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §4 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia **w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę*** zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.” Zaproponowany we wzorze umowy poziom kary umownej jest rażąco wygórowany – w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru z 24 godzinną zwłoką (w przypadku zamówienia „cito”) Zamawiający będzie mógł nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 2400 zł.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9, dot. zapisów § 4 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §4 ust. 2 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W przypadku upłynięcia – dniowego lub 48 – godzinnego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen oraz kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport)”. Nie ma żadnego uzasadnienia aby Wykonawca był zobowiązany do zapłacenia dodatkowej kary umownej związanej z niedostarczeniem towaru w terminie. W przypadku niedostarczenia towaru w terminie Zamawiający może na Wykonawcę nałożyć karę umowną związaną ze zwłoką w realizacji zamówienia oraz obciążyć Wykonawcę kosztami zakupu interwencyjnego.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10, dot. zapisów § 4 ust. 3 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą aby §4 ust.3 w wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „Zamawiający ma prawo do składania reklamacji ilościowych wyłącznie w trakcie dokonywania odbioru towaru, w przypadku przyjęcia towaru przez Zamawiającego Strony uznają, że towar został dostarczony, pod względem ilościowym, w prawidłowy sposób. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji jakościowych do chwili użycia produktu w udzielanym świadczeniu zdrowotnym. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.”. Postanowienie precyzuje, że wady ilościowe mogą być zgłaszane wyłącznie w trakcie odbioru towaru. Ponadto ze wzoru umowy usunięto możliwość nałożenia kary umownej za niedostarczenie reklamowanego towaru w terminie krótszym niż czas rozpatrzenia reklamacji. Wykonawcy przysługuje 14 dniowy na rozpatrzenie reklamacji, a zgodnie z umową w terminie 72 godzin powinien dostarczyć Zamawiającemu towar.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 11, dot. zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy:

Zwracam się prośbą aby §6 ust. 2 pkt 3 w wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2”. Dwukrotne opóźnienie w realizacji dostaw stanowiące podstawę do rozwiązania umowy oraz nałożenia kary umownej na Wykonawcę jest rażąco niesprawiedliwe i narusza zasadę równowagi stron umowy wzajemnej oraz zasady współzycia społecznego. Ponadto w umowie nie występuję §5 ust. 3 – w związku z tym odwołanie do tego ustępu powinno zostać usunięte z przedmiotowego postanowienia.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonano zmiany zapisu w § 6 ust. 2 pkt 3 Projektu umowy- Załącznik nr 5 do SIWZ, i otrzymuje on brzmienie:

„3)powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. dwukrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy”.

ZESTAW 5

Pytanie 1, dot. Zadania nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tej pozycji soczewki wewnątrzgałkowej, tylnokomorowej, zwijalnej, jednoczęściowej, hydrofilnej, asferycznej (– 0.27 mikrona). Posiadającej średnicę 6.0 mm, długość całkowitą 12.5 mm, moc od -10.00 do +40.0 D co 0.5 D, angulację 0 stopni, podwójną ostrą krawędź części optycznej na pełnym obwodzie, jednorazowy injector i jednorazowy kartridż do cięcia 2.2 mm zapakowane w opakowaniu z soczewką?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2, dot. Zadania nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tej pozycji soczewki wewnątrzgałkowej japońskiej firmy Hoya Corporation: tylnokomorowej, zwijalnej, jednoczęściowej, hydrofobowej, asferycznej (-0.18 mikrona) z końcówkami hapternów z PMMA (zapobiegającymi przyklejaniu się hapternów do optyki podczas implantacji). Posiadającą średnicę 6.0 mm, długość całkowitą 12.5 mm, moc od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D, angulację 5 stopni, ostrą krawędź tylnej części optycznej, filtr UV. Fabrycznie załadowana w jednorazowy system implantacyjny (cięcie 2.2 mm)?

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, dot. Zadania nr 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w tej pozycji soczewki wewnątrzgałkowej, tylnokomorowej, zwijalnej, jednoczęściowej, hydrofilnej, sferycznej. Posiadającej średnicę 6.0 mm, długość całkowitą 12.5 mm, moc od -10.00 do +40.0 D co 0.5 D, angulację 0 stopni, podwójną ostrą krawędź części optycznej na pełnym obwodzie, jednorazowy injector i jednorazowy kartridż do cięcia 2.2 mm zapakowane w opakowaniu z soczewką?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, dot. Zadania nr 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert w tym zadaniu na poszczególne pozycje?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, dot. § 4 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych ze 100 do 50 zł za dzień/ godzinę zwłoki, przy łącznej wysokości kary nie mogącej przekroczyć 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dokonuje zmiany.

Pytanie 6, dot. § 7 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający poprzez zapis dopuszczający zmianę stawki podatku VAT, ma na myśli w przypadku powyższego również zmianę ceny brutto przy zachowaniu ceny netto oferowanego asortymentu?

ODPOWIEDŹ: Tak.

Pytanie 7, dot. Załącznika nr 6 do SIWZ:

Mając na uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu magazynów depozytowych oferowanego asortymentu, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości soczewek wewnątrzgałkowych jakich Zamawiający wymaga do złożenia w pozycji nr 1 w Zadaniu nr 2 do 100 sztuk przedmiotu zamówienia. Wskazana ilość w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego, jednocześnie gwarantuje płynne wykorzystywanie złożonego magazynu depozytowego.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody

ZESTAW 6

1. Czy w Zadaniu nr 3 poz. 1 Zamawiający dopuści produkt równoważny tj. pierścień do mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany injectorem jednorazowym. Wykonany z polypropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia. W komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

ZESTAW 7

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- 1)obłożenie dla pacjenta o rozmiarach 100x120 cm (zamiast 102x122cm)?
- 2)strzykawkę o objętości 3 ml (zamiast 2 ml)?

przy zachowaniu pozostałych parametrów.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 4, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający:

- 1)obłożenie dla pacjenta o rozmiarach 100x120 cm (zamiast 102x122cm)?
- 2)strzykawkę o objętości 3 ml (zamiast 2 ml)?

przy zachowaniu pozostałych parametrów.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 8

W załączniku **1A** brak jest części **1A-6**, której wypełnienie jest niezbędne do złożenia oferty na zadanie nr 6. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o ten załącznik.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznał, że nie istnieje potrzeba uzupełnienia załącznika nr **1A** do SIWZ o zadanie nr 6.

Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany zostały naniesione w Załączniku nr 1 do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 1A do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 1B do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 2A do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 5 do SIWZ – poprawiony, Załączniku nr 6 do SIWZ – poprawiony.

Zmiany te zostały zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

W doniesieniu do powyższych zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmianie ulegają zapisy w rozdziale III ust. 1, rozdziale VI ust. 4 pkt 2, rozdziale XIII ust.1 i 1.1.

Ponadto w oparciu o w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym samym termin ich otwarcia, na niżej podane:

- termin składania ofert – z 22.01.2016 r. godz. 08:00 na **25.01.2016 r. do godz. 08:00**,
- otwarcie ofert – z 22.01.2016r. godz. 08:30 na **25.01.2016r. o godzinie 8:30**.

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy:

➤ **w rozdziale XI SIWZ w pkt. 5 i 6 otrzymując brzmienie:**

„5. Termin składania ofert:

- 1) Oferty należy składać **do dnia 25.01.2016r. do godz. 08:00**.
- 2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2016 r. o godz. 08:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, pok. nr 15 w budynku przy ul. Broniewskiego 2”

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska