



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**

71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala tel.: (91) 813 90 00, fax.: (91) 813 90 09
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/13/W1/2016

Data:
10.03.2016 r.

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/13/2016, pn. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku: elektrod, kaset do krwi i płynów, drenów do pomp, pojemników chirurgicznych z formaliną, protez naczyniowych dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie Wykonawcy:

ZESTAW 1

Pytanie 1

Dotyczy : zadanie 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną z zakręcaną nakrętką, o pojemności 10 ml?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy: zadanie 5 pozycje: 5 – 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemniki chirurgiczne z neutralną 10% formaliną ale ze szczelną pokrywą zamykaną na wcisk zachowując wskazane przez Zamawiającego pojemności?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy: zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści do przeliczenia wskazanych ilości sztuk na opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę ? Pojemniki chirurgiczne z formaliną konfekcjonowane są przez Producenta w tzw. klastrach/opakowaniach liczących określoną ilość sztuk w zależności od pojemności pojemników i jako takie opakowania są w sprzedaży :

Lp.	Pojemność	Ilość pojemników w opakowaniu
-----	-----------	-------------------------------



**Dyrektor
SPWSZ**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Ekon. – Adm.**
(91) 813 9010

**z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa**
(91) 813 9010

**Pielęgniarka
Naczelna**
(91) 813 9016

**Główny
Księgowy**
(91) 813 9015

1.	10 ml	80 szt.
2.	35 ml	54 szt.
3.	55 ml	54 szt.
4.	125 ml	24 szt.
5.	250 ml	12 szt.
6.	500 ml	6 szt.
7.	1000 ml	6 szt.
8.	3000 ml	4 szt.
9.	5000 ml	4 szt.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza przeliczenia wskazanych ilości sztuk na opakowania z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę, gdyż zmieniłoby to ilość pojemników wymaganą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powodując nieporównywalność przy badaniu i ocenie złożonych ofert. Zamawiający może jedynie zapewnić Wykonawcę, iż po podpisaniu umowy, zamówienia w zakresie realizacji postanowień umowy będą odbywały się w pełnych opakowaniach.

ZESTAW 2

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania w zadaniu nr 3 opakowania handlowe zawierające 5 kompletów z odpowiednim przeliczeniem według wymagań Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem według wymagań Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że wymaga aby zestaw do pomiaru PiCCO zawierał prowadnicę z Nitinolu i złącze z Trogamidu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZESTAW 3

I. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy dokumentu WZ, zawierającego m.in. cenę”.

ODPOWIEDŹ: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

ZESTAW 4

Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 6

1. Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w miejsce pierwotnych parametrów protez dwustronnie welurowanych z minimalnym welurem wewnętrznym i wysokim welurem zewnętrznym. Pozostałe parametry zgodne.

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający dopuszcza.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno Administracyjnych
Małgorzata Szelągiewicz