

**Załącznik nr 1A-1  
do zapytania ofertowego  
(dla zadania nr 1)**

**Wymagane parametry graniczne**

**ZADANIE NR 1**

**CEWNIK DIAGNOSTYCZNY – KORONAROGRAFICZNY**

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU	Potwierdzenie wymaganych warunków  TAK / NIE
1	Cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót z przeniesieniem obrotu z końca dystalnego na proksymalny w stosunku 1:1	
2	Miękka atraumatyczna końcówka	
3	Duża średnica wewnętrzna	
4	Duży wybór kształtów, nietypowe krzywizny	
5	Rozmiary w zakresie co najmniej od 4F do 6F	
6	Duży przepływ	
7	Cewniki dostosowane do badań z dojścia od tętnicy promieniowej (podać rodzaje cewników)	
8	Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy	

Uwaga! Zamawiający wymaga do Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

