

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



Znak sprawy:
EZP/220/25/2017/2

Data:
21.04.2017r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/25/2017, Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii wraz z dzierżawą kriokonsoli dla SPWSZ w Szczecinie

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania Wykonawcy:

ZESTAW 2

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1** dopuści:

- minimalna długość cewnika 80 cm (dotyczy tylko cewników pediatrycznych)
 - krzywizna od 40mm do 75mm przy cewnikach ablacyjnych klasyczny oraz od 35mm przy cewnikach ablacyjnych pediatrycznych?
 - jednokierunkowy cewnik pediatryczny oraz dwukierunkowy cewnik klasyczny?
- przy zachowaniu pozostałych parametrów granicznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w **Zadaniach 12 i 17** dopuści:

- minimalna długość igły 56cm (dla igły transseptalnej pediatrycznej)
 - średnica zewnętrzna 18 G lub 19G (dla igły transseptalnej pediatrycznej)
- przy zachowaniu pozostałych parametrów granicznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 3

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do mappingu żył płucnych o stałej średnicy pętli, długości użytkowej 99-110 cm i średnicy cewnika 7F i 8F, spełniającego pozostałe parametry?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego 4-biegunowego, z pierścieniami o szerokości 1 mm, irydowo – platynowymi, spełniającego pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego 10-biegunowego, z pierścieniami o szerokości 1 i 2 mm, irydowo-platynowymi, o krzywiznach: JSN, DAO, CRD, SC, C, J, CSL, posiadającego miękką końcówkę dla pacjentów pediatrycznych w rozmiarze 6F – z 8 biegunami, spełniającego pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lokalizacje:
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika diagnostycznego 4-biegunowego, z pierścieniami o szerokości 1 mm, irydowo – platynowymi, spełniającego pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW 4

Pytanie 1.

Zadanie 13.

Dotyczy zad.13 punkt 1.2 załącznika 1B-13 (parametry oceniane). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeniesienie parametru ocenianego do parametrów granicznych z uwagi na charakter pakietu (złoto najlepiej odpowiada parametrom fizycznym pakietu i dlatego uważamy, że powinno być umieszczone w parametrach granicznych).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.

Zadanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dodatkowo cewnika w wersji Flutter, dedykowanego do ablacji cieśni, o długości 95cm i zwiększonej stabilności bocznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
Małgorzata Usielska

Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94