

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Nasz znak:**  
**EP/220/26/2017/1**

**Data:**  
**19.04.2017r.**

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/26/2017 pn.: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i opakowań do sterylizacji dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść:

### **Pytania Wykonawców:**

#### **ZESTAW 1**

#### **Dotyczy zadania nr 6, pozycja 6**

1. Proszę o sprecyzowanie ilości zamawianego czyścika do rdzy. Czy Zamawiający oczekuje dostawy 5 szt. czyścików, czy 5 opakowań po 3 szt.?

**Odp.: Zamawiający w pozycji 6 zadania nr 6 wymaga zaoferowania 5 opakowań czyścika do rdzy, po 3 szt. w każdym opakowaniu. W związku z tym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w zadaniu nr 6 (Szczotki do czyszczenia narzędzi w strefie mycia i dezynfekcji) zmienia zapis w kolumnie „Ilość na 12 miesięcy” w pozycji 6: z „5 szt.” na „5 opakowań”.**

**Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

#### **ZESTAW 2**

#### **Dotyczy zadania nr 5**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-11 i poz. 14) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

2. Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych, który brzmi: „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”, Zamawiający wymaga, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli rękawów sterylizacyjnych? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny. Szpital nie ma uprawnień do nadawania znaku CE wyrobom sterylizowanym.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.**

3. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, zgodnie z normą.**

4. Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3 i 5 oraz ISO 11607-1 i 2?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga, zgodnie z normą.**

5. Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji o gramaturze papieru **70g/m<sup>2</sup>**, co zdecydowanie podnosi jakość papieru i jego wytrzymałość mechaniczną?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, lecz nie wymaga.**

**Jednocześnie Zamawiający poprawia własną omyłkę pisarską w § 5 ust. 2 pkt 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, zastępując sformułowanie: „nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 3 i § 3 ust. 3 do umowy” – sformułowaniem: nieterminowych dostaw, tj. naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 5 i 8 oraz § 3 ust. 3 do umowy”.**

**Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl) w zakładce „załączniki”.**

**Ponadto Zamawiający informuje, że zmianie ulega miejsce otwarcia ofert z: „Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku „O”, I piętro – Świetlica, przy ul. Arkońskiej 4” na: „Sekcję Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:**

- **rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 6 otrzymuje brzmienie:**

**„6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2017r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”.**

**DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
Małgorzata Usielska**