

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Znak sprawy:**  
**EP/220/36/2017/2**

**Data:**  
**27.04.2017 r.**

## WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/36/2017, pn. Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii PTCA i PTA dla SPWSZ w Szczecinie**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostało złożone pytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o które Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedłuża termin składania ofert.

### **Pytanie Wykonawcy:**

#### **ZESTAW 1**

##### **Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 29**

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 29 (załącznik 1A-29) introducerów długich zbrojonych przeznaczonych do zabiegów PTA tętnic szyjnych w zestawie z porzerczem kompatybilnych z przewodnikiem 0.018 i 0.038 cala, zamiast 0.018-0.035 cala. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami siwz.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

##### **Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie nr 39**

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 39 (załącznik 1A-39) spiral embolizacyjnych obwodowych pokrytych włoskami o następujących parametrach:  
Pkt.1 – spirale o różnym kształcie po zwinięciu (np. spiralnym, stożkowym, prostym)  
Pkt.2 – kompatybilne z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0.018" lub 0.035"  
Pkt.3 – wykonane z miękkiej platyny lub materiału kompatybilnego z rezonansem magnetycznym do 3T  
Pkt.4 – dostępne spirale kompatybilne z rezonansem magnetycznym do 3T – dla spiral kompatybilnych z cewnikiem 0.035"  
Pkt.5 – pokrycie „włoskami”  
Pkt.6 – zakres średnic zwiniętych spiral po wprowadzeniu do naczynia co najmniej od 2 do 10mm kompatybilnych z cewnikiem 0.018" i od 3 do 20mm kompatybilnych z cewnikiem o średnicy 0.035".

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### **ZESTAW 2**

##### **Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 42**

Czy Zamawiający dopuści aby cały zestaw na jednego pacjenta (2 szt. Wkładów, złącze typu „Y”, 2 szt. Ostrzy) charakteryzował się wytrzymałością do 305 psi ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 42, pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw materiałów zużywalnych dla jednego pacjenta do wstrzykiwacza Accutron CT-D firmy MEDTRON AG. składający się z:

- dwóch wkładów/strzykawek o pojemności 200 ml
- systemu rurek typu „Y” o długości 180 cm od złącza „Y”, z dwoma bezzwrotnymi zastawkami. Objętość napełnienia: 6,9 ml, Średnica wewnętrzna: 2,0 mm.
- dwóch wentylowanych ostrzy do napełniania wkładów o objętości napełnienia 0,4 ml

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 42

Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoficerowane materiały zużywalne były pozbawione:

- ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP) – Brak tych substancji jest szczególnie ważny dla kobiet w ciąży i dzieci.
- lateksu – jego obecność jest niebezpieczna dla pacjentów z alergią na lateks
- pirogenów – substancje te oddziałują na ośrodek termoregulacyjny i przestawiają biologiczny wzorzec temperatury ciała ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 42**

## Dotyczy: Załącznik nr 1A, Zadanie nr 42

Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia do oferty oświadczenia producenta wstrzykiwacza kontrastu (firmę Medtron AG.) lub jego autoryzowanego dystrybutora na terenie Polski, że oferowane materiały zużywalne są w pełni kompatybilne z wstrzykiwaczem Accutron CT-D firmy Medtron AG ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga dokumentów zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.**

## ZESTAW 3

### Zadanie 25.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoficerowanie cewników przedłużających naczyniowych o średnicach 5, 6, 7, 8 F z miękką, atraumatyczną końcówką całościowo widoczną w skopi, o długości użytkowej 150 cm i długości sekcji Rapid Exchange -25 cm? Średnice wewnętrznego światła: 5F- 0,041”, 6F- 0,056”, 7F – 0,062”, 8F- 0,071”. Powyższy cewnik posiada dodatkowe dwa pozycjonujące markery na szafcie w odległości 95 i 105 cm od dystalnej końcówki.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### Zadanie 26.

Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości mikrocewników wieńcowych o długościach 135 i 155 cm z najmniejszym na rynku profilem wejścia wynoszącym 1,3 F z atraumatyczną końcówką widoczną całościowo w skopii, przy zachowaniu pozostałych parametrów wymaganych przez zamawiającego.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## ZESTAW 4

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1** „Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych” dopuści do zaoficerowania sprzęt o następujących parametrach:

- Pozycja 1- stent wieńcowy
- RBP = 16 atm., dla średnicy 4,0 mm = 15 atm.  
i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- Pozycja 3 – stent antyproliferacyjny
  - RBP = 16 atm., dla średnicy 4,0 mm = 15 atm.
  - dostępne średnice stentu - od 2,25 do 4,0 mm
  - dostępne długości stentu: - od 8 do 38 mm
  - i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

2. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących zawartości **Zadania nr 1** – w załączniku Nr 1, oraz 1B widnieje pozycja 5 – cewnik prowadzący do PTCA, którego brak w Załączniku 1A, czy pozycja 5 pozostaje w zapisie SIWZ, czy też została z niej usunięta ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określa parametrów granicznych dla pozycji 5 Cewnik prowadzący i dlatego też nie uwzględnił pozycji 5 w Załączniku nr 1A do SIWZ (do zadania nr 1) Wymagane parametry/Warunki techniczne sprzętu**

3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 2** „Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

- Pozycja 1-stent wieńcowy
  - RBP = 16 atm., dla średnicy 4,0 mm = 15 atm.
  - zakres dostępnych średnic: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm (6 rozmiarów)
  - profil przejścia = 0,041”
    - dostępne długości: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 mm - (9 rozmiarów)
    - maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55%, (0,5% dla średnicy 3,0 mm)
  - i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

- Pozycja 2 – cewnik balonowy do predylatacji
  - profil przejścia (crossing profile) = 0,024” dla balonika o średnicy 3,0 mm
    - proximal shaft = 2,1F
    - distal shaft = 2,5F dla średnic od 1,5 do 3,5 mm i 2,7F dla średnic od 3,75 do 4,0 mm
  - i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

- Pozycja 3 – cewnik balonowy wysokociśnieniowy
  - dostępne długości : 6; 9; 12; 15; 21; 27 mm
  - i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

- Pozycja 5 – stent antyproliferacyjny
  - RBP = 16 atm., dla średnicy 4,0 mm = 15 atm.
  - ciśnienie nominalne = 9 atm.
  - maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55%, (0,5% dla średnicy 3,0 mm)
  - grubość ściany (strut) – 0,0036”
  - profil przejścia = 0,041” dla stentu o średnicy = 3,0 mm
  - dostępne długości stentu: od 8 do 38 mm
  - i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

4. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 5** „Stenty wieńcowe na balonie do stentowania zmian prostych ” dopuści do zaferowania sprzęt o następujących parametrach:

- Pozycja 1-stent wieńcowy montowany na balonie do stentowania zmian prostych

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 mm (9 rozmiarów)
- maksymalne skróceniu po rozprężeniu = 1,55%, dla rozmiarów 3,0 = 0,5%  
i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

- Pozycja 2-stent antyproliferacyjny
  - RBP = 16 atm., dla średnicy 4,0 mm = 15 atm.
  - maksymalne skrócenie po rozprężeniu = 1,55% , dla rozmiarów 3,0 = 0,5%
  - dostępne długości stentu: 8; 9; 12; 14; 15; 18; 22; 26; 30 mm (9 rozmiarów)  
i spełniający jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

5. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 9** „Cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- zakres dostępnych średnic : 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm
- zakres dostępnych długości: 6; 8; 12; 15; 20; 27 mm

i spełniające jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 10** „Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant” dopuści do zaferowania cewniki o następujących parametrach:

- proximal shaft /distal shaft = 2,1F/2,5F dla średnicy od 1,5 do 3,5 mm, oraz 2,1F/2,7F dla średnicy od 3,75 do 4,0 mm

i spełniające jednocześnie pozostałe wymogi specyfikacji technicznej ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## ZESTAW 5

Pytanie 1, - Pytanie **dot. Zadania nr 32**

Czy w Zadaniu nr 32 Zamawiający dopuści cewnik balonowy kompatybilny z koszulką 4,5,6Fr i ciśnieniu RBP: 18 ATM (pozostałe parametry bez zmian)?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza**

## ZESTAW 6

### Pakiet 29

Czy Zamawiający dopuści introducer kompatybilny z przewodnikiem 0,035" spełniający pozostałe kryteria?"

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

### Pakiet 34

Czy Zamawiający dopuści stenty obwodowe na balonie z RBP 13-15 atm. ;kompatybilne z 6F dla wszystkich średnic do 9 mm włącznie, o zakresie długości 15-56 mm i zakresie średnic 5-10mm na shafcie 80-130cm?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści przewodniki o długości od 195-300 cm spełniające pozostałe kryteria?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## ZESTAW 7

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust 1, 3:

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



1. Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10% wartości brutto zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 50 zł.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 24 godzin za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

## ZESTAW 8

### Zadanie nr 8:

#### Pyt. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty antyproliferacyjne o sile radialnej na poziomie 16 PSI oraz RBP wynoszącym 16 atm (14 atm w przypadku stentów o wszystkich średnicach i długości > 40 mm oraz średnicy 4,50 mm dla wszystkich długości)? Pozostałe parametry techniczne oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### Zadanie nr 20:

#### Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny opaski uciskowe w dwóch rozmiarach małym i dużym? Pozostałe parametry oferowanego produktu pozostają bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza i wymaga zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 20**

### Zadanie nr 26:

#### Pyt. 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny mikrocewniki do angioplastyki wieńcowej kompatybilne z przewodnikiem 0,014". Mikrocewniki dostępne w długościach 135cm oraz 150cm. Mikrocewniki zbrojne są na całej swojej długości, elastyczne w dystalnej części i zakończone taperowanym tipem. Pokryte są powłoką hydrofilną. Profil typu dystanego mikrocewnika: 2,0F/0,026". Dystalna średnica zewnętrzna mikrocewnika: 0,034". Proksymalna średnica zewnętrzna mikrocewnika: 0,042".

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## ZESTAW 9

### I. dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1A-41 do SIWZ do zadania nr 41 WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU:

1. dot. poz. 2 – Prosimy o dopuszczenie złącza niskiego ciśnienia o dł. 150 cm z trójnikiem i zaworkiem antyzwrotnym o wytrzymałości do 375 PSI oraz dwóch ostrzy typu Spike.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza.

### II. dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1A-43 do SIWZ do zadania nr 43 WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU:

1. dot. poz. 1 – Prosimy o doprecyzowanie składu zestawu i dopuszczenie wkładu do wstrzykiwacza o pojemności 200 ml z łącznikiem o wytrzymałości do 375 PSI oraz złączem szybkiego napełniania.

**ODPOWIEDŹ:** Wymagania Zamawiającego zawarte są w Załączniku nr 1A-43 do SIWZ (dla zadania nr 43)

### III. dot. Projektu umowy – Załącznik Nr 5 do SIWZ:

1. Pytanie do §1 ust. 12. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Wykonawca w chwili podpisania umowy przyjmuje na siebie obowiązek zagwarantowania ciągłości dostaw tak, aby umowę można było zrealizować (z wyjątkiem sytuacji, kiedy niedostarczony wyrób został wcześniej wstrzymany bądź wycofany z obrotu decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub w sytuacji kiedy Wykonawca przed złożeniem **niezwłocznie po złożeniu** zamówienia przez Zamawiającego przekazał mu pisemną informację od producenta wyrobu, którego dotyczy umowa o problemie z jego dostępnością).”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie do §1 ust. 14 Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zdanie o następującym brzmieniu:

**„Nieudzielenie zgody przez Zamawiającego na dostarczanie odpowiednika przedmiotu zamówienia może nastąpić wyjątkowo z ważnych przyczyn.”.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie do § 4 ust. 1. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości  $\pm 100$ – **30** zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł. **Kary nie nalicza się w przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia do naliczenia kary umownej na podstawie ust. 2 poniżej.**

\* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pytanie do §4 ust. 2. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku upłynięcia 5 - dniowego roboczego lub 48 - godzinnego roboczego (zamówienie „cito”) terminu na realizację dostawy lub w przypadku określonym w § 1 pkt. 9 Zamawiający ma prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza obowiązującą umową **pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do dokonania dostawy w dodatkowym terminie (minimum 3-dniowym w przypadku dostawy zwykłej / minimum 24h w przypadku**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**dostawy na zamówienie „cito”**). Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną stanowiącą równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20% **10%**, ale nie niższą niż 200 zł. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu jego złożenia (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej zwłóce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w magazynie Zamawiającego **i może zostać zaliczony na poczet następnej dostawy.**

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Pytanie do § 4 ust. 3. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni,
- wad jakościowych – w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy **uzupełni dostawę** reklamowany towar w ciągu 48 godzin.

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 100% **30** zł za każdy dzień/**4 godziny**\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

\*za każde rozpoczęte **4 godziny** w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% **20%** wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru.”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. Pytanie do §4 ust. 4. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego ustępu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% **10%** wartości ~~umowy na dane zadanie~~ **niezrealizowanej części** umowy.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Pytanie do §6. Czy Zamawiający dopuści zmianę powołanego paragrafu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ 1. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

- 1) incydentu medycznego /pierwszy przypadek/ w postaci każdego wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania wyrobu medycznego, które doprowadziło lub mogło ~~bezpośrednio lub pośrednio~~ doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Warunkiem rozwiązania umowy przez Zamawiającego jest zgłoszenie incydentu medycznego Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, i stwierdzenia zasadności zgłoszenia w efekcie postępowania wyjaśniającego **oraz**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**ustalenia bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy dostarczanym przez Wykonawcę wyrobem medycznym i zaistniałym incydem medycznym. Uprawnienie Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym nie powstanie, w przypadku, gdy dostarczane przez Wykonawcę wyroby medyczne współpracują ze sprzętem, którego użycie doprowadziło do incydentu medycznego, a sprzętu tego nie dostarczał Wykonawca, chyba że zostanie potwierdzone, że incydent medyczny spowodowało użycie wyrobu dostarczanego przez Wykonawcę. (...)**

- 2) stwierdzenia, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie Wykonawcy;
  - 3) powtarzających się nieterminowych dostaw, tj. dwukrotnego **trzykrotnego** naruszenia terminów określonych w § 1 ust. 2 i § 3 ust. 3 do Umowy **miesiącu kalendarzowym**;
  - 4) dostarczania /drugi przypadek/ wyrobów z wadami jakościowymi **i nieuzupełnienie dostawy w umownym terminie**;
  - 5) dostarczania /drugi przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy **i nieuzupełnienie dostawy w umownym terminie** ;
  - 6) powtarzających się /drugi przypadek/ dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie, tj. magazyn Medyczny Zamawiającego;
  - 7) wygaśnięcia świadectwa dopuszczenia do obrotu na oferowanych wyrobów i nie przedłużenia jego ważności;
  - 8) zakończenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z NFZ na zakres świadczeń, w których wykorzystywane są wyroby będące przedmiotem zamówienia.
3. **W przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego złożenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia o stwierdzeniu przypadków uprawniających do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym wzywając go do złożenia wyjaśnień lub zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie.**"

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pytanie do § 7 ust. 2 poprzez dodanie pkt 6). Czy Zamawiający dopuści zmianę ustępu poprzez nadanie punktu 5) o następującym brzmieniu:

**„6) zmianę sposobu konfekcjonowania dostarczanych wyrobów medycznych w przypadku wprowadzenia takiej zmiany przez wytwórcę (producenta) tych wyrobów”.**

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

### ZESTAW 10

#### Załącznik nr 4 do SIWZ, Paragraf 4 – KARY UMOWNE, ust.1

Zamawiający wymaga:

„Ustala się karę umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie może przekraczać 50% wartości zamawianej partii towaru, ale nie może być niższa niż 100 zł. \* Za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

W przypadku zadania nr 42 prosimy o wykreślenie możliwości dostaw „cito”.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94



# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## Załącznik nr 4 do SIWZ, Paragraf 4 – KARY UMOWNE, ust. 3

Zamawiający wymaga:

„W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych,

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

-braków ilościowych –w ciągu 5 dni,

-wad jakościowych –w ciągu 14 dni.

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca dostarczy reklamowany towar w ciągu 72 godzin roboczych .

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień/godzinę\* zwłoki, w zależności od trybu, w jakim było składane zamówienie.

\*za godzinę w przypadku dostaw „cito”.

Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości niedostarczonego, bądź wadliwego towaru”

W przypadku zadania nr 42 prosimy o wykreślenie możliwości dostaw „cito”.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Załącznik nr 4 do SIWZ, Paragraf 4 – KARY UMOWNE, ust. 2

W przypadku zadania nr 42 prosimy o wykreślenie poniższego punktu:

„Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody faktycznie poniesionej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kary umownej, dokumentując swoje roszczenia wyczeniem rzeczywiście poniesionych szkód.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## Załącznik nr 4 do SIWZ, Paragraf 6 – KARY UMOWNE, ust. 1

W przypadku zadania nr 42 prosimy o wykreślenie poniższego punktu:

„W przypadku, kiedy przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne współpracujące (zależne) ze sprzętem, którego użycie doprowadziło do incydentu medycznego, Zamawiający ma prawo domagać się zwrotu wartości także i tego sprzętu (kompatybilność ze zgłoszonym) o ile pochodzi od tego samego Wykonawcy.”

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## ZESTAW 11

### 1. Dot. Zadania nr 40

#### Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika prowadzącego dla mikrocewnika do selektywnej diagnostyki kompatybilnego z przewodnikiem 0,038”, długościach w zakresie od 40 do 150cm?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika infuzyjnego do embolizacji obwodowej o średnicy zewnętrznej 2.4-2.8 Fr i wytrzymałości ciśnieniowej do 900 psi?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

#### Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na mikroprowadniki o następujących parametrach:

- średnice 0,012”, 0,016”
- długość 180, 200 cm
- długość elastycznej końcówki 25 cm lub 35 cm
- końcówka zagięta 45°, zagięta 90° x 4mm, podwójnie zagięta 90° + 150°, zagięta w kształcie J 1.5 mm
- złoty marker na końcu – 2 cm sprężynka – bardzo dobra widoczność w skopii
- wykonane z jednego kawałka – kontrola trakcji 1:1, odporny na załamanie

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



- hydrofilna otoczka „M-polymer”
- atraumatyczna końcówka ?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## ZESTAW 12

### 1. Dot. Zadania nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodników hydrofilnych krótkich miękkich w wersji bez końcówki „J” 2.0?

Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 2. Dot. Zadania nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodników hydrofilnych długich miękkich bez ściętej końcówki rdzenia long, „J” 1.5, 2.0, 3.0 i wersji kształtowanej? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 3. Dot. Zadania nr 21, poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie przewodników hydrofilnych bez średnicy 0,020”? Pozostałe parametry bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 4. Dot. Zadania nr 21, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PTCA półpodatnego o zakresie średnic co 0,50 mm w przedziale od 3,00 do 4,0 mm, o profilu przejścia balonu 0,032” przy średnicy 3,0 mm oraz RBP  $\geq$  12 atm.?

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## ZESTAW 13

### Zadanie 7

Czy zamawiający dopuści poniższe parametry:

1	<i>Niski profil wejścia - 0,014”</i>
2	<i>Długości cewnika balonowego w zakresie minimum od 2 mm do 30 mm</i>
3	<i>Średnice cewnika balonowego w zakresie minimum od 1,25 do 5 mm</i>
4	<i>Cewnik balonowy o ciśnieniu RBP - 16 atm.</i>
5	<i>Cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym <math>\geq</math> 6 atm.</i>
6	<i>Pokrycie hydrofilne</i>
7	<i>Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 4F, 5 F</i>
8	<i>Odporność na urazy mechaniczne</i>
9	<i>Kompatybilny z przewodnikiem 0,14”</i>
10	<i>Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy</i>

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga parametry zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 7**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
 Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
 NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
 PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



## Zadanie 9

Czy zamawiający dopuszcza parametry :

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU
1	Ciśnienie nominalne $\geq 8$ atm. cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie RBP $\cdot 24$ atm.
2	Średnica zewnętrzna cewnika: shaft proksymalny $\leq 5$ F, shaft dystalny $\cdot 6$ F
3	Profil przejścia dla cewnika balonowego 3.0 mm $\cdot 0.035''$
4	Trwałość kształtu, pokrycie cewnika balonowego materiałem hydrofilnym
5	Różne średnice cewnika balonowego co najmniej od 3 mm do 10 mm, przejście co 1 mm
6	Różne długości cewnika balonowego w zakresie co najmniej od 2 do 20 mm
7	Odporność na urazy mechaniczne
8	Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga parametry zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla zadania nr 9**

## Zadanie 32

Czy zamawiający dopuszcza parametry

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU
Cewnik kompatybilny z przewodnikiem 0,018''
Długość balonu min od 20 do 100 mm
Średnica balonu min. 2,0 - 5,0 mm
Shaft proksymalny - 2F, shaft dystalny 2,5F
Długość układu dostarczającego min. od 90 do 150 cm
Kompatybilny z koszulką 4-5-6 F
RBP min. 16 atm
Termin ważności co najmniej 1 lata od daty dostawy.

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## Zadanie 34

Czy zamawiający dopuszcza parametry

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU
1	Stent stalowy typu slotted tube.
2	Zamontowany fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym - RBP 12-14 atm. w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie w czasie manipulacji
3	Maksymalna szerokość introduktora, przez który wprowadza się stent – 6 F
4	Kompatybilny z przewodnikiem 0,035''
5	Cechy balonu zapobiegające tworzeniu się rozwarstwień na brzegach stentu
6	Różne długości stentu co najmniej w zakresie od 18 mm do 56 mm
7	Różne szerokości stentu co najmniej od 6mm do 10 mm

### Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
 Centrala: 91 813 90 00  
 Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
 Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
 Fax. 91 462 04 94

# SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



8	<i>Długość układu wprowadzającego 120 cm</i>
9	<i>Markery na końcach stentu lub balonie</i>
10	<i>Dobra widoczność stentu w skopii RTG</i>
11	<i>Termin ważności co najmniej 1 roku od daty dostawy.</i>

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## Zadanie 35

Czy zamawiający dopuści parametry

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU
1	<i>Stent samorozprężalny pleciony</i>
2	<i>Kompatybilny z zastawką 6F</i>
3	<i>Kompatybilny z przewodnikiem 0,035"</i>
4	<i>Średnice stentu conajmniej od 8 mm</i>
5	<i>Długości stentu conajmniej od 20 do 120 mm</i>
6	<i>Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy</i>

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

## ZESTAW 14

### 1. Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy o nieznacznie zmienionych parametrach: długość balonu poza stentem 0,6 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 2. Dotyczy zadania nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia dla średnicy 3,0/18 mm 0,042", kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0/38 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 3. Dotyczy zadania nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice stentu: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 i 4,0 mm; profil przejścia dla średnicy 3,0/18 mm 0,041"; długość balonu poza stentem 0,6 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 4. Dotyczy zadania nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do predylatacji o nieznacznie zmienionych parametrach: profil wejścia cewnika balonowego 0,017" oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 5. Dotyczy zadania nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe wysokocisnieniowe o nieznacznie zmienionych parametrach: długości cewnika 6, 8, 12, 15, 20 i 25 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Lokalizacje:** 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



### 6. Dotyczy zadania nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści stent antyproliferacyjny o nieznacznie zmienionych parametrach: profil przejścia dla średnicy 3,0/18 mm 0,042", kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0/38 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 7. Dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznicy, powierzchnia otwarta nie mniej niż 81%, kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0/38 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 8. Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści stent wieńcowy uwalniający lek o nieznacznie zmienionych parametrach: kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnicy 4,0/38 mm, architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznicy, powierzchnia otwarta nie mniej niż 81% oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 9. Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant o nieznacznie zmienionych parametrach: długość balonu w zakresie 6-25 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 10. Dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant o nieznacznie zmienionych parametrach: entry profile 0,017" oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 11. Dotyczy zadania nr 34

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe na balonie o nieznacznie zmienionych parametrach: Stent ze stopu kobaltowo-chromowego L605, średnice stentu 4-10 mm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 12. Dotyczy zadania nr 37, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe wysokociśnieniowe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadnik 0,018" o nieznacznie zmienionych parametrach: długość systemu 90 i 150 cm, RBP 14 atm oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 13. Dotyczy zadania nr 37, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe samorozprężalne do tętnic podudzia o nieznacznie zmienionych parametrach: Różne długości stentu – 20, 30, 40, 60, 80 i 100 mm kompatybilne z koszulką 4-5 F w zależności od rozmiaru oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

### 14. Dotyczy zadania nr 37, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści Stenty obwodowe pokryte lekiem antyproliferacyjnym o następujących parametrach: Kompatybilne z prowadnikiem 0,014"; Długość systemu wprowadzającego 143 cm, oraz spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego

**ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94

## SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE



71 – 455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Strona internetowa: [www.spwsz.szczecin.pl](http://www.spwsz.szczecin.pl)  
NIP 851-25-37-954 REGON: 000290274  
PKO BP S.A. 40 1020 4795 0000 9102 0302 3025



**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania i otwarcia ofert,** na niżej podane:

- **termin składania ofert** – z 02.05.2017., do godz. 11:00 na **05.05.2017 r., do godz. 11:00,**
- **otwarcie ofert** – z 02.05.2017 r. o godz. 11:30 na **05.05.2017 r. o godz. 11:30.**

1. **W rozdziale XI SIWZ w pkt 5 i 6,** otrzymując brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać **do dnia 05.05.2017 r., do godz. 11:00.**

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 05.05.2017 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, Świetlica w budynku „O” I piętro Świetlica, przy ulicy Arkońskiej 4”.

**DYREKTOR**  
**Samodzielnego Publicznego**  
**Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego**  
*Małgorzata Usielska*

**Lokalizacje:**  
71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4  
Centrala: 91 813 90 00  
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11  
Centrala: 91 442 27 00, 91 442 72 13  
Fax. 91 462 04 94